

REF C097 – C098 – C099 – C100 – C101 – C103 – C104 – C105 – C106 – C108 – C109 – C121 – CLK13100 – CLK13300 – C140 – C141 – C142 – C143 – EL106 – EL107 – EL109

Destinazione d'uso

Dispositivo medico destinato ad essere utilizzato al fine di immobilizzare e/o sostenere il collo, per traumi lievi, in situazioni di primo soccorso, in situazioni patologiche e post-traumatiche.

Modalità d'uso:

Scegliere l'altezza del dispositivo medico in base alla conformazione del collo del paziente, appoggiare il collo sulla parte concava del collare; far aderire il presidio lungo tutta la circonferenza del collo in modo da raggiungere la parte posteriore del paziente; per il collare a rotolo (REF C103 – C104) tagliare una porzione di rotolo assicurandosi che la lunghezza sia sufficiente a coprire l'intera circonferenza del collo;

Chiudere posteriormente il presidio mediante Velcro®.

Per il collare rigido (REF C140 – C141) incrociare le alette in maglia velcrate, riportarle anteriormente per serrare il presidio.

Per i modelli REF EL106-EL107-EL109 far scivolare la parte posteriore del collare sotto al collo del paziente fissandola sulla parte laterale del paziente con il nastro Velcro®.

Si consiglia di non stringere troppo il collare.

Materiale:

Misto cotone, cotone, poliuretano espanso, poliuretano espanso ad alta densità', polietilene, similpelle, nastro Velcro®.

Misure:

Varie a secondo del modello (altezza 8 – 10 – 12 / Inf. - Ped. XS – S – M – L – XL - XXL)

Avvertenze:

Usare sotto controllo medico. Si suggerisce l'uso in combinazione con uno strato di maglia tubolare da interporre tra la superficie interna del dispositivo e la cute del paziente.

È necessario segnalare qualsiasi incidente grave, verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito, al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro Europeo in cui si ha sede.



DASER S.r.l. - via Trentino, 4 - 31038 Paese (TV) – Italia
 Tel.: +39 0422 951339 - commerciale@daser.it – www.daser.it

REF C097 – C098 – C099 – C100 – C101 – C103 – C104 – C105 – C106 – C108 – C109 – C121 – CLK13100 – CLK13300 – C140 – C141 – C142 – C143 – EL106 – EL107 – EL109

Destinazione d'uso

Dispositivo medico destinato ad essere utilizzato al fine di immobilizzare e/o sostenere il collo, per traumi lievi, in situazioni di primo soccorso, in situazioni patologiche e post-traumatiche.

Modalità d'uso:

Scegliere l'altezza del dispositivo medico in base alla conformazione del collo del paziente, appoggiare il collo sulla parte concava del collare; far aderire il presidio lungo tutta la circonferenza del collo in modo da raggiungere la parte posteriore del paziente; per il collare a rotolo (REF C103 – C104) tagliare una porzione di rotolo assicurandosi che la lunghezza sia sufficiente a coprire l'intera circonferenza del collo;

Chiudere posteriormente il presidio mediante Velcro®.

Per il collare rigido (REF C140 – C141) incrociare le alette in maglia velcrate, riportarle anteriormente per serrare il presidio.

Per i modelli REF EL106-EL107-EL109 far scivolare la parte posteriore del collare sotto al collo del paziente fissandola sulla parte laterale del paziente con il nastro Velcro®.

Si consiglia di non stringere troppo il collare.

Materiale:

Misto cotone, cotone, poliuretano espanso, poliuretano espanso ad alta densità', polietilene, similpelle, nastro Velcro®.

Misure:

Varie a secondo del modello (altezza 8 – 10 – 12 / Inf. - Ped. XS – S – M – L – XL - XXL)

Avvertenze:

Usare sotto controllo medico. Si suggerisce l'uso in combinazione con uno strato di maglia tubolare da interporre tra la superficie interna del dispositivo e la cute del paziente.

È necessario segnalare qualsiasi incidente grave, verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito, al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro Europeo in cui si ha sede.



DASER S.r.l. - via Trentino, 4 - 31038 Paese (TV) – Italia
 Tel.: +39 0422 951339 - commerciale@daser.it – www.daser.it

Istruzione per la pulizia: il dispositivo è monopaziente, durante l'utilizzo può essere lavato a mano con sapone neutro a 30°C, lasciare asciugare all'aria lontano da fonti di calore. Non candeggiare. (Vedere anche le "Altre avvertenze")

Limiti del D.M.

Non utilizzare il dispositivo medico se l'integrità meccanica dello stesso non appare certa. Il dispositivo non è sterile, non utilizzare in sala operatoria. Non posizionare a contatto della pelle lesa. In presenza di piaghe e stati infettivi rivolgersi al medico per la cura adeguata. Non modificare la struttura del dispositivo per non alterare la funzionalità dello stesso. Utilizzare per l'uso previsto.

Controindicazioni

Non ci sono controindicazioni da segnalare. Il dispositivo medico deve essere impiegato a seguito di valutazione clinica effettuata da un medico specialista il quale, dopo la diagnosi, individuerà il dispositivo medico da utilizzare e seguirà il percorso clinico. È opportuno utilizzare un dispositivo di taglia idonea alla misura antropometriche del paziente.

Effetti collaterali

Non sono stati rilevati effetti collaterali da segnalare se non quelli che possono derivare dall'utilizzo del prodotto da soggetti allergici ai materiali utilizzati nel dispositivo medico. In caso si manifestino arrossamenti della cute o formazioni di bolle sospendere l'utilizzo del dispositivo e consultare il proprio medico per eseguire un'analisi delle allergie.

Altre avvertenze

Utilizzare il dispositivo secondo le istruzioni d'uso per il corretto utilizzo e manutenzione. Conservare il dispositivo nella sua confezione originaria in luogo asciutto, lontano da fonti di calore e da luce diretta. L'imballaggio consente di conservare uno stato igienico adeguato, ripara dalla polvere, non ripara dalla luce diretta.

Raccolta differenziata

Raccolta differenziata, verificare le disposizioni del comune di appartenenza.



■ **DASER S.r.l. - via Trentino, 4 - 31038 Paese (TV) – Italia**
Tel.: +39 0422 951339 - commerciale@daser.it – www.daser.it

Istruzione per la pulizia: il dispositivo è monopaziente, durante l'utilizzo può essere lavato a mano con sapone neutro a 30°C, lasciare asciugare all'aria lontano da fonti di calore. Non candeggiare. (Vedere anche le "Altre avvertenze")

Limiti del D.M.

Non utilizzare il dispositivo medico se l'integrità meccanica dello stesso non appare certa. Il dispositivo non è sterile, non utilizzare in sala operatoria. Non posizionare a contatto della pelle lesa. In presenza di piaghe e stati infettivi rivolgersi al medico per la cura adeguata. Non modificare la struttura del dispositivo per non alterare la funzionalità dello stesso. Utilizzare per l'uso previsto.

Controindicazioni

Non ci sono controindicazioni da segnalare. Il dispositivo medico deve essere impiegato a seguito di valutazione clinica effettuata da un medico specialista il quale, dopo la diagnosi, individuerà il dispositivo medico da utilizzare e seguirà il percorso clinico. È opportuno utilizzare un dispositivo di taglia idonea alla misura antropometriche del paziente.

Effetti collaterali

Non sono stati rilevati effetti collaterali da segnalare se non quelli che possono derivare dall'utilizzo del prodotto da soggetti allergici ai materiali utilizzati nel dispositivo medico. In caso si manifestino arrossamenti della cute o formazioni di bolle sospendere l'utilizzo del dispositivo e consultare il proprio medico per eseguire un'analisi delle allergie.

Altre avvertenze

Utilizzare il dispositivo secondo le istruzioni d'uso per il corretto utilizzo e manutenzione. Conservare il dispositivo nella sua confezione originaria in luogo asciutto, lontano da fonti di calore e da luce diretta. L'imballaggio consente di conservare uno stato igienico adeguato, ripara dalla polvere, non ripara dalla luce diretta.

Raccolta differenziata

Raccolta differenziata, verificare le disposizioni del comune di appartenenza.



■ **DASER S.r.l. - via Trentino, 4 - 31038 Paese (TV) – Italia**
Tel.: +39 0422 951339 - commerciale@daser.it – www.daser.it