

DECLARACIÓN UE DE
CONFORMIDAD MDR 2017/745

TITANOX S.r.l.

Via Canove de' Biazzi - 26038 TORRE DE' PICENARDI (CR) - Tel: 0375394065
E-mail: info@titanox.it - SRN: IT-MF-000020325

Declaran bajo su propia responsabilidad que
PRODUCTOS SANITARIOS DENOMINADOS
"CAMILLA VISITA MÉDICA - CAMILLA FIJA",

Subfamilia	UDI-DI básico	Código
CAMILLA VISITA MÉDICA	805930470M01LVIS8D	M600320 - M600320/B - M600340 - M600347 - M600357 - M600357/C - M600357/C/B - M600358 - M600358/B - M600358/C - M600358/CV - M600358/441 - M600360 - M600360/B - M600362 - M600363 - M630053 - T1000 - T1050 - T1070
CAMILLA GINECOLOGÍA	805930470M01LVISGINJU	M600333 - M600333/B - M600343 - M600359 - M600359/B - M630054 - T2000 - T2050
CAMILLA GINECOLOGÍA	805930470M01LPAR6M	M600361 - M620000 - M620000/U - M620851 - M620852 - T3000
CUNA DE RECIÉN NACIDO	805930470M01CULZQ	M620030
CAMILLA FIJA	805930470M01BARY3	M620013 - M620014 - M620053 - M620055 - T6001
SILLA DE RUEDAS	805930470M01POL3A	M630052 - T4000 - T4100 - T4200 - T5000

FABRICADOS POR TITANOX S.R.L.,

**CUMPLEN LOS REQUISITOS GENERALES DE SEGURIDAD Y
FUNCIONAMIENTO EN EL ANEXO I DEL REGLAMENTO (UE) 2017/745.**

los productos cumplen los requisitos esenciales del Reglamento (UE) 2017/745 adiciones
relativo a los productos sanitarios, especialmente:

- que los productos en cuestión deben considerarse pertenecientes a la clase I, regla 1, según
el anexo VIII del Reglamento 2017/745;

- que los productos en cuestión NO SON INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN;
- que los productos en cuestión NO SON DESTINADOS A INVESTIGACIONES CLÍNICAS;
- que los productos en cuestión NO SON COMERCIALIZADOS EN CONDICIONES DE ESTERILIDAD;

Torre de' Picenardi 07.06.2024

(lugar y fecha de emisión)

TITANOX S.R.L.
26038 TORRE DE' PICENARDI
CF/PIVA 00679310193
e-mail INFO@TITANOX.IT

Administrador único
Enrico Busatti

(nombre y firma o sello equivalente de la persona autorizada)