

DECLARAÇÃO UE DE CONFORMIDADE

A empresa GIMA S.P.A. (número de registo único (SRN): IT-MF-000011004), com sede operacional em Gessate (MI), na Via Marconi 1, e com sede em Milão, na Via Tommaso Grossi 2, na qualidade de fabricante do dispositivo médico:

Nome e nome comercial do produto	Código do produto	UDI-DI básico
HASTE DE SUPORTE DE SORO PARA CAMA	27646	80232790000V90994500000C3
HASTE DE SUPORTE DE SORO - para o cód. 27800/1	27811	80232790000V08994500000AL
HASTE DE SUPORTE DE SORO DE 4 GANCHOS - em esteio vertical de rodas	27839	80232790000V90994500000C3
HASTE DE SUPORTE DE SORO DE 2 GANCHOS - em esteio vertical de rodas	27841	80232790000V90994500000C3
HASTE DE SUPORTE DE SORO DE 4 GANCHOS - em esteio vertical de rodas	27842	80232790000V90994500000C3
HASTE DE SUPORTE DE SORO 2 GANCHOS - em esteio de alumínio	27843	80232790000V90994500000C3
SUPORTE EM METAL - 2 ganchos	27849	80232790000V90995900090F3
HASTE DE SUPORTE DE SORO para o cód. 27850	27853	80232790000V08994500000AL
NOVO SUPORTE PARA HIPODERMÓCLISE - capacidade 28 kg	27857	80232790000V90994500000C3
HASTE DO SORO com 2 ganchos	44762	80232790000V909900000007W
HASTE DO SORO PARA CARRINHOS MODULARES	45640	80232790000V90994500000C3

finalidade prevista: Suporte para bolsas e infusões intravenosas destinadas ao doente e acessórios relacionados

classe de risco I (não estéril), de acordo com a regra 1 constantes do Anexo VIII do Regulamento (UE) 2017/745 (MDR), declara, sob a sua exclusiva responsabilidade, que este dispositivo:

- está em conformidade com o Regulamento (UE) 2017/745 (MDR);
- Não foram utilizadas Especificações Comuns para a conformidade do dispositivo médico acima mencionado.

Gessate, 24/06/2025

GIMA S.p.A.
O Administrador
delegado
(Nicola Manzoni)

