

ECG Electrodes

Instructions for use

These instructions for use are intended for the following Ambu White Sensor electrodes:
WS, WSRT, WP25, WP26, D15M, D315M, 0415M, 0715M, 2142, 2142RT, 2837, 3342, 3342RT, 3351/
RT, 3527, 3532/RT, 3532JAL/RT, 4200, 4300, 4242, 4440, 4500M, 4500M-H, 4530, 4535M, 4540,
4560M, 4570M, 4831/2, 4841P, 5050, 5050, 6000, 6000, 7041P, CMM1.

Ambu Blue Sensor electrodes: BS-TAB-2300.

Instructions for use
Инструкции за употреба
Návod k použití
Brugervejledning
Bedienungsanleitung
Οδηγίες χρήσης
Instrucciones de uso
Kasutusjuhend
Käyttöohjeet
Mode d'emploi
Upute za upotrebu
Használati útmutató
Istruzioni per l'uso
使用説明書
Naudojimo instrukcija
Lietošanas pamācība
Gebruiksaanwijzing
Bruksanvisning
Instrukcja użycia
Instruções de utilização
Instrucțiuni de utilizare
Инструкция по применению
Návod na použitie
Navodila za uporabo
Bruksanvisning
Kullanım talimatları
使用说明

Instrucciones de uso

Electrodos para ECG

1.0 Uso previsto

El electrodo se aplica en la superficie del cuerpo para transmitir la señal eléctrica de la superficie del cuerpo a un dispositivo de registro y almacenamiento de datos en la superficie del cuerpo y en vectorcardiografía.

1.1 Contraindicaciones

Ninguna conocida.

1.2 Precauciones y advertencias

Advertencias:

- Los electrodos de superficie deben colocarse únicamente en contacto con piel limpia e intacta (por ejemplo, sin heridas abiertas, lesiones o áreas de piel dañada).
- Producto desechable. La reutilización del producto puede causar contaminación cruzada y por lo tanto, producir infecciones.
- Los electrodos de superficie quirúrgica, los electrodos de deben usar la zona diseñada (zona de zona electroquímica) para minimizar el riesgo de contaminación de la piel y no debe usarlos.
- Los electrodos de superficie de la piel se deben usar solo en procedimientos de diagnóstico y no para procedimientos de diagnóstico.
- Los electrodos de superficie de la piel se deben usar solo en procedimientos de diagnóstico y no para procedimientos de diagnóstico.
- Los electrodos de superficie de la piel se deben usar solo en procedimientos de diagnóstico y no para procedimientos de diagnóstico.
- Los electrodos de superficie de la piel se deben usar solo en procedimientos de diagnóstico y no para procedimientos de diagnóstico.
- Los electrodos de superficie de la piel se deben usar solo en procedimientos de diagnóstico y no para procedimientos de diagnóstico.

1.3 Acontecimientos potencialmente adversos

Los acontecimientos potencialmente adversos en relación con el uso de los electrodos de superficie son reacciones cutáneas, como quemaduras en la piel, enrojecimiento de la piel, irritación de la piel y prurito.

1.4 Notas generales

Si el uso del dispositivo o como resultado de su uso, se produce un accidente grave, informe de ello al fabricante y a sus autoridades competentes.

Simbólos para los electrodos para sensores electrocardiográficos de Ambu	Indicaciones	Simbólos para los electrodos para sensores electrocardiográficos de Ambu	Indicaciones	Simbólos para los electrodos para sensores electrocardiográficos de Ambu	Indicaciones
	Producto sanitario		Gel húmedo		Tijdo
	Radiotherapie		Polímero		Exposura
	Gel sólido		Seguridad eléctrica: parte aplicada tipo BF		
	Compatible con resonancia magnética. Campos magnéticos estáticos solo de 1,5 y 3 Tesla. Campos de gradientes espaciales máximo de 30 mT/gauss/cm a 200 mHz/cm. Tasa de absorción específica máxima media de todo el cuerpo de 2 W/kg para 15 minutos de exposición por escáner. 1,5 campo de gradientes espacial máximo de 12 000 gauss/cm a 120 mHz/cm.				

3.0 Instrucciones de uso

- Si fuera necesario, limpie la zona de aplicación con agua y un jabón neutro. A continuación, séquela cuidadosamente.
- Solo para adultos: si es necesario, saque el vello en la zona en la que sea muy abundante. Si la impedancia de la piel es demasiado elevada, utilice un afeitador suave en la zona.
- El procedimiento correcto de los electrodos es determinado por parte del hospital / médico y/o el protocolo / procedimiento de aplicación.
- Los láminas de protección pueden tener residuos adheridos, por lo que se debe tener cuidado al sacar los electrodos de la hoja. Despegue el electrodo del láminar de protección y colóquelo sobre la piel.
- Después de retirar la protección inmediatamente después de retirar los electrodos.
- Al retirar electrodos con conexión, el centro debe estar colocado de forma que los derivaciones sigan la misma dirección.
- Posicione el electrodo sobre la piel presionando suavemente los huecos adheridos con un movimiento circular suave y firme.
- Conecte la derivación del monitor ECG al electrodo.
- Retire los electrodos suavemente de la piel y separe el extremo de la piel, evitando y minimizando el riesgo de que se produzca un traumatismo mecánico entre el electrodo y la piel.
- Los electrodos autoadhesivos se deben sustituir cuando ya no se pueden con firmeza a la piel.
- Los electrodos de gel se pueden limpiar con una toallita de papel o con agua.
- Para evitar que los electrodos se peguen en los envoltorios adheridos, no los abra hasta que sea necesario.
- Los electrodos van diseñados y se deben utilizar según los procedimientos hospitalarios locales.

4.0 Duración del periodo de aplicación (en horas)

Referencia	Composición de la piel	Indicaciones	Indicaciones	Indicaciones para el paciente	Indicaciones para el paciente	Duración del periodo de aplicación (en horas)
D15M-D300	Gel sólido	Gel sólido	Ag/AgCl	Adulto	Resposo	1,2
WS	Gel sólido	Acético	Ag/AgCl	Adulto	Corto plazo	24
WSRT	Gel sólido	Acético	Ag/AgCl	Adulto	Corto plazo	24
WP25	Gel sólido	Acético	Ag/AgCl	Adulto	Resposo/largo plazo	48
WP30	Gel sólido	Acético	Ag/AgCl	Adulto/Pediatrico	Resposo/largo plazo	48
D315M	Gel sólido	Acético	Ag/AgCl	Adulto	Resposo	1,2
0415M	Gel sólido	Acético	Ag/AgCl	Adulto	Resposo	1,2
0715M	Gel sólido	Acético	Ag/AgCl	Adulto	Resposo	1,2
2142	Gel húmedo	Acético	Ag/AgCl	Adulto/Pediatrico	Resposo	24
2142RT	Gel húmedo	Acético	Ag/AgCl	Adulto/Pediatrico**	Resposo	24
2837	Gel húmedo	Acético	Ag/AgCl	Adulto	Resposo	1,2
3342/3351	Gel húmedo	Acético	Ag/AgCl	Adulto	Resposo/largo plazo	48
3351/RT	Gel sólido	Acético	Ag/AgCl	Adulto	Resposo/largo plazo	48
3532	Gel húmedo	Acético	Ag/AgCl	Adulto	Resposo	24
3532/AL/RT	Gel húmedo	Acético	Ag/AgCl	Adulto	Resposo/largo plazo	48
4200	Gel sólido	Acético	Ag/AgCl	Adulto	Corto plazo	24
4242	Gel húmedo	Acético	Ag/AgCl	Adulto	Corto plazo	24
4242	Gel húmedo	Acético	Ag/AgCl	Adulto	Resposo/largo plazo	48
4500M	Gel húmedo	Acético	Ag/AgCl	Adulto	Corto plazo	24
4500M-H	Gel húmedo	Acético	Ag/AgCl	Adulto	Corto plazo	24
4530	Gel húmedo	Acético	Ag/AgCl	Adulto	Resposo	24
4535M	Gel húmedo	Acético	Ag/AgCl	Adulto	Resposo	24
4540	Gel húmedo	Acético	Ag/AgCl	Adulto	Resposo	24
4560M	Gel húmedo	Acético	Ag/AgCl	Adulto	Resposo	24
4570M	Gel húmedo	Acético	Ag/AgCl	Adulto	Resposo	24
4831/2	Gel sólido	Acético	Ag/AgCl	Adulto/Pediatrico	Corto plazo	24
4841P	Gel sólido	Acético	Ag/AgCl	Adulto	Corto plazo	24
5050	Gel húmedo	Acético	Ag/AgCl	Adulto	Resposo/largo plazo	48
5050	Gel húmedo	Acético	Ag/AgCl	Adulto	Resposo/largo plazo	48
7041P	Gel sólido	Acético	Ag/AgCl	Adulto	Corto plazo	24
CMM1	Gel sólido	Acético	Ag/AgCl	Adulto	Large duration	48