



PORTUGUESE

ALMOFADA CIRCULAR

AVISOS

Antes de efetuar qualquer operação, inspecione visualmente a integridade do dispositivo. Caso o produto apresente anomalias, contacte imediatamente o ponto de venda onde foi efetuada a compra.

A Erregi sas não assume qualquer responsabilidade pela utilização indevida do dispositivo.

No caso de se verificar um acidente grave relacionado com a utilização do dispositivo, solicita-se que informe a ocorrência ao fabricante e à autoridade competente do Estado-Membro onde o utilizador e / ou o paciente está estabelecido.

DESCRIÇÃO

Almofadas para prevenção de escaras de decúbito em 100% algodão, com acolchoamento em fibra oca de silicone. Dispositivos dotados de sistema de fecho de velcro. A alta resiliência e alta respirabilidade permitem uma ação eficaz na prevenção do aparecimento de úlceras de decúbito.

INDICAÇÕES

Prevenção de escaras de decúbito em pacientes em cadeiras de rodas com o objetivo de diminuir os picos de pressão, reduzir as forças de corte e fricção e promover a circulação do ar.

CUIDADOS DE UTILIZAÇÃO

Dispositivo médico indicado para a prevenção de escaras de decúbito, deve ser utilizado após uma avaliação clínica efetuada por um médico especialista. Apoie a almofada escolhida sobre o assento da cadeira de rodas, tendo o cuidado de que os fechos de velcro, quando presentes, estejam posicionados no lado do encosto. Em seguida, prenda a almofada a uma estrutura rígida da cadeira de rodas utilizando os fechos de velcro. Embora o dispositivo esteja indicado para a prevenção de escaras de decúbito, o mesmo pode não se capaz de controlar todos os fatores que favorecem o seu aparecimento. Portanto, recomenda-se que monitorize regularmente a área afetada, efetue uma mobilização frequente do paciente e preste especial atenção à higiene. Para esse efeito, é aconselhável consultar os protocolos e as diretrizes para a prevenção de úlceras de pressão. Utilize sempre o dispositivo vestindo roupas de proteção pessoal. Dispositivo não ignífugo.

CONTRAINDICAÇÕES

Não foram detetadas contraindicações exceto em casos de sensibilidade verificada aos materiais constituintes.

COMPOSIÇÃO

Interior: Forro de fibra oca de silicone:
100% algodão

MODO DE LAVAGEM

LAVE NO MÁX. A 40°	NÃO LIXIVIE	NÃO ENGOME	NÃO UTILIZE A MÁQUINA DE SECAR
	UTILIZE QUALQUER DETERGENTE À EXEÇÃO DE PERCLOROETILENO		

A empresa produtora não se responsabiliza por quaisquer alterações das características técnicas do apoio em caso de inobservância dos métodos de lavagem.

CONSERVAÇÃO

Conserve ao abrigo de fontes de luz, calor e humidade.

DESINFECÇÃO

Utilize produtos com supervisão médico-cirúrgica.

ELIMINAÇÃO

Elimine o dispositivo de acordo com os regulamentos em vigor relativos à proteção do ambiente e à recolha seletiva de resíduos.

	Código produto		Dispositivo médico
	Número de lote		Fabricante
	Dispositivo médico em conformidade com a regulamentação (UE) 2017/745		Consulte as instruções de uso
	Guardar ao abrigo da luz solar		Armazenar em local fresco e seco
	Data de fabrico		Sem látex de borracha natural
	Identificador Único de Dispositivo		

NÃO remova a etiqueta do Dispositivo Médico, pois permite a rastreabilidade do produto fornecido (Fabricante, IUD, número do lote, código do produto).

CONDIÇÕES DE GARANTIA GIMA

Aplica-se a garantia B2B padrão GIMA de 12 meses.

REF 03/04 (Gima 28549)



Erregi S.a.s.
Via Adua 40
21040 Vedano Olona (Va)
commerciale@erregiasilimedi.it
www.ausilimedi.it
MADE IN ITALY

