



Bolsa de agua caliente de doble raya



Bolsa de agua caliente de doble raya

Instrucciones de uso

Para asegurar una larga duración aconsejamos seguir las siguientes indicaciones. No utilizar agua hirviendo y llenar la bolsa solo hasta las 3/4 partes de su capacidad. Antes de cerrar con el tapón dejar salir el vapor. Secar la bolsa y mantener lejos de fuentes de calor

Indicaciones para un uso seguro de la bolsa de agua caliente

Llenar con agua a temperatura no superior a los 45 grados - Evitar comprimir la bolsa durante su uso - La temperatura bajo la cual debe ser conservada la bolsa es entre los 10 y 27 grados centígrados - Controlar siempre antes de la utilización el estado general de la goma, el enroscado correcto de la tapa y la junta general. Evitar poner la bolsa en contacto directo con la piel, para ello, introducirla en un recipiente de tela. Es necesario informar al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que se encuentra la sede sobre cualquier incidente grave que haya ocurrido en relación con el producto sanitario que le hemos suministrado.

MD

Dispositivo medico
Medical Device
Dispositif medical
Medizinprodukt
Izopom volkovoye ppolivo
Producto sanitario
Dispositivo medico

Saferets
Energy
Dian Erle
Fisa
Escale
Fecha tope
Prato de entrega



28600-M-Rev.1.10.21

REF **28600**

LOT **000013**



Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

Gima s.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) - Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com
Made in China



508469
Size 22x44.5 cm