

ITALIANO

SACCHE URINA

DESTINAZIONE D'USO

- Utilizzare esclusivamente per la raccolta e lo smaltimento dell'urina.
- Non utilizzare come strumento di misura e per le prove di laboratorio.
- Le indicazioni del volume sono approssimative.

MODALITÀ D'USO E CONSERVAZIONE

È necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede.

- Prima dell'utilizzo controllare l'integrità e la data di scadenza del prodotto (Gima non risponde di una cattiva conservazione e dell'uso improprio del prodotto).
- La sacca deve essere sempre appesa ad un supporto, posizionandola al di sotto del livello della vescica urinaria per evitare il reflusso, in posizione verticale e con il tubo di adduzione rivolto verso l'alto.
- La sacca da gamba deve essere fissata alla gamba con le apposite fasce elastiche, posizionandola sotto il livello della vescica per evitare il reflusso
- Durante l'utilizzo evitare di schiacciare, pizzicare o far collassare il tubo per non interrompere il flusso di urina nella sacca.
- Evitare il contatto con solventi chimici e l'esposizione a fonti di calore durante la conservazione.
- Non manipolare con utensili taglienti o appuntiti.
- Espellere l'aria eventualmente presente all'interno della sacca prima dell'utilizzo.
- Per garantire l'uso dell'intero volume della sacca evitare la presenza di aria anche durante l'uso.
- Per i modelli forniti di rubinetto di scarico, verificarne la chiusura prima dell'utilizzo.
- Il riutilizzo della sacca potrebbe comportare un rischio di infezione.
- La sacca deve essere sostituita prima di raggiungere il livello massimo.
- Fissare saldamente il connettore alla sonda o all'adattatore per il pene.

INDICAZIONI PER LO SMALTIMENTO

- Utilizzare guanti protettivi.
- Smaltire dopo il primo utilizzo secondo le disposizioni di legge vigenti.

	Fabbricante		Codice prodotto
	Data di fabbricazione		Numero di lotto
	Dispositivo monouso, non riutilizzare		Data di scadenza
	Distribuito da		Leggere le istruzioni per l'uso
	Conservare al riparo dalla luce solare		Conservare in luogo fresco ed asciutto
	Non sterile		Dispositivo medico
	Dispositivo medico conforme al regolamento (UE) 2017/745		Identificatore univoco del dispositivo

CONDIZIONI DI GARANZIA GIMA

Si applica la garanzia B2B standard Gima di 12 mesi.

	REF
GIMA 28688	800160
GIMA 28690	800161
GIMA 28689	800162
GIMA 28692	800163
GIMA 28694	802220
GIMA 28691	802221
GIMA 28695	802222
GIMA 28693	802223
GIMA 28707	804257
GIMA 28708	804258



TECNOCLINIC, S.A.
Ctra. de Prats de Lluçanès, Km. 2.300 P.I.
La Llanera 08208 Sabadell (Barcelona) - Spain
Made in Spain



Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

