

Display/ Fehler	Mögliche Ursache	Lösung
E3 erscheint	Die Manschette während der Messung nicht anfasen bzw. den maximal zulässigen Druck aufgebracht.	Die Manschette während der Messung nicht anfasen bzw. den maximal zulässigen Druck aufgebracht. ➔
E4 erscheint	Sie haben während der Messung gesprochen oder sich bewegt. Vibrations können die Messleistung beeinträchtigen.	Halten Sie still und sprechen Sie während der Messung nicht. ➔
E5 erscheint	Legen Sie die Manschette korrekt an und messen Sie erneut. Details dazu finden Sie in Abschnitt 6 von Gebrauchsanweisung ➔	Halten Sie still und setzen Sie sich während der Messung richtig hin. ➔
E erscheint	Die Pulzfrequenz wird nicht korrekt gemessen (NHNH) ➔	Wird das Symbol „W“ am Display angezeigt, sollten Sie sich an Ihren Arzt wenden. ➔
E erscheint	Es ist ein Funktionsfehler des Messgerätes aufgetreten.	Drücken Sie die START/STOP -Taste erneut. Falls weiterhin angezeigt wird, wenden Sie sich an Ihren OMRON-Vertreter. ➔
E erscheint	Das Messgerät kann nicht mit einem Smartphone/Tablet verbunden werden.	Befolgen Sie die Anweisungen der App OMRON connect. Wenn das Smartphone/Tablet verbunden wird, werden die Messungen weiterhin angezeigt. Wenn dies nicht korrekt übertragen wird, wenden Sie sich an Ihren OMRON-Vertreter. ➔
P erscheint	Das Messgerät wartet auf die Kopplung mit dem Smartphone oder Tablet.	Drücken Sie die START/STOP -Taste erneut. Wenn das Smartphone/Tablet verbunden wird, werden die Messungen weiterhin angezeigt. Wenn dies nicht korrekt übertragen wird, wenden Sie sich an Ihren OMRON-Vertreter. ➔
E erscheint	Mehr als 24 Messwerte werden in 10 Minuten übertragen.	Koppeln oder übertragen Sie Ihre Messwerte in die App OMRON connect. Wenn das Smartphone/Tablet verbunden wird, werden die Messungen weiterhin angezeigt. Wenn dies nicht korrekt übertragen wird, wenden Sie sich an Ihren OMRON-Vertreter. ➔
E erscheint	Es befinden sich 30 Messwerte in Ihrem Speicher.	Befolgen Sie die Anweisungen der App OMRON connect. Wenn das Smartphone/Tablet verbunden wird, werden die Messungen weiterhin angezeigt. Wenn dies nicht korrekt übertragen wird, wenden Sie sich an Ihren OMRON-Vertreter. ➔
E erscheint	Der Ladestand der Batterien ist niedrig.	Es wird empfohlen, alle 4 Batterien gleichzeitig durch neue zu ersetzen. Details dazu finden Sie in Abschnitt 3 von Gebrauchsanweisung ➔
P und E erscheinen	Die Batterien sind leer.	Ersetzen Sie umgehend die Batterien durch neue. Details dazu finden Sie in Abschnitt 3 von Gebrauchsanweisung ➔
E erscheint	Die Batteriepolen werden nicht richtig ausgerichtet.	Überprüfen Sie, ob die Batterie richtig eingelegt sind. Details dazu finden Sie in Abschnitt 3 von Gebrauchsanweisung ➔
E erscheint	Die Messwerte erscheinen zu niedrig.	Der Blutdruck schwankt ständig. Viele Faktoren können dies beeinflussen, wie z.B. Stress, Bewegung, Koffein, etc. Warten Sie 5 Minuten, bevor Sie die Messung durchführen. ➔
E erscheint	Sonstige Kommunikationsprobleme.	Befolgen Sie die Anweisungen der App OMRON connect. Wenn das Smartphone/Tablet verbunden wird, werden die Messungen weiterhin angezeigt. Wenn dies nicht korrekt übertragen wird, wenden Sie sich an Ihren OMRON-Vertreter. ➔
E erscheint	Sonstige Probleme.	Drücken Sie die START/STOP -Taste, um die Messung abzubrechen. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an Ihren OMRON-Vertreter. ➔
E erscheint	Sonstige Probleme.	Drücken Sie die START/STOP -Taste, um die Messung abzubrechen. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an Ihren OMRON-Vertreter. ➔

Wartung	2.1 Wartung
----------------	-------------

Wartung	2.1 Wartung
----------------	-------------

Wartung	2.1 Wartung
----------------	-------------

Wartung	2.1 Wartung
----------------	-------------

Wartung	2.1 Wartung
----------------	-------------

Wartung	2.1 Wartung
----------------	-------------

Wartung	2.1 Wartung
----------------	-------------

Wartung	2.1 Wartung
----------------	-------------

Wartung	2.1 Wartung
----------------	-------------

Wartung	2.1 Wartung
----------------	-------------

Wartung	2.1 Wartung
----------------	-------------

Wartung	2.1 Wartung
----------------	-------------

Wartung	2.1 Wartung
----------------	-------------

Wartung	2.1 Wartung
----------------	-------------

Wartung	2.1 Wartung
----------------	-------------

Wartung	2.1 Wartung
----------------	-------------

Wartung	2.1 Wartung
----------------	-------------

Wartung	2.1 Wartung
----------------	-------------

Wartung	2.1 Wartung
----------------	-------------

Messbereich für Puls	SVS: 60 bis 260 mmHg NHN: 20 bis 215 mmHg Messbereich für Puls: 40 bis 180 Schläge/Min.
Gewauigkeit	Druck: ± 3 mmHg Puls: ± 5 de des angezeigten Werts
Aufpumpen	Automatisch durch die elektrische Pumpe
Luftballast	Automatisches Luftballastniveau
Messmethode	Oszilloskopische Methode
Übertragungsmethode	Bluetooth Low Energy
Drahtlose Kommunikation	Frequenzbereich: 2,4 GHz (2.400 - 2.483,5 MHz)
IP-Klassifizierung	IP20 IPX1 (Schutz gegen Regen) IP22 für HHP-CH01
Nenngröße	6 VDC 4W
Stromquelle	4 x AA-Batterien 1,5 V oder optionales Netzkabel (Eingangslistung: 100 - 240 VAC, 50-60 Hz, 0,12 - 0,065 A)
Batterielebensdauer	ca. 500 Messungen (mit neuen Alkalibatterien) und intelligenter Manschette je nach Art der Batterie und Messung (NHNH)
Wird das Symbol „W“ am Display angezeigt, sollten Sie sich an Ihren Arzt wenden.	Blutdruckmessgerät: 5 Jahre Netzkabel: 3 Jahre Optionales Netzkabel: 5 Jahre
Nutzungsdauer (Betriebszeit)	ca. 10 bis 140 °C (15 bis 90 °F relative Luftfeuchtigkeit ohne Kondensation) / 800 bis 1000 hPa
Betriebsbedingungen	ca. 10 bis 140 °C (15 bis 90 °F relative Luftfeuchtigkeit ohne Kondensation) / 800 bis 1000 hPa
Lagerungs-/Transportbedingungen	ca. 10 bis 140 °C (15 bis 90 °F relative Luftfeuchtigkeit ohne Kondensation) / 800 bis 1000 hPa
Gewicht	Blutdruckmessgerät: ca. 250 g (ohne Batterie) Manschette: ca. 70 g
Abmessungen (ungefähr)	Blutdruckmessgerät: 103 mm (B) x 82 mm (H) x 140 mm (L) Manschette: 145 mm x 594 mm (Luftschlauch: 750 mm)
Manschettenumfang für Brust/Messgröße	17 bis 42 cm (intelligente Manschette: 22 bis 42 cm)
Speicher	Maximal 30 Messwerte
Inhalt	Messgerät, Manschette (HEM-RML31), Kopfhörer, Netzkabel, Aufwahrungskarte, Gebrauchsanweisung ➔ (1) und ➔ (2)
Anwendungstipp	Typ BF (Manschette)

Hinweis	• Änderung dieser technischen Daten ohne Ankündigung vorbehalten.
----------------	---

Hinweis	• Änderung dieser technischen Daten ohne Ankündigung vorbehalten.
----------------	---

Hinweis	• Änderung dieser technischen Daten ohne Ankündigung vorbehalten.
----------------	---

Hinweis	• Änderung dieser technischen Daten ohne Ankündigung vorbehalten.
----------------	---

Hinweis	• Änderung dieser technischen Daten ohne Ankündigung vorbehalten.
----------------	---

Hinweis	• Änderung dieser technischen Daten ohne Ankündigung vorbehalten.
----------------	---

Hinweis	• Änderung dieser technischen Daten ohne Ankündigung vorbehalten.
----------------	---

Hinweis	• Änderung dieser technischen Daten ohne Ankündigung vorbehalten.
----------------	---

Hinweis	• Änderung dieser technischen Daten ohne Ankündigung vorbehalten.
----------------	---

Hinweis	• Änderung dieser technischen Daten ohne Ankündigung vorbehalten.
----------------	---

Hinweis	• Änderung dieser technischen Daten ohne Ankündigung vorbehalten.
----------------	---

Hinweis	• Änderung dieser technischen Daten ohne Ankündigung vorbehalten.
----------------	---

Hinweis	• Änderung dieser technischen Daten ohne Ankündigung vorbehalten.
----------------	---

Hinweis	• Änderung dieser technischen Daten ohne Ankündigung vorbehalten.
----------------	---

Hinweis	• Änderung dieser technischen Daten ohne Ankündigung vorbehalten.
----------------	---

Hinweis	• Änderung dieser technischen Daten ohne Ankündigung vorbehalten.
----------------	---

Hinweis	• Änderung dieser technischen Daten ohne Ankündigung vorbehalten.
----------------	---

Hinweis	• Änderung dieser technischen Daten ohne Ankündigung vorbehalten.
----------------	---

Hinweis	• Änderung dieser technischen Daten ohne Ankündigung vorbehalten.
----------------	---

Hinweis	• Änderung dieser technischen Daten ohne Ankündigung vorbehalten.
----------------	---

Hinweis	• Änderung dieser technischen Daten ohne Ankündigung vorbehalten.
----------------	---

Hinweis	• Änderung dieser technischen Daten ohne Ankündigung vorbehalten.
----------------	---

Manuale di istruzioni

Misuratore automatico di pressione arteriosa da braccio

M2 Intelli IT+ (HEM-7146T2-EBK)

Italiano

Leggere il manuale di istruzioni **➔ (1) e **➔** (2) prima dell'uso.**
Per informazioni sui simboli, consultare la sezione "Descrizione dei simboli" sul lato posteriore dell'altro "Manuale di istruzioni **➔ (1)".**

Indicazione sui display/ Problema	Possibile causa	Soluzione
E3 viene visualizzato	Il bracciale è stato gonfiato a una pressione superiore a quella massima consentita.	Non toccare il bracciale né piegare il tubo dell'aria mentre si esegue una misurazione. Fare riferimento alla sezione 8 del manuale di istruzioni ➔ (2).
E4 viene visualizzato	Ci si è mossi o si è parlati durante la misurazione. Le vibrazioni o i movimenti disturbano la misurazione.	Rimane fermi e non parlare durante la misurazione.
E5 viene visualizzato	La frequenza delle pulsazioni non viene rilevata correttamente.	Applicare correttamente il bracciale, quindi eseguire un'altra misurazione. Fare riferimento alla sezione 6 del manuale di istruzioni ➔ (2).
E viene visualizzato	La frequenza delle pulsazioni non viene rilevata correttamente.	Se il simbolo W continua ad apparire, è consigliabile consultare il medico curante.
E viene visualizzato	Il misuratore non ha funzionato correttamente.	Premere nuovamente il bracciale (START/STOP). Se il simbolo W continua ad apparire, è consigliabile consultare il medico curante.
E viene visualizzato	Il misuratore non ha funzionato correttamente.	Attenersi alle istruzioni fornite nella app "OMRON connect". Se il simbolo W continua ad apparire, è consigliabile consultare il medico curante.
E viene visualizzato	Il misuratore non ha funzionato correttamente.	Attenersi alle istruzioni fornite nella app "OMRON connect". Se il simbolo W continua ad apparire, è consigliabile consultare il medico curante.

Indicazione sui display/ Problema	Possibile causa	Soluzione
E3 viene visualizzato	Il bracciale è stato gonfiato a una pressione superiore a quella massima consentita.	Non toccare il bracciale né piegare il tubo dell'aria mentre si esegue una misurazione. Fare riferimento alla sezione 8 del manuale di istruzioni ➔ (2).
E4 viene visualizzato	Ci si è mossi o si è parlati durante la misurazione. Le vibrazioni o i movimenti disturbano la misurazione.	Rimane fermi e non parlare durante la misurazione.
E5 viene visualizzato	La frequenza delle pulsazioni non viene rilevata correttamente.	Applicare correttamente il bracciale, quindi eseguire un'altra misurazione. Fare riferimento alla sezione 6 del manuale di istruzioni ➔ (2).
E viene visualizzato	La frequenza delle pulsazioni non viene rilevata correttamente.	Se il simbolo W continua ad apparire, è consigliabile consultare il medico curante.
E viene visualizzato	Il misuratore non ha funzionato correttamente.	Premere nuovamente il bracciale (START/STOP). Se il simbolo W continua ad apparire, è consigliabile consultare il medico curante.
E viene visualizzato	Il misuratore non ha funzionato correttamente.	Attenersi alle istruzioni fornite nella app "OMRON connect". Se il simbolo W continua ad apparire, è consigliabile consultare il medico curante.
E viene visualizzato	Il misuratore non ha funzionato correttamente.	Attenersi alle istruzioni fornite nella app "OMRON connect". Se il simbolo W continua ad apparire, è consigliabile consultare il medico curante.

Indicazione sui display/ Problema	Possibile causa	Soluzione
E3 viene visualizzato	Il bracciale è stato gonfiato a una pressione superiore a quella massima consentita.	Non toccare il bracciale né piegare il tubo dell'aria mentre si esegue una misurazione. Fare riferimento alla sezione 8 del manuale di istruzioni ➔ (2).
E4 viene visualizzato	Ci si è mossi o si è parlati durante la misurazione. Le vibrazioni o i movimenti disturbano la misurazione.	Rimane fermi e non parlare durante la misurazione.
E5 viene visualizzato	La frequenza delle pulsazioni non viene rilevata correttamente.	Applicare correttamente il bracciale, quindi eseguire un'altra misurazione. Fare riferimento alla sezione 6 del manuale di istruzioni ➔ (2).
E viene visualizzato	La frequenza delle pulsazioni non viene rilevata correttamente.	Se il simbolo W continua ad apparire, è consigliabile consultare il medico curante.
E viene visualizzato	Il misuratore non ha funzionato correttamente.	Premere nuovamente il bracciale (START/STOP). Se il simbolo W continua ad apparire, è consigliabile consultare il medico curante.
E viene visualizzato	Il misuratore non ha funzionato correttamente.	Attenersi alle istruzioni fornite nella app "OMRON connect". Se il simbolo W continua ad apparire, è consigliabile consultare il medico curante.
E viene visualizzato	Il misuratore non ha funzionato correttamente.	Attenersi alle istruzioni fornite nella app "OMRON connect". Se il simbolo W continua ad apparire, è consigliabile consultare il medico curante.

Indicazione sui display/ Problema	Possibile causa	Soluzione
E3 viene visualizzato	Il bracciale è stato gonfiato a una pressione superiore a quella massima consentita.	Non toccare il bracciale né piegare il tubo dell'aria mentre si esegue una misurazione. Fare riferimento alla sezione 8 del manuale di istruzioni ➔ (2).
E4 viene visualizzato	Ci si è mossi o si è parlati durante la misurazione. Le vibrazioni o i movimenti disturbano la misurazione.	Rimane fermi e non parlare durante la misurazione.
E5 viene visualizzato	La frequenza delle pulsazioni non viene rilevata correttamente.	Applicare correttamente il bracciale, quindi eseguire un'altra misurazione. Fare riferimento alla sezione 6 del manuale di istruzioni ➔ (2).
E viene visualizzato	La frequenza delle pulsazioni non viene rilevata correttamente.	Se il simbolo W continua ad apparire, è consigliabile consultare il medico curante.
E viene visualizzato	Il misuratore non ha funzionato correttamente.	Premere nuovamente il bracciale (START/STOP). Se il simbolo W continua ad apparire, è consigliabile consultare il medico curante.
E viene visualizzato	Il misuratore non ha funzionato correttamente.	Attenersi alle istruzioni fornite nella app "OMRON connect". Se il simbolo W continua ad apparire, è consigliabile consultare il medico curante.
E viene visualizzato	Il misuratore non ha funzionato correttamente.	Attenersi alle istruzioni fornite nella app "OMRON connect". Se il simbolo W continua ad apparire, è consigliabile consultare il medico curante.

Indicazione sui display/ Problema	Possibile causa	Soluzione
E3 viene visualizzato	Il bracciale è stato gonfiato a una pressione superiore a quella massima consentita.	Non toccare il bracciale né piegare il tubo dell'aria mentre si esegue una misurazione. Fare riferimento alla sezione 8 del manuale di istruzioni ➔ (2).
E4 viene visualizzato	Ci si è mossi o si è parlati durante la misurazione. Le vibrazioni o i movimenti disturbano la misurazione.	Rimane fermi e non parlare durante la misurazione.
E5 viene visualizzato	La frequenza delle pulsazioni non viene rilevata correttamente.	Applicare correttamente il bracciale, quindi eseguire un'altra misurazione. Fare riferimento alla sezione 6 del manuale di istruzioni ➔ (2).
E viene visualizzato	La frequenza delle pulsazioni non viene rilevata correttamente.	Se il simbolo W continua ad apparire, è consigliabile consultare il medico curante.
E viene visualizzato	Il misuratore non ha funzionato correttamente.	Premere nuovamente il bracciale (START/STOP). Se il simbolo W continua ad apparire, è consigliabile consultare il medico curante.
E viene visualizzato	Il misuratore non ha funzionato correttamente.	Attenersi alle istruzioni fornite nella app "OMRON connect". Se il simbolo W continua ad apparire, è consigliabile consultare il medico curante.
E viene visualizzato	Il misuratore non ha funzionato correttamente.	Attenersi alle istruzioni fornite nella app "OMRON connect". Se il simbolo W continua ad apparire, è consigliabile consultare il medico curante.

Indicazione sui display/ Problema	Possibile causa	Soluzione
E3 viene visualizzato	Il bracciale è stato gonfiato a una pressione superiore a quella massima consentita.	Non toccare il bracciale né piegare il tubo dell'aria mentre si esegue una misurazione. Fare riferimento alla sezione 8 del manuale di istruzioni ➔ (2).
E4 viene visualizzato	Ci si è mossi o si è parlati durante la misurazione. Le vibrazioni o i movimenti disturbano la misurazione.	Rimane fermi e non parlare durante la misurazione.
E5 viene visualizzato	La frequenza delle pulsazioni non viene rilevata correttamente.	Applicare correttamente il bracciale, quindi eseguire un'altra misurazione. Fare riferimento alla sezione 6 del manuale di istruzioni ➔ (2).
E viene visualizzato	La frequenza delle pulsazioni non viene rilevata correttamente.	Se il simbolo W continua ad apparire, è consigliabile consultare il medico curante.
E viene visualizzato	Il misuratore non ha funzionato correttamente.	Premere nuovamente il bracciale (START/STOP). Se il simbolo W continua ad apparire, è consigliabile consultare il medico curante.
E viene visualizzato	Il misuratore non ha funzionato correttamente.	Attenersi alle istruzioni fornite nella app "OMRON connect". Se il simbolo W continua ad apparire, è consigliabile consultare il medico curante.
E viene visualizzato	Il misuratore non ha funzionato correttamente.	Attenersi alle istruzioni fornite nella app "OMRON connect". Se il simbolo W continua ad apparire, è consigliabile consultare il medico curante.

Indicazione sui display/ Problema	Possibile causa	Soluzione
E3 viene visualizzato	Il bracciale è stato gonfiato a una pressione superiore a quella massima consentita.	Non toccare il bracciale né piegare il tubo dell'aria mentre si esegue una misurazione. Fare riferimento alla sezione 8 del manuale di istruzioni ➔ (2).
E4 viene visualizzato	Ci si è mossi o si è parlati durante la misurazione. Le vibrazioni o i movimenti disturbano la misurazione.	Rimane fermi e non parlare durante la misurazione.
E5 viene visualizzato	La frequenza delle pulsazioni non viene rilevata correttamente.	Applicare correttamente il bracciale, quindi eseguire un'altra misurazione. Fare riferimento alla sezione 6 del manuale di istruzioni ➔ (2).
E viene visualizzato	La frequenza delle pulsazioni non viene rilevata correttamente.	Se il simbolo W continua ad apparire, è consigliabile consultare il medico curante.
E viene visualizzato	Il misuratore non ha funzionato correttamente.	Premere nuovamente il bracciale (START/STOP). Se il simbolo W continua ad apparire, è consigliabile consultare il medico curante.
E viene visualizzato	Il misuratore non ha funzionato correttamente.	Attenersi alle istruzioni fornite nella app "OMRON connect". Se il simbolo W continua ad apparire, è consigliabile consultare il medico curante.
E viene visualizzato	Il misuratore non ha funzionato correttamente.	Attenersi alle istruzioni fornite nella app "OMRON connect". Se il simbolo W continua ad apparire, è consigliabile consultare il medico curante.

Indicazione sui display/ Problema	Possibile causa	Soluzione
E3 viene visualizzato	Il bracciale è stato gonfiato a una pressione superiore a quella massima consentita.	Non toccare il bracciale né piegare il tubo dell'aria mentre si esegue una misurazione. Fare riferimento alla sezione 8 del manuale di istruzioni ➔ (2).
E4 viene visualizzato	Ci si è mossi o si è parlati durante la misurazione. Le vibrazioni o i movimenti disturbano la misurazione.	Rimane fermi e non parlare durante la misurazione.
E5 viene visualizzato	La frequenza delle pulsazioni non viene rilevata correttamente.	Applicare correttamente il bracciale, quindi eseguire un'altra misurazione. Fare riferimento alla sezione 6 del manuale di istruzioni ➔ (2).
E viene visualizzato	La frequenza delle pulsazioni non viene rilevata correttamente.	Se il simbolo W continua ad apparire, è consigliabile consultare il medico curante.
E viene visualizzato	Il misuratore non ha funzionato correttamente.	Premere nuovamente il bracciale (START/STOP). Se il simbolo W continua ad apparire, è consigliabile consultare il medico curante.
E viene visualizzato	Il misuratore non ha funzionato correttamente.	Attenersi alle istruzioni fornite nella app "OMRON connect". Se il simbolo W continua ad apparire, è consigliabile consultare il medico curante.
E viene visualizzato	Il misuratore non ha funzionato correttamente.	Attenersi alle istruzioni fornite nella app "OMRON connect". Se il simbolo W continua ad apparire, è consigliabile consultare il medico curante.

Indicazione sui display/ Problema	Possibile causa	Soluzione
E3 viene visualizzato	Il bracciale è stato gonfiato a una pressione superiore a quella massima consentita.	Non toccare il bracciale né piegare il tubo dell'aria mentre si esegue una misurazione. Fare riferimento alla sezione 8 del manuale di istruzioni ➔ (2).
E4 viene visualizzato	Ci si è mossi o si è parlati durante la misurazione. Le vibrazioni o i movimenti disturbano la misurazione.	Rimane fermi e non parlare durante la misurazione.
E5 viene visualizzato	La frequenza delle pulsazioni non viene rilevata correttamente.	Applicare correttamente il bracciale, quindi eseguire un'altra misurazione. Fare riferimento alla sezione 6 del manuale di istruzioni ➔ (2).
E viene visualizzato	La frequenza delle pulsazioni non viene rilevata correttamente.	Se il simbolo W continua ad apparire, è consigliabile consultare il medico curante.
E viene visualizzato	Il misuratore non ha funzionato correttamente.	Premere nuovamente il bracciale (START/STOP). Se il simbolo W continua ad apparire, è consigliabile consultare il medico curante.
E viene visualizzato	Il misuratore non ha funzionato correttamente.	Attenersi alle istruzioni fornite nella app "OMRON connect". Se il simbolo W continua ad apparire, è consigliabile consultare il medico curante.
E viene visualizzato	Il misuratore non ha funzionato correttamente.	Attenersi alle istruzioni fornite nella app "OMRON connect". Se il simbolo W continua ad apparire, è consigliabile consultare il medico curante.

Indicazione sui display/ Problema	Possibile causa	Soluzione
E3 viene visualizzato	Il bracciale è stato gonfiato a una pressione superiore a quella massima consentita.	Non toccare il bracciale né piegare il tubo dell'aria mentre si esegue una misurazione. Fare riferimento alla sezione 8 del manuale di istruzioni ➔ (2).
E4 viene visualizzato	Ci si è mossi o si è parlati durante la misurazione. Le vibrazioni o i movimenti disturbano la misurazione.	Rimane fermi e non parlare durante la misurazione.
E5 viene visualizzato	La frequenza delle pulsazioni non viene rilevata correttamente.	Applicare correttamente il bracciale, quindi eseguire un'altra misurazione. Fare riferimento alla sezione 6 del manuale di istruzioni ➔ (2).
E viene visualizzato	La frequenza delle pulsazioni non viene rilevata correttamente.	Se il simbolo W continua ad apparire, è consigliabile consultare il medico curante.
E viene visualizzato	Il misuratore non ha funzionato correttamente.	Premere nuovamente il bracciale (START/STOP). Se il simbolo W continua ad apparire, è consigliabile consultare il medico curante.
E viene visualizzato	Il misuratore non ha funzionato correttamente.	Attenersi alle istruzioni fornite nella app "OMRON connect". Se il simbolo W continua ad apparire, è consigliabile consultare il medico curante.
E viene visualizzato	Il misuratore non ha funzionato correttamente.	Attenersi alle istruzioni fornite nella app "OMRON connect". Se il simbolo W continua ad apparire, è consigliabile consultare il medico curante.

Indicazione sui display/ Problema	Possibile causa	Soluzione
E3 viene visualizzato	Il bracciale è stato gonfiato a una pressione superiore a quella massima consentita.	Non toccare il bracciale né piegare il tubo dell'aria mentre si esegue una misurazione. Fare riferimento alla sezione 8 del manuale di istruzioni ➔ (2).
E4 viene visualizzato	Ci si è mossi o si è parlati durante la misurazione. Le vibrazioni o i movimenti disturbano la misurazione.	Rimane fermi e non parlare durante la misurazione.
E5 viene visualizzato	La frequenza delle pulsazioni non viene rilevata correttamente.	Applicare correttamente il bracciale, quindi eseguire un'altra misurazione. Fare riferimento alla sezione 6 del manuale di istruzioni ➔ (2).
E viene visualizzato	La frequenza delle pulsazioni non viene rilevata correttamente.	Se il simbolo W continua ad apparire, è consigliabile consultare il medico curante.
E viene visualizzato	Il misuratore non ha funzionato correttamente.	Premere nuovamente il bracciale (START/STOP). Se il simbolo W continua ad apparire, è consigliabile consultare il medico curante.
E viene visualizzato	Il misuratore non ha funzionato correttamente.	Attenersi alle istruzioni fornite nella app "OMRON connect". Se il simbolo W continua ad apparire, è consigliabile consultare il medico curante.
E viene visualizzato	Il misuratore non ha funzionato correttamente.	Attenersi alle istruzioni fornite nella app "OMRON connect". Se il simbolo W continua ad apparire, è consigliabile consultare il medico curante.

Indicazione sui display/ Problema	Possibile causa	Soluzione
E3 viene visualizzato	Il bracciale è stato gonfiato a una pressione superiore a quella massima consentita.	Non toccare il bracciale né piegare il tubo dell'aria mentre si esegue una misurazione. Fare riferimento alla sezione 8 del manuale di istruzioni ➔ (2).
E4 viene visualizzato	Ci si è mossi o si è parlati durante la misurazione. Le vibrazioni o i movimenti disturbano la misurazione.	Rimane fermi e non