



PRIMEDIC
Saves Life. Everywhere.

Konformitätserklärung Declaration of Conformity

Datum/Date:
26.05.2020

Wir
We **Metrax GmbH, Rheinwaldstr. 22, D-78628 Rottweil, Germany**

(Herstellernamen und -adresse / supplier's name and address)

erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt
declare under our sole responsibility that the product

Name/name	Serien- oder Losnummer/ Serial or lot number:	UMDNS
SavePads PreConnect	Lot-Nr. 190211 – 4017 ff	18-011
SavePads Mini Connect	Lot-Nr. 190207 – 4042 ff	18-011
SavePads Mini	Lot-Nr. 190213 – 4045 ff	18-011
SavePads	Lot-Nr. 190211 – 4043 ff	18-011
SavePads Connect	Lot-Nr. 181019 – 0773 ff	18-011
SavePads PreConnect ONE	Lot-Nr. 190502 – 4018 ff	18-011

Type:

Elektroden für Defibrillation, Stimulation, Überwachung, Kardioversion
Electrodes for Defibrillation, Pacing, Monitoring, Cardioversion

in der gelieferten Ausführung den Anforderungen der Richtlinie 93/42/EWG entspricht.
as delivered is in compliance with directive 93/42/EEC.

Klassifizierung nach 93/42/EWG Anhang IX:
Classification according to 93/42/EEC Annex IX:


Class I, according to Rule 1


Konformitätsbewertung:
Conformity assessment procedure:

**93/42/EWG Anhang VII
93/42/EEC Annex VII**

Die Konformitätserklärung besitzt Gültigkeit bis zum 25.05.2021
The declaration of conformity is valid until 25th of May 2021

Rottweil, 26.05.2020
Datum/Date


Tobias Mohry, Managing Director


ppa. Udo Gerlach, Technical Manager

Diese Erklärung entspricht DIN EN ISO/IEC 17050-1:2005 /
This declaration is in conformity with DIN EN ISO/IEC 17050-1:2005