

<b>CONFORMITY DECLARATION</b> <i>According to European directive 2007/47/CE  Implementation of the directive 93/42/CEE</i> <b>DICHIARAZIONE DI CONFORMITA</b> <i>Ai sensi della Direttiva Europea 2007/47/CE  Recepimento Direttiva 93/42/CEE</i>	<b>SAN-O-SUB ITALIA SRL</b> Via Leonardo Da Vinci 168 20090 Trezzano S/N Milano Tel-02-4452075-4450634	<b>DOCUMENTO N.°</b>  Lll-yy-mm
--	---	---------------------------------------

La società SAN-O-SUB ITALIA SRL Via L.Da Vinci 168 20090 Trezzano S/N (MI) Italy  
The company SAN-O-SUB ITALIA SRL Via L.Da Vinci 168 20090 Trezzano S/N (MI) Italy

**DICHIARA SOTTO LA PROPRIA ED ESCLUSIVA RESPONSABILITA'**  
**DECLARE UNDER OWN EXCLUSIVE RESPONSABILITIES**

che l'attrezzatura a pressione costruita:  
*that the manufactured pressure equipment:*

N.°Prog. Prog. N.	Codice prodotto Product Cod.	Cod. cert. prodot Cert.product cod	Descrizione Description	Quantità Quantity	Lotto Series
1	12214NF	<b>G10701430004REV.00</b>	RIDUTTORE CON FLUSSOMETRO ED UMIDIFICATORE	XXX	YY- MM- LLL

**E' CONFORME AI REQUISITI ESSENZIALI DELLA DIRETTIVA 2007/47/CE**  
**RECEPIMENTO DIRETTIVA 93/42/CEE**  
**E' CONFORME ALLA EN ISO 10524/3**  
**MEET THE REQUIRMENTS OF DIRECTIVE 2007/47/CE**  
**IMPLEMANTATION OF THE DIRECTIVE 93/42/CEE**  
**MEET THE REQUIRMENTS OF EN ISO 10524/3**

**PROCEDURA DI CONFORMITA' UTILIZZATA :** Art.11 2b Allegato II escluso paragrafo 4  
*Conformity assessment procedures used* :Art.11 2b AnnexII exclusive Section 4

**REGOLA DI CLASSIFICAZIONE :** II B  
*Rule of Classification* II B

**RILASCIATA DA** TUV SUD Product Service Gmbh Zertifizierstelle Ridlerstrasse 65  
80339 Munchen Germany CE 0123

**CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA'** G1 07 0143 0004 REV.00  
**Registration number of CE Certificate :** G1 07 0143 0004 REV.00

Noi attestiamo che, salvo eccezioni o deroghe sopra indicate, la presente fornitura è stata fabbricata conformemente SOTTO TUTTI GLI ASPETTI, alle norme e regolamenti del mercato e che ad essa si riferiscono e che, dopo l'effettuazione dei controlli secondo le nostre procedure interne, risponde altresì alle specifiche tecnico-qualitative richieste dal Committente.

*It is declared that, with certain exception above written this equipment has been manufactured in according to the norms and requirements of the reference market after to be checked according to our procedures and meets the quality specification of the purchaser.*

Trezzano Sul Naviglio  
03/03/2022

SAN-O-SUB ITALIA SRL  
F.Marchetti – Direzione  
Firma