



PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

DEAMBULATORE IN PIEDI COMPLETAMENTE REGOLABILE - alluminio - rosso

FULLY ADJUSTABLE STANDUP ROLLATOR - aluminium - red

**DÉAMBULATEUR DEBOUT COMPLÈTEMENT RÉGLABLE -
aluminium - rouge**

ANDADOR DE PIE TOTALMENTE AJUSTABLE - aluminio - rojo

Manuale di istruzioni - Instruction Manual - Mode d'emploi - Manual de instrucciones

È necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede.

All serious accidents concerning the medical device supplied by us must be reported to the manufacturer and competent authority of the member state where your registered office is located.

Il est nécessaire de signaler tout accident grave survenu et lié au dispositif médical que nous avons livré au fabricant et à l'autorité compétente de l'état membre où on a le siège social.

Es necesario informar al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que se encuentra la sede sobre cualquier incidente grave que haya ocurrido en relación con el producto sanitario que le hemos suministrado.

Gima 43172



Foshan HCT Medical Equipment Co., Ltd

No.501 of 19 Building,Daxing Liandong U Valley, No. 4, Xiangshun Road, Danzao Town, Nanhui District, Foshan, Guangdong, China
Made in China



HCT-9291D



REP

SUNGO Europe B.V.
Fascinatio Boulevard 522, Unit 1.7, 2909VA Capelle aan den IJssel, The Netherlands



Gima S.p.A

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) - Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com



ADVERTENCIAS

Antes de realizar cualquier operación, comprobar visualmente la integridad del dispositivo. En caso de que el producto presente anomalías, contactar inmediatamente con el distribuidor donde se adquirió. No asumimos ninguna responsabilidad por el mal uso del dispositivo.

DESCRIPCIÓN DEL ANDADOR VERTICAL

El andador vertical HCT-9291D se caracteriza por su diseño compacto y plegable y por su bastidor estable de aluminio y su reposabrazos totalmente regulable, cuyo objetivo es ayudar a los usuarios a mantenerse erguidos y a mirar hacia delante con un mejor apoyo.

Hay que montar el andador vertical antes de su uso. Seguir las instrucciones que se indican a continuación:

MATERIALES DE LOS COMPONENTES

Bastidor	Aluminio
Ruedas	PVC
Barra de sujeción	Espuma
Reposamanos	Material acolchado PU
Asiento	Nylon y poliéster

PREPARACIÓN PARA EL USO

La elección del tipo de ayuda y los ajustes necesarios para su uso deben realizarse por personal sanitario y técnico cualificado, en función de la patología y de las condiciones del usuario.

1. Para garantizar su seguridad en el uso del andador vertical, deben seguirse las siguientes indicaciones de seguridad y todas las instrucciones.
2. Comprobar si todas las ruedas están bien apretadas antes de usarlas.
3. Comprobar si el botón de ajuste de la altura está firme.
4. Asegurarse de que el andador está totalmente desplegado y prestar atención a los alrededores cuando se utiliza un andador.
5. El respaldo está destinado a proporcionar apoyo a la espalda mientras se está sentado. El respaldo no está pensado para soportar el peso de todo el cuerpo. Evitar inclinarse mientras se está sentado, ya que puede provocar una caída.
6. Los frenos DEBEN estar en posición de bloqueo ANTES de sentarse en el asiento.
7. Los frenos deben utilizarse para evitar que las ruedas se desplacen. Sin embargo, no puede impedir que el andador se mueva si se empuja.
8. NO impulsar el andador mientras esté sentado. Los andadores están destinados a utilizarse como ayuda para caminar y NO DEBEN UTILIZARSE COMO SILLA DE RUEDAS.
9. NO utilizar el andador para caminar hacia atrás, bajar pendientes o subir escaleras, bordillos o pasar por encima de grandes obstáculos. Puede producirse un riesgo grave de caída o lesiones.
10. NO utilizar el asiento para transportar personas u objetos grandes.
11. NO sentarse en el asiento cuando el andador está inclinado.
12. NO empujar el andador mientras los frenos estén activados.
13. NO introducir la mano en la zona plegable del andador para evitar pinzamientos.
14. NO hay que dejarse caer en el asiento del andador, hay que sentarse siempre lentamente en el asiento de forma controlada.

COMPONENTE



1. **Empuñadura**
2. **Respaldo**
3. **Cable de freno**
4. **Bolsa de nailon**
5. **Ruedas delanteras de 10 pulgadas**
6. **Tornillo de desbloqueo rápido**
7. **Ruedas traseras de 8 pulgadas**
8. **Pedal de ayuda para obstáculos**
9. **Cubierta del freno**
10. **Portabastones**
11. **Pieza de unión para diseño plegable**
12. **Asiento acolchado**
13. **Pulsador para ajustar la altura**
14. **Barra de sujeción de espuma**
15. **Mando para ajustar la altura del respaldo**
16. **Mando para ajustar la longitud del mango**
17. **Soporte de brazo**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Ancho entre las asas	19,7 pulg.
Ancho total	24,6 pulg.
Profundidad total	29,5 pulg.
Zona del asiento	9,8*18 pulg.
Altura del asiento	21,6 pulg.
Altura de asa regulable	40,3-45,5 pulg.
Peso máx. del usuario	300 lb (136kg)
Peso	22,4 lb
Ruedas delanteras	10 pulg.
Ruedas traseras	8 pulg.

MANUAL DE USUARIO DEL ANDADOR VERTICAL

Il deambulatore verticale richiede il montaggio prima dell'uso. Si prega di seguire le istruzioni qui sotto:

- Identificar la pieza de la base parcialmente montada, desplegarla y asegurarse de que el asiento está plano y encajado en su sitio.



- Fijar las 2 ruedas delanteras en la inserción del asiento y bloquearlo en su posición.



- Localizar las 2 asas que vienen con el respaldo e introducirlas en los dos tubos situados a ambos lados del andador, asegurándose de que está bloqueado en su posición.



- Introducir las 2 asas de mano en la ranura prevista en las barras de los brazos.

Escoger la longitud deseada alineando el número de la escala donde se desea que esté la longitud y asegur-

rar con el mando atornillándolo.



- Colocar la barra de sujeción en el tubo y bloquearlo en su posición.



- Retirar los dos tubos del rollo en la parte delantera del asiento, y después colgar la bolsa por las dos correas de la bolsa de transporte.



CÓMO AJUSTAR LA ALTURA DEL REPOSA-BRAZOS

Hay un botón en cada tubo donde se puede ajustar la altura del mango hacia arriba o hacia abajo presionando el botón y enganchando en el punto preciso cuando se alcanza la altura deseada.



ACCIONAMIENTO DE LOS FRENOS DE MANO

Tirar del freno de mano para ralentizar o detener el andador.

Empujar los frenos de mano hasta que se oiga un

«clic» para bloquear el andador en su posición.

Atención: Los frenos deben accionarse en la posición de bloqueo cuando se está sentado y previamente hay que comprobar el bloqueo empujando hacia delante el poste.



PLEGAR EL ANDADOR VERTICAL

Para plegar el andador vertical, basta con tirar hacia arriba de la correa situada en el centro del asiento. A continuación, tirar de nuevo hacia delante para situar el andador vertical en posición horizontal.

Hay dos tornillos a cada lado de la barra del manillar, la altura del respaldo se puede ajustar hacia arriba o hacia abajo aflojando los tornillos y apretándolos cuando se alcanza la altura deseada.



CÓMO AJUSTAR LA ALTURA DEL RESPALDO



AJUSTE DE LOS FRENOS:

Girar el tornillo de ajuste en sentido antihorario para aumentar la tensión y, a continuación, bloquear la tuerca de ajuste en el sentido horario mientras se mantiene fijo el tornillo de ajuste.

MANTENIMIENTO

Con el paso del tiempo, los cables de los frenos pueden estirarse y, si no se pueden realizar más ajustes, es necesario sustituirlos. Para sustituir los cables de freno, se recomienda solicitar ayuda al distribuidor. Antes de utilizar el andador, hay que comprobar cada vez que las ruedas están bien sujetas. También hay que comprobar que los frenos funcionen correctamente y que las asas y las empuñaduras estén bien sujetas. Si cualquier parte del andador tiene la apariencia de estar suelta o no ser segura, interrumpir su uso hasta que sea inspeccionado por un distribuidor autorizado.

A continuación se muestra el programa de mantenimiento:

SEMANALMENTE

- Comprobar si el freno funciona mal
- Comprobar que todas las ruedas y las ruedecillas no estén sueltas y que las tuercas y mandos no estén flojos

PERIÓDICAMENTE

- Comprobar el desgaste de las asas
- Comprobar que los pernos del bastidor estén bien sujetos
- Comprobar que los pernos del eje delantero y trasero estén bien sujetos
- Comprobar si las gomas de las ruedas están desgastadas o agrietadas

ANUALMENTE

Una vez al año lleve su andador a un reparador autorizado para una revisión completa, limpieza, mantenimiento y lubricación de todas las partes móviles Ruedas Asas Cables de freno Palanca de freno Rodamientos Mandos

LIMPIEZA

Su andador puede limpiarse con un paño húmedo o una esponja y agua con jabón caliente. Se pueden utilizar limpiadores para superficies antibacterianos domésticos si es necesario. Se debe tener cuidado de no dejar residuos de limpieza en las asas o en el asiento para que no resbalen cuando se utilicen. No utilizar estropajos o raspadores, ya que pueden dañar los revestimientos superficiales.



¡ADVERTENCIAS!

1. Límite máximo de trabajo 300Lb (136kg).
2. NO ponerse de pie sobre este producto.

3. Asegurarse de que las dos asas de empuje están ajustadas a la misma altura.
4. Acudir a un profesional sanitario capacitado o a un distribuidor autorizado de Freedom Healthcare para ajustar la altura de este producto.
5. Mantener siempre una distancia de seguridad entre el andador y otros peatones u objetos.
6. Algunos componentes pueden causar daños al entrar en contacto con otros objetos.
7. No intentar sustituir las ruedas o los ruedecillas de su andador. Si están defectuosos o hay que sustituirlos, contactar con un reparador autorizado.
8. Asegurarse de que el andador está completamente abierto (el brazo de tijera plegable está recto) antes de utilizarlo.
9. Asegurarse de que los dedos no se acerquen al brazo de la tijera al plegarlo.

MANUAL DE USUARIO DEL ANDADOR VERTICAL

Garantizamos los accesorios incluidos contra defectos de materiales y mano de obra durante un año a partir de la fecha de compra original. No garantizamos los daños causados por accidente o abuso. Si tiene cualquier duda, contáctenos.

	Precaución: lea las instrucciones (advertencias) cuidadosamente		Producto sanitario conforme con el reglamento (UE) 2017/745		Código producto
	Fabricante		No estéril		Consultar las instrucciones de uso
	Conservar al amparo de la luz solar		Conservar en un lugar fresco y seco		Producto sanitario
	Importador		Representante autorizado en la Comunidad Europea		Fecha de fabricación
	Número de lote		Identificador de dispositivo único		

CONDICIONES DE GARANTÍA GIMA

Se aplica la garantía B2B estándar de Gima de 12 meses.

