

CATETERE URETRALE STERILE MONOUSO
STERILE URETHRAL CATHETER FOR SINGLE USE
CATHÉTERA URÉTRAL STÉRILE À USAGE UNIQUE
CATÉTER URETRAL ESTÉRIL DE UN SOLO USO
CATETER URETRAL ESTÉRIL DE UTILIZAÇÃO ÚNICA
STERILER HARNRÖHRENKATHETER FÜR DEN EINMALGEBRAUCH
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ ΟΥΡΗΘΡΙΚΟΣ ΚΑΘΗΤΗΡΑΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ
STERYLNY CEWNIK UROLOGICZNY DO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU
STERILNÍ URETRÁLNÍ KATÉTR NA JEDNO POUŽITÍ
STERIL URINRÖRSKATETER FÖR ENGÅNGSBRUK
STERIILI JA KERTAKÄYTTÖINEN VIRTSAPUTKIKATETRI
STERILNI URETRALNI KATETER ZA ENKRATNO UPORABO
STERILNÝ MOČOVÝ KATÉTER NA JEDNO POUŽITIE
CATETER URETRAL STERIL DE UNICĂ FOLOSINȚĂ
STERIELE URETHRALE KATHETER VOOR EENMALIG GEBRUIK
STERILNI KATETER ZA URETRU ZA JEDNOKRATNU UPORABU
STERIL URINRÖRSKATETER FÖR ENGÅNGSBRUK
STERILT URINRØRSKATETER TIL ENGANGSBRUG
СТЕРИЛЕН УРЕТРАЛЕН КАТЕТЪР ЗА ЕДНОКРАТНА УПОТРЕБА
VIENTKARTINIO NAUDOJIMO STERILUS ŠLAPLĖS KATETERIS
STERILS URĪNIZVADKANĀLA KATETRS VIENREIZĒJAI LIETOŠANAI
STERIILNE URETRA KATEETER ÜHEKORDSEKS KASUTAMISEKS

Gima 22054 - Gima 22055 - Gima 22056 - Gima 22057 - Gima 22058 - Gima 22059 - Gima 22064 Gima 22065 - Gima 22066 - Gima 22067 - Gima 22068 - Gima 22069 - Gima 22070 - Gima 22077 Gima 22078 - Gima 22079 - Gima 22080



Jiangsu Suyun Medical Materials Co., Ltd. No.18
Jin Qiao Road Dapu Industrial Park 222002 Lianyungang
JIANGSU PROVINCE, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
Made in China



S5122.12 - S5122.14 - S5122.16 - S5122.18 - S5122.20 - S5122.22 - S5122.12 - S5122.14 - S5122.16 - S5122.18 - S5122.20 - S5122.22 - S5122.24 - S5123.18 - S5123.20 - S5123.22 - S5123.24



Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)
Eiffestraße, 80, 20537, Hamburg, Germany



Medicare Ag
Hauptstrasse, 51 5024 Kuttigen, Schweiz
CHRN-AR-20002506



Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

CE 0123



ITALIANO

Nome prodotto:

Catetere uretrale sterile monouso (catetere Foley)

Tipo:

A 1 via, a 2 vie, a 3 vie

Formati:

punta dritta/punta standard

Scopo previsto:

Per favorire una minzione temporanea, inserire il dispositivo nella vescica attraverso l'uretra quando i pazienti non sono in grado di mingere da soli.

Utenti previsti:

Deve essere utilizzato da medici, personale infermieristico, pazienti o personale di accompagnamento addestrati.

Composizione strutturale:

Il prodotto è composto da imbuto di drenaggio, porta di accesso per l'insufflazione, valvola, porta di accesso per l'irrigazione e tubo.

Indicazioni:

Nessuna

Controindicazioni:

I soggetti allergici ai materiali in lattice non devono utilizzare questo prodotto.

Gruppo di pazienti:

Pazienti con ritenzione urinaria causata da ostruzione delle vie urinarie.

Soccorso di pazienti gravemente malati.

Pazienti che necessitano di diagnosi e trattamento di patologie vescicali. Pazienti sottoposti a interventi chirurgici.

Pazienti con lesioni al midollo spinale.

Caratteristiche prestazionali: monouso e sterile**Metodo:**

a. Lavarsi le mani e indossare i guanti per pulire l'apertura uretrale. I pazienti che hanno il prepuzio devono tirarlo verso il basso per esporre l'apertura uretrale e pulirla.

b. Dopo essersi preparati per il cateterismo, aprire la confezione singola dall'apertura.

c. Lubrificare il catetere con paraffina liquida medica o olio di silicone medico.

d. Inserire lentamente il catetere urinario nella vescica attraverso l'uretra per un normale cateterismo.

Eventuali rischi residui ed effetti collaterali indesiderati: nessuno

Informazioni sull'installazione: nessuna

Vantaggi clinici:

il prodotto aiuta i pazienti ad avere una minzione temporanea.

Attenzioni:

a. È necessario applicare rigorosamente i requisiti delle specifiche di funzionamento asettico e le normative pertinenti durante l'utilizzo del prodotto, che deve essere usato da medici, personale infermieristico, pazienti o personale di accompagnamento addestrati. Tuttavia, quando i pazienti o il personale di accompagnamento effettuano il cateterismo urinario per la prima volta, si raccomanda di utilizzare il prodotto sotto la guida di personale medico specializzato. Durante l'uso, l'operatore o il paziente devono essere trattati tempestivamente secondo le disposizioni mediche.

b. Se durante l'uso si riscontrano dubbi sulla qualità, interrompere immediatamente le operazioni e informare tempestivamente la nostra azienda.

c. Il prodotto deve essere sterilizzato con EO e deve essere sterile.

d. Il prodotto è monouso e deve essere distrutto dopo l'uso.

e. Controllare la singola confezione prima di utilizzare il prodotto.

f. Non utilizzare se la confezione è aperta o danneggiata.

g. Sterile e valido per 5 anni. Non utilizzare se scaduto.

h. Questo prodotto deve essere utilizzato insieme a un contenitore per l'urina. Quando lo si usa, si deve evitare di schizzare l'urina e di inquinare l'ambiente.

i. Gettare dopo l'utilizzo. Dopo l'uso, i prodotti devono essere raccolti, trasportati, conservati e smaltiti per garantire che siano innocui per la salute umana e l'ambiente. In alternativa, il prodotto può essere smaltito in conformità alle norme mediche locali per lo smaltimento dei rifiuti.

j. Se il prodotto viene utilizzato in ambiente domestico, dopo l'uso deve essere smaltito come rifiuto domestico pericoloso.

k. Eventuali incidenti gravi derivanti dall'uso del dispositivo medico da noi fornito devono essere segnalati al produttore e all'autorità competente dello Stato Membro in cui si trova la vostra sede legale.

Conservazione:

Il prodotto deve essere conservato in un luogo a temperatura ambiente e ben ventilato.

CONDIZIONI DI GARANZIA GIMA

Si applica la garanzia B2B standard Gima di 12 mesi.

ENGLISH

Product name:

Sterile Urethral Catheter for Single Use (Foley catheter)

Type: 1-way, 2-way, 3-way

Sizes:

Straight Tip/ Standard tip-

Intended purpose:

For temporary emission by inserting it to bladder through urethra when patients can not micturate by themselves.

Intended users:

It can be used by trained doctors, nursing staff, patients or accompanying personnel.

Structural Composition:

The product is composed of drainage funnel, inflation access port, valve, irrigation access port and tube.

Indications:

None

Contraindications:

Those who are allergic to latex materials should not use this product.

Patient group:

Patients with urinary retention caused by urinary tract obstruction. Rescue critically ill patients.

Patients in need of diagnosis and treatment of bladder disease.

People undergoing surgery.

Patients with spinal cord injury.

Performance Characteristics: single-use and sterile**Method:**

a. Wash your hands and put on gloves to clean around the urethral opening. Those who have foreskin should pull the foreskin down to expose the urethral opening and clean it.

b. After preparing for catheterization, open the individual package from the opening.

c. Lubricate the catheter with medical liquid paraffin or medical silicone oil.

d. Insert the urinary catheter into the bladder slowly through the urethra for normal catheterization.

Any residual risk and any undesirable side-effects: none

Installation information: none

Clinical benefits:

The product help patients to temporary emiction.

Caution:

a. When using the product, it should strictly implement the requirements of aseptic operation specifications and relevant regulations, and can be used by trained doctors, nursing staff, patients or accompanying personnel. However, when patients or accompanying staff conduct urinary catheterization for the first time, please use it under the guidance of professional medical staff. In the course of use, the operator or patient should be treated in a timely manner according to medical regulations.

b. If you find any possible quality doubt during use, please stop using it immediately and notify our company quickly.

c. The product should be sterilized with EO, and the product should be sterile.

d. The product is disposable and should be destroyed after use.

e. Please checking the individual package before using it.

f. Don't use if package is opened or damaged.

g. Sterile and validity for 5 year. Don't use if overdue.

h. This product needs to be used in conjunction with a container for urine. When using it, it should avoid splashing urine and polluting the environment.

i. Discard after use. After use, the products shall be collected, transported, stored and disposed to ensure that the products are harmless to human health and the environment. Or the product can be disposed in accordance with the local medical regulations for wastedisposal.

j. If the product is used in a household environment, after use, the product shall be disposed as household hazardous waste.

k. All serious incidents concerning the medical device supplied by us must be reported to the manufacturer and competent authority of the member state where your registered office is located.

Storage:

The product should be stored in a well-ventilated room temperature.

GIMA WARRANTY TERMS

The Gima 12-month standard B2B warranty applies.

FRANÇAIS

Nom du produit :

Cathéter urétral stérile à usage unique (cathéter de Nelaton)

Type :

pédiatrie masculine, pédiatrie féminine, Homme, Femme

Tailles :

Embout droit/Embout standard-

Objectif visé :

Pour la miction temporaire en l'insérant dans la vessie par l'urètre lorsque les patients ne peuvent pas uriner par eux-mêmes.

Utilisateurs prévus :

Il peut être utilisé par les médecins, le personnel infirmier, les patients ou le personnel d'accompagnement.

Composition structurelle :

Le produit est composé d'un entonnoir de drainage et d'un tuyau

Indications :

Aucun

Contre-indications :

Les personnes allergiques aux matériaux en PVC ne doivent pas utiliser ce produit.

Type de patient :

Patients souffrant de rétention urinaire causée par une obstruction

des voies urinaires.

Patients gravement malades.

Patients ayant besoin d'un diagnostic et d'un traitement pour une maladie de la vessie. Personnes subissant une intervention chirurgicale.

Patients souffrant de lésions de la moelle épinière.

Caractéristiques de performance :

usage unique et stérile

Méthode :

a. Se laver les mains et mettre des gants pour nettoyer le pourtour de l'orifice urétral. Ceux qui ont un prépuce doivent le tirer vers le bas pour exposer l'orifice urétral et le nettoyer.

b. Après avoir préparé le cathétérisme, ouvrir l'emballage individuel à partir de l'ouverture.

c. Lubrifier le cathéter avec de la paraffine liquide médicale ou de l'huile de silicone médicale.

d. Insérer lentement le cathéter urinaire dans la vessie par l'urètre pour un sondage normal.

Risque résiduel et effets secondaires indésirables : aucun

Informations relatives à l'installation :

aucune

Avantages cliniques :

Le produit aide les patients pour la miction temporaire.

Attention :

a. Lors de l'utilisation du produit, il convient d'appliquer strictement les exigences des spécifications d'opération aseptique et les réglementations pertinentes, et peut être utilisé par des médecins formés, du personnel infirmier, des patients ou du personnel d'accompagnement.

Toutefois, lorsque les patients ou le personnel accompagnant effectuent un sondage urinaire pour la première fois, veuillez l'utiliser sous la supervision d'un personnel médical professionnel. En cours d'utilisation, l'opérateur ou le patient doit être traité en temps utile conformément aux réglementations médicales.

B. Si vous constatez un quelconque doute sur la qualité pendant l'utilisation, veuillez cesser immédiatement de l'utiliser et en informer rapidement notre société.

c. Le produit doit être stérilisé avec du gaz d'ordre technique et le produit doit être stérile.

d. Le produit est jetable et doit être détruit après utilisation.

e. Veuillez vérifier l'emballage individuel avant de l'utiliser.

f. Ne pas utiliser si l'emballage est ouvert ou endommagé.

g. Stérile et validité de 5 ans. Ne pas utiliser si le délai est dépassé.

h. Ce produit doit être utilisé en conjonction avec un récipient pour l'urine. Lors de son utilisation, il faut éviter les éclaboussures d'urine et la pollution de l'environnement.

i. Jeter après usage. Après utilisation, les produits doivent être collectés, transportés, stockés et éliminés de manière à garantir leur innocuité pour la santé humaine et l'environnement. Ou le produit peut être éliminé conformément aux réglementations médicales locales en matière d'élimination des déchets.

j. Si le produit est utilisé dans un environnement domestique, il doit être éliminé comme un déchet ménager dangereux.

Le produit est collecté, transporté, stocké et éliminé par un établissement ou une entreprise spécialisés.

Le produit peut également être éliminé conformément aux réglementations médicales locales en matière d'élimination des déchets.

k. Tous les accidents graves concernant le dispositif médical que nous fournissons doivent être signalés au fabricant et à l'autorité compétente de l'État membre où se trouve votre siège social.

Stockage :

Le produit doit être conservé dans une pièce bien ventilée.

CONDITIONS DE GARANTIE GIMA

La garantie appliquée est la B2B standard Gima de 12 mois.

ESPAÑOL

Nombre del producto:

Catéter Uretral Estéril de un Solo Uso (Catéter Foley)

Tipo: 1-vía, 2-vías, 3-vías

Tamaños:

Punta recta/ Punta estándar-

Uso previsto:

Para la micción temporal introduciéndolo en la vejiga a través de la uretra cuando los pacientes no pueden miccionar por sí mismos.

Usuarios previstos:

Puede ser utilizado por médicos entrenados, personal de enfermería, pacientes o personal acompañante.

Composición Estructural:

El producto se compone de embudo de drenaje, puerto de acceso de inflado, válvula, puerto de acceso de irrigación y tubo.

Indicaciones:

Ninguna

Contraindicaciones:

Las personas alérgicas a los materiales de látex no deben utilizar este producto.

Grupo de pacientes:

Pacientes con retención urinaria causada por obstrucción del tracto urinario.

Pacientes de rescate gravemente enfermos.

Pacientes que necesitan diagnóstico y tratamiento de enfermedades de la vejiga. Personas sometidas a cirugía.

Pacientes con lesión medular.

Características de Funcionamiento: de un solo uso y estéril

Método:

a. Lávese las manos y póngase guantes para limpiar alrededor del orificio uretral. Quienes tengan prepucio deberán tirar de él hacia abajo para exponer el orificio uretral y limpiarlo.

b. Después de prepararse para el cateterismo, abra el envase individual por la abertura.

c. Lubrique el catéter con parafina líquida médica o aceite de silicona médica.

d. Introduzca el catéter urinario en la vejiga lentamente a través de la uretra para un cateterismo normal.

Cualquier riesgo residual y cualquier efecto secundario indeseable:

ninguno

Información sobre la instalación:

ninguna

Beneficios clínicos: El producto ayuda a los pacientes a la micción temporal.

Precaución:

a. Cuando se utilice el producto, debe implementar estrictamente los requisitos de las especificaciones de operación aséptica y las regulaciones pertinentes

y puede ser utilizado por médicos capacitados, personal de enfermería, pacientes o personal acompañante. Sin embargo, cuando los pacientes o el personal acompañante realicen el cateterismo urinario por primera vez, utilícelo bajo la orientación de personal médico profesional. Durante el uso, el operador o el paciente deben recibir el tratamiento en el momento oportuno de acuerdo con la normativa médica.

b. Si encuentra alguna posible duda sobre la calidad durante su

utilización, por favor deje de usarlo inmediatamente y notifíquelo a nuestra empresa rápidamente.

c. El producto debe ser esterilizado con EO. y el producto debe ser estéril.

d. El producto es desechable y debe ser destruido después de su uso.

e. Por favor, compruebe el envase individual antes de usarlo.

f. No utilizar si el envase está abierto o dañado.

g. Estéril y válido durante 5 años. No utilizar si está caducado.

h. Este producto necesita ser utilizado en conjunto con un recipiente para orina. Al usarlo, debe evitar salpicar orina y contaminar el ambiente.

i. Desechar tras su uso. Después de su uso, los productos deberán ser recogidos, transportados, almacenados y desechados para garantizar que los productos son inofensivos para la salud humana y el medio ambiente. O el producto puede eliminarse de acuerdo con la normativa médica local sobre eliminación de residuos.

j. Si el producto se utiliza en un entorno doméstico, después de su uso deberá eliminarse como residuo doméstico peligroso.

k. Los incidentes graves relacionados con el dispositivo médico suministrado por nosotros deben notificarse al fabricante y a la autoridad competente del Estado Miembro donde se encuentre su domicilio social.

Almacenamiento:

El producto debe almacenarse a temperatura ambiente bien ventilado.

CONDICIONES DE GARANTÍA GIMA

Se aplica la garantía B2B estándar de Gima de 12 meses.

PORTUGUÊS

Nome do produto:

Cateter Uretral Estéril para Utilização Única (cateter Foley)

Tipo:

1 via, 2 vias, 3 vias

Tamanhos:

Ponta Direita/ Ponta Padrão-

Finalidade de utilização:

Para a micção temporária, introduzindo-o na bexiga através da uretra quando os doentes não conseguem urinar sozinhos.

Utilizadores previstos:

Pode ser utilizado por médicos treinados, pessoal de enfermagem, doentes ou pessoal de acompanhamento.

Composição Estrutural:

O produto é composto por um funil de drenagem, um porto de acesso à insuflação, uma válvula, uma porto de acesso à irrigação e um tubo.

Indicações:

Nenhum

Contraindicações:

As pessoas alérgicas a materiais de PVC não devem utilizar este produto.

Grupo de doentes:

Doentes com retenção urinária causada por obstrução do trato urinário.

Socorrer doentes em estado crítico.

Doentes que necessitam de diagnóstico e tratamento de doenças da bexiga. Pessoas submetidas a cirurgia.

Doentes com lesão da espinal medula.

Características de Desempenho: de uso único e estéril

Método:

- Lave as suas mãos e calce as luvas para limpar à volta do orifício uretral. Quem tem prepúcio deve puxar o prepúcio para baixo para expor o orifício uretral e limpá-lo.
 - Após a preparação para o cateterismo, abra a embalagem individual a partir da abertura.
 - Lubrifique o cateter com parafina líquida medicinal ou óleo de silicone medicinal.
 - Introduza lentamente o cateter urinário na bexiga através da uretra para uma cateterização normal.
- Eventuais riscos residuais e efeitos secundários indesejáveis: nenhum

Informações sobre a instalação:

nenhuma

Benefícios clínicos:

O produto ajuda os doentes a ter uma micção temporária.

Cuidado:

- Ao utilizar o produto, este deve cumprir rigorosamente os requisitos das especificações de operação asséptica e os regulamentos relevantes, e pode ser utilizado por médicos treinados, pessoal de enfermagem, doentes ou pessoal acompanhante. No entanto, quando os doentes ou o pessoal acompanhante efetuam o cateterismo urinário pela primeira vez, devem utilizá-lo sob a orientação de pessoal médico profissional. No decurso da utilização, o operador ou o doente deve ser tratado atempadamente de acordo com os regulamentos médicos.
- Se encontrar qualquer possível dúvida de qualidade durante a utilização, pare imediatamente de o utilizar e notifique rapidamente a nossa empresa.
- O produto deve ser esterilizado com OE (óxido de etileno) e o produto deve ser estéril.
- O produto é descartável e deve ser destruído após a utilização.
- Verifique a embalagem individual antes de o utilizar.
- Não utilize se a embalagem estiver aberta ou danificada.
- Estéril e com validade de 5 anos. Não utilize se estiver fora de prazo.
- Este produto precisa de ser utilizado em conjunto com um recipiente para urina. Ao utilizá-lo, deve evitar salpicos de urina e a poluição do ambiente.
- Deite fora após a utilização. Após a utilização, os produtos devem ser recolhidos, transportados, armazenados e eliminados para garantir que os produtos são inofensivos para a saúde humana e para o ambiente. Ou então, o produto pode ser eliminado de acordo com os regulamentos médicos locais relativos à eliminação de resíduos.
- Se o produto for utilizado num ambiente doméstico, após a utilização, o produto deve ser eliminado como resíduo doméstico perigoso.
- Todos os incidentes graves relacionados com o dispositivo médico fornecido por nós devem ser comunicados ao fabricante e à autoridade competente do Estado-Membro onde se situa a sua sede social.

Armazenamento:

O produto deve ser armazenado a uma temperatura ambiente bem ventilada.

CONDIÇÕES DE GARANTIA GIMA

Aplica-se a garantia B2B padrão GIMA de 12 meses.

Steriler Harnröhrenkatheter für den Einmalgebrauch (Foley-Katheter)

Typen:

1-Weg, 2-Weg, 3-Weg

Größen:

Gerade Spitze/ Standardspitze-

Vorgesehene Verwendung:

Zur vorübergehenden Blasenentleerung durch Einführen in die Blase durch die Harnröhre, wenn Patienten nicht selbständig miktieren können.

Vorgesehene Anwender:

Kann von geschulten Ärzten, Pflegepersonal, Patienten oder Begleitpersonal verwendet werden.

Strukturelle Zusammensetzung:

Das Produkt besteht aus einem Drainagetrichter, einem Aufblasanschluss, einem Ventil, einem Irrigationsanschluss und einem Schlauch.

Indikationen:

Keiner

Kontraindikationen:

Personen, die allergisch auf Latex-Materialien reagieren, sollten dieses Produkt nicht verwenden.

Patientengruppe:

Patienten mit Harnverhalt aufgrund einer Harnwegsobstruktion. Rettung von kritisch kranken Patienten. Patienten, die eine Diagnose und Behandlung einer Blasenkrankung benötigen. Menschen, die operiert werden. Patienten mit Rückenmarksverletzungen.

Leistungsmerkmale: zum Einmalgebrauch und steril

Methode:

- Waschen Sie Ihre Hände und ziehen Sie Handschuhe an, um den Bereich der Harnröhrenöffnung zu reinigen. Patienten mit Vorhaut sollten diese zurückziehen, um die Harnröhrenöffnung freizulegen und zu reinigen.
- Nach der Vorbereitung für die Katheterisierung öffnen Sie die Einzelverpackung von der Öffnung her.
- Schmieren Sie den Katheter mit flüssigem medizinischem Paraffin oder medizinischem Silikonöl.
- Führen Sie den Harnkatheter langsam durch die Harnröhre in die Blase ein, um einen normalen Katheterismus durchzuführen.

Etwäge Restrisiken und unerwünschte Nebenwirkungen:

keine

Installationshinweise:

keine

Klinischer Nutzen:

Das Produkt hilft den Patienten, vorübergehend zu miktieren.

Warnung:

- Bei der Verwendung des Produkts sollten die Anforderungen der aseptischen Verfahren und die einschlägigen Vorschriften strikt eingehalten werden. Es kann von geschulten Ärzten, Pflegepersonal, Patienten oder Begleitpersonal verwendet werden. Wenn Patienten oder Begleitpersonal jedoch zum ersten Mal einen Blasenkatheter legen, sollten sie dies unter Anleitung von medizinischem Fachpersonal tun. Während des Gebrauchs sollte der Anwender oder Patient zeitnah gemäß den medizinischen Vorschriften behandelt werden. Sollten Sie während des Gebrauchs Qualitätsmängel feststellen, stellen Sie den Gebrauch bitte sofort ein und benachrichtigen Sie unser Unternehmen umgehend.
- Das Produkt sollte mit EO sterilisiert werden und es sollte steril sein.
- Das Produkt ist ein Einwegartikel und sollte nach Gebrauch ver-

DEUTSCH

Produktname:

nichtet werden.

e. Überprüfen Sie bitte die einzelnen Verpackungen vor der Verwendung.

f. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn die Verpackung geöffnet oder beschädigt ist.

g. Steril und für 5 Jahre gültig. Nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr verwenden.

h. Dieses Produkt muss in Verbindung mit einem Behälter für Urin verwendet werden. Bei der Verwendung sollte vermieden werden, dass Urin verspritzt und die Umgebung verschmutzt wird.

i. Nach Gebrauch entsorgen. Nach der Verwendung müssen die Produkte gesammelt, transportiert, gelagert und entsorgt werden, um sicherzustellen, dass sie keine Gefahr für die menschliche Gesundheit und die Umwelt darstellen. Oder Sie entsorgen das Produkt gemäß den örtlichen medizinischen Vorschriften für die Abfallbeseitigung.

j. Wenn das Produkt in einer häuslichen Umgebung verwendet wird, muss es nach dem Gebrauch als gefährlicher Hausmüll entsorgt werden.

k. Alle schweren Vorfälle hinsichtlich des von uns gelieferten Medizinprodukts müssen dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedsstaats, in dem Sie Ihren Firmensitz haben, gemeldet werden.

Lagerung:

Das Produkt sollte in einem gut belüfteten Raum gelagert werden.

GIMA-GARANTIEBEDINGUNGEN

Es wird die Standardgarantie B2B für 12 Monate von Gima geboten.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Όνομα προϊόντος:

Αποστειρωμένος Ουρηθρικός Καθετήρας Μιας Χρήσης (Καθετήρας Foley)

Τύπος:

1 αυλού, 2 αυλών, 3 αυλών

Μεγέθη:

Ίσιο άκρο/ Στάνταρ άκρο-

Προβλεπόμενος σκοπός:

Για προσωρινή ούρηση εισάγοντάς το στην ουροδόχο κύστη μέσω της ουρήθρας όταν οι ασθενείς αδυνατούν να ουρήσουν μόνοι τους.

Προβλεπόμενοι χρήστες:

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από εκπαιδευμένους γιατρούς, νοσηλευτικό προσωπικό, ασθενείς ή συνοδευτικό προσωπικό.

Δομή Προϊόντος: Το προϊόν αποτελείται από χοάνη αποστράγγισης, θύρα δiónγκωσης, βαλβίδα, θύρα καταιονισμού και σωλήνα.

Ενδείξεις:

Απόφραξη ουροποιητικού συστήματος και επίσχεση ούρων, κτλ.

Αντενδείξεις:

Κανένας

Ομάδα ασθενών:

Ασθενείς με επίσχεση ούρων που οφείλεται σε απόφραξη του ουροποιητικού συστήματος.

Διάσωση ασθενών σε σοβαρή κατάσταση.

Ασθενείς που χρειάζονται διάγνωση και θεραπεία ασθένειας της ουροδόχου κύστης. Άτομα που υποβάλλονται σε χειρουργική επέμβαση.

Ασθενείς με τραυματισμό στο ντιαίο μυελό.

Χαρακτηριστικά Απόδοσης: μιας χρήσης και αποστειρωμένος

Μέθοδος:

α. Πλύνετε τα χέρια σας και φορέστε γάντια για να καθαρίσετε την περιοχή γύρω από το άνοιγμα της ουρήθρας. Όσοι έχουν ακροποσθία θα πρέπει να την τραβούν προς τα πίσω ώστε να εκτίθεται το άνοιγμα της ουρήθρας και να μπορούν να το καθαρίσουν.

β. Αφού ετοιμαστείτε για τον καθετηριασμό, ανοίξτε την ατομική συσκευασία από το σημείο ανοίγματος.

γ. Λιπάνετε τον καθετήρα με υγρή παραφίνη ιατρικής ποιότητας ή λάδι σιλικόνης ιατρικής ποιότητας.

δ. Εισάγετε αργά τον ουρολογικό καθετήρα μέσα στην ουροδόχο κύστη μέσω της ουρήθρας για κανονικό καθετηριασμό.

Υπολειπόμενοι κίνδυνοι και ανεπιθύμητες παρενέργειες: δεν υπάρχουν

Πληροφορίες εγκατάστασης: δεν υπάρχουν

Κλινικά οφέλη:

Το προϊόν βοηθά στην προσωρινή ούρηση των ασθενών.

Προσοχή:

α. Κατά τη χρήση του προϊόντος, πρέπει να εφαρμόζονται αυστηρά οι απαιτήσεις της ασηπτικής τεχνικής και οι σχετικοί κανονισμοί, ενώ η χρήση του προϊόντος επιτρέπεται να γίνεται από εκπαιδευμένους γιατρούς, νοσηλευτικό προσωπικό ασθενείς ή συνοδευτικό προσωπικό. Ωστόσο, όταν οι ασθενείς ή το συνοδευτικό προσωπικό πραγματοποιούν καθετηριασμό της ουροδόχου κύστης για πρώτη φορά, η εκτέλεση θα πρέπει πάντα να γίνεται υπό την καθοδήγηση επαγγελματικού ιατρικού προσωπικού. Κατά τη διάρκεια της χρήσης, ο χειριστής ή ο ασθενής πρέπει να εκτελεί τη διαδικασία εγκαίρως βάσει ιατρικών κανονισμών.

β. Εάν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία σχετικά με την ποιότητα κατά τη διάρκεια της χρήσης, σταματήστε αμέσως τη χρήση και ενημερώστε αμέσως την εταιρεία μας.

γ. Το προϊόν είναι αποστειρωμένο και η αποστείρωσή του γίνεται με αιθυλενοξείδιο (EO).

δ. Το προϊόν είναι μιας χρήσης και πρέπει να καταστρέφεται μετά τη χρήση.

ε. Πριν από τη χρήση ελέγξτε την ατομική συσκευασία.

στ. Μην το χρησιμοποιείτε εάν η συσκευασία είναι ανοιγμένη ή έχει υποστεί ζημία.

ζ. Αποστειρωμένο με ισχύ 5 χρόνια. Μην το χρησιμοποιείτε εάν παρέλθει η ημερομηνία λήξης.

η. Το προϊόν αυτό πρέπει να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με δοχείο συλλογής ούρων. Κατά τη διάρκεια της χρήσης, θα πρέπει να αποφεύγονται πιταυιές ούρων καθώς και η ρύπανση του χώρου.

θ. Απορρίψτε μετά τη χρήση. Μετά τη χρήση, τα προϊόντα πρέπει να συλλέγονται, να μεταφέρονται, να αποθηκεύονται και να απορρίπτονται ώστε να διασφαλίζεται ότι τα αυτά δεν προκαλούν βλάβη στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον. Διαφορετικά, η απόρριψη του προϊόντος μπορεί να γίνεται σύμφωνα με τους τοπικούς ιατρικούς κανονισμούς για τη διάθεση των αποβλήτων.

ι. Εάν το προϊόν χρησιμοποιείται σε οικιακό περιβάλλον, μετά τη χρήση, θα πρέπει να απορρίπτεται ως επικίνδυνο οικιακό απόβλητο.

κ. Οποιοδήποτε σοβαρό ατύχημα στο οποίο εμπλέκεται το ιατροτεχνολογικό προϊόν που σας παρέχουμε, θα πρέπει να αναφέρεται στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους όπου εδρεύετε.

Αποθήκευση: Το προϊόν πρέπει να αποθηκεύεται σε θερμοκρασία δωματίου σε καλά αεριζόμενο χώρο.

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ GIMA

Ισχύει η τυπική εγγύηση B2B της Gima διάρκειας 12 μηνών.

POLSKI**Nazwa produktu:**

Sterylny cewnik urologiczny do jednorazowego użytku (Cewnik Foley)

Typ:

1-drożny, 2-drożny, 3-drożny

Rozmiary:

Z prostą końcówką / Ze standardową końcówką -

Zamierzane zastosowanie:

Cewnik tymczasowy do oddawania moczu, wprowadzany do pęcherza moczowego poprzez cewkę moczową, aby umożliwić odpływ moczu.

Przewidziani użytkownicy:

Może być używany przez wyszkolonych lekarzy, personel pielęgniarski, pacjentów lub towarzyszący im personel.

Budowa:

Produkt składa się z portu do odprowadzania moczu, portu do napełniania balonika, zaworu, portu do płukania i wężyka.

Wskazania:

Nic

Przeciwwskazania:

Nie stosować u osób z alergią na lateks.

Grupa pacjentów:

Pacjenci z zatrzymaniem moczu wywołanym niedrożnością dróg moczowych.

Ratowanie pacjentów w stanie krytycznym.

Przy diagnozowaniu i leczeniu choroby pęcherza. U osób poddawanych zabiegom chirurgicznym.

U pacjentów z urazem rdzenia kręgowego.

Właściwości użytkowe: jednorazowego użytku i sterylne

Metoda używania:

a. Umyć ręce i założyć rękawiczki. Oczyszczyć ujście cewki moczowej. W przypadku mężczyzn i chłopców ciągnąć napletek w dół, aby odsłonić ujście cewki moczowej i je oczyścić.

b. Po przygotowaniu do cewnikowania, utworzyć pojedyncze opakowanie.

c. Nasmarować cewnik płynną parafiną do użytku medycznego lub olejem silikonowym do użytku medycznego.

d. Powoli wprowadzić cewnik do pęcherza poprzez cewkę moczową.

Ryzyko reszkowe i działania niepożądane:

brak

Informacje dotyczące instalacji:

brak

Korzyści kliniczne:

Produkt do użytku tymczasowego, ułatwiający oddawanie moczu.

Uwaga:

a. Podczas używania produktu należy stosować typowe zasady aseptyki i przestrzegać odpowiednich

norm. Produkt może być używany przez wyszkolonych lekarzy, personel pielęgniarski, pacjentów lub towarzyszący im personel. Jeżeli cewnikowanie jest wykonywane przez pacjentów lub towarzyszący im personel po raz pierwszy, musi być ono wykonane pod nadzorem profesjonalnego personelu medycznego. Podczas używania wyrobu przestrzegać przewidzianych limitów czasowych, zgodnie z normami medycznymi.

b. W przypadku pojawienia się jakichkolwiek zastrzeżeń lub wątpliwości co do jakości produktu podczas używania, niezwłocznie powiadomić naszą firmę.

c. Produkt musi być sterylizowany za pomocą EO i musi być sterylny.

d. Produkt jest przeznaczony do jednorazowego użytku i po użyciu

musi być utylizowany.

e. Sprawdzić opakowanie ochronne przed użyciem.

f. Nie używać, jeżeli opakowanie jest otwarte lub uszkodzone.

g. Produkt sterylny, zachowuje ważność przez 5 lat. Nie używać po upływie terminu ważności.

h. Produkt musi być używany w połączeniu z pojemnikiem do gromadzenia moczu. Podczas używania zapobiegać wyciekom moczu i zanieczyszczeniu środowiska.

i. Utylizować po użyciu. Po użyciu produkt odebrać, przenieść, przechować i utylizować tak, aby uniknąć szkód dla zdrowia ludzkiego i środowiska. Produkt utylizować zgodnie z przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów medycznych obowiązującymi lokalnie.

j. Jeżeli produkt jest używany w otoczeniu domowym, po użyciu utylizować jako odpad niebezpieczny pochodzący z gospodarstw domowych.

k. Poważne incydenty związane z dostarczoną przez nas wyrobem medycznym zgłosić producentowi i właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym użytkownik lub pacjent mają miejsce zamieszkania.

Przechowywanie:

Produkt przechowywać w pomieszczeniu o odpowiedniej wentylacji.

WARUNKI GWARANCJI GIMA

Obowiązuje 12-miesięczna standardowa gwarancja B2B Gima.

ČEŠTINA**Název výrobku:**

sterilní uretrální katétr na jedno použití (katétr Foley)

Typ: 1-cestný, 2-cestný, 3-cestný

Velikosti: rovná koncovka/standardní koncovka-

Zamýšlené použití:

K dočasnému vyprazdňování zavedením do močového měchýře přes močovou trubici, se pacienti nemohou sami vymočit.

Zamýšlení uživatelé:

Vyškolení lékaři, ošetrovatelský personál, pacienti nebo doprovodný personál.

Složení výrobku:

Výrobek se skládá z drenážní nálevky, vstupu pro inflaci, ventilu, vstupu pro irigaci a hadičky.

Indikace:

Žádný

Kontraindikace:

Osoby alergické na materiály z latexu by tento výrobek neměly používat.

Skupiny pacientů:

Pacienti s retencí moči způsobenou obstrukcí močových cest.

Záchrana kriticky nemocných pacientů.

Pacienti, kteří potřebují diagnostiku a léčbu onemocnění močového měchýře. Osoby podstupující chirurgický zákrok.

Pacienti s poraněním míchy.

Výkonnostní vlastnosti: jednorázové a sterilní

Metoda:

a. Umyjte si ruce a nasadte si rukavice, abyste mohli očistit okolí otvoru uretry. Těm, kteří mají předkožku, je třeba ji přetáhnout, aby bylo možné odkrýt a očistit otvor uretry.

b. Po přípravě na katetrizaci otevřete a rozbalte samostatné balení.

c. Katétr namažte zdravotnickým tekutým parafinem nebo zdravotnickým silikonovým olejem.

d. Močový katétr pro normální katetrizaci pomalu zavádějte do močového měchýře přes močovou trubici.

Možné zbytkové riziko a nežádoucí vedlejší účinky:

žádné

Informace k montáži:

žádné

Klinické přínosy:

výrobek pomáhá pacientům k dočasnému vyprazdňování.

Pozor:

a. Při používání výrobku by měly být striktně dodržovány požadavky specifikací aseptického používání a příslušné předpisy. Mohou jej používat vyškolení lékaři, ošetřovatelský personál, pacienti nebo doprovodný personál. Pokud pacienti nebo doprovodný personál provádějí katetrizaci moči poprvé, je nutné ji provést pod vedením odborného zdravotnického personálu. V průběhu používání se operátor nebo pacient musí řídit lékařskými předpisy.

b. Pokud během používání máte jakoukoli pochybnost o kvalitě, okamžitě přestaňte výrobek používat a okamžitě informujte naši společnost.

c. Výrobek by měl být sterilizován pomocí EO a měl by být sterilní.

d. Výrobek je na jedno použití a po použití by měl být zlikvidován.

e. Před použitím zkontrolujte samostatné balení.

f. Nepoužívejte, pokud je obal otevřený nebo poškozený.

g. Sterilní a s dobou použitelnosti 5 let. Nepoužívejte, pokud uplynula doba použitelnosti.

h. Tento výrobek je třeba používat ve spojení s nádobkou na moč. Při používání by nemělo docházet k rozstřikování moči a znečišťování životního prostředí.

i. Po použití zlikvidujte. Po použití je nutné výrobky shromáždit, přepravit, skladovat a likvidovat tak, aby nepoškodily lidské zdraví a životní prostředí. Nebo lze výrobek zlikvidovat v souladu s místními zdravotnickými předpisy pro likvidaci odpadu.

j. Pokud je výrobek používán v domácnosti, musí být po použití zlikvidován jako nebezpečný odpad z domácnosti.

k. Všechny závažné nehody týkající se námi dodaného zdravotnického prostředku musí být nahlášeny výrobcí a příslušnému orgánu členského státu, ve kterém se nachází sídlo vaší společnosti.

Skladování:

Výrobek by měl být skladován v dobře větrané místnosti.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY GIMA

Platí 12 měsíční standardní záruka Gima B2B.

SVENSKA**Produktnamn:**

Steril Urinrörskateter för Engångsbruk (Foley catheter)

Typ:

1-väg, 2-väg, 3-väg

Storlekar:

Rak Spets/ Standardspets-

Avsedd användning:

För tillfällig tömning genom att föra in den i urinblåsan genom urinröret när patienterna inte kan urinera själva.

Avsedda användare:

Den kan användas av utbildade läkare, vårdpersonal, patienter eller följeslagare.

Strukturell Sammansättning:

Produkten består av dräneringsratt, uppblåsningsport, ventil, beavttningsport och slang.

Indikationer:

Ingén

Kontraindikationer:

De som är allergiska mot latexmaterial ska inte använda denna produkt.

Patientgrupp:

Patienter med urinretention orsakad av obstruktion av urinvägarna.

Rädda kritiskt sjuka patienter.

Patienter i behov av diagnos och behandling av blåssjukdom. Personer som undergår kirurgiska ingrepp.

Personer med ryggradsskada.

Prestandaegenskaper: engångsbruk och steril

Metod:

a. Tvätta händerna och ta på handskar för att rengöra omkring urinrörsöppningen. De som har förhud ska dra ner förhuden för att frilägga urinrörsöppningen och rengöra den.

b. Efter förberedelse för kateterisering, öppna den enskilda förpackningen från öppningen.

c. Smörj katetern med medicinsk flytande paraffin eller medicinsk silikonolja.

d. För in urinkatetern i blåsan långsamt, genom urinröret för normal kateterisering.

Eventuella kvarstående risker och oönskade effekter:

inga

Installationsinformation:

ingen

Kliniska förmåner:

Produkten hjälper patienter för tillfällig urinerings.

Försiktighetsåtgärder:

a. När du använder produkten ska den strikt uppfylla kraven i aseptiska operationsspecifikationer och relevanta föreskrifter och kan användas av utbildade läkare, vårdpersonal, patienter eller medföljande personal. Emellertid, när patienter eller medföljande personal genomför urinkateterisering för första gången, använd den under ledning av professionell medicinsk personal. Under användningen ska operatören eller patienten behandlas i tid enligt medicinska föreskrifter.

b. Om du upplever eventuella tvivel om kvaliteten under användning, vänligen sluta använda den omedelbart och meddela vårt företag snabbt.

c. Produkten ska steriliseras med EO och produkten ska vara steril.

d. Produkten är av engångstyp och ska förstöras efter användning.

e. Kontrollera det enskilda paketet innan du använder det.

f. Använd inte om förpackningen är öppnad eller skadad.

g. Steril och giltig i 5 år. Använd inte om utgången.

h. Denna produkt ska användas tillsammans med en behållare för urin. Vid användningen ska du undvika att stänka urin och förorena omgivningen.

i. Kassera efter användning. Efter användning ska produkterna samlas in, transporteras, förvaras och kasseras för att säkerställa att produkterna är ofarliga för människors hälsa och miljön. Eller så kan produkten kasseras i enlighet med lokala medicinska föreskrifter för avfallshantering.

j. Om produkten används i hushållsmiljö ska produkten efter användning kasseras som farligt hushållsavfall.

k. Alla allvariga olyckor som rör den medicintekniska produkten som levererats från oss måste meddelas tillverkaren och kompetent myndighet i medlemsstaten där ditt registrerade kontor ligger.

Lagring:

Produkten ska förvaras vid väl ventilerad rumstemperatur.

GARANTIVILLKOR GIMA

Man tillämpar standard garanti B2B Gima på 12 månader.

SUOMALAINEN

Tuotteen nimi:

steriili ja kertakäyttöinen virtsaputkikatetri (foley-katetri)

Tyyppi:

1-tie, 2-tie, 3-tie

Koot:

Suorakärki/ Vakiokärki-

Käyttötarkoitus:

Väliaikaista virtsaamista varten sisäänviemällä se rakkoon virtsaputken kautta, kun potilaat eivät kykene virtsaamaan.

Tarkoitettut käyttäjät:

Käytöstä voivat huolehtia koulutetut lääkärit, hoitohenkilökunta, potilaat tai saattava henkilökunta.

Rakenteen muodostuminen:

Tuotteeseen kuuluu tyhjennyspipo, täytön sisäänvientiportti, venttiili, huuhTELun pääsyportti ja putki.

Käyttöaiheet:

Ei mitään

Vasta-aiheet:

Lateksimateriaalille allergisten ei tule käyttää tätä tuotetta.

Potilasryhmä:

Potilaat, joilla on virtsatieulehduksen aiheuttama virtsaumpi.

Kriittisen sairaiden potilaiden hoito.

Potilaat, jotka tarvitsevat virtsarakon diagnoosia ja hoitoa. Potilaat, joille tehdään leikkauks.

Potilaat, joilla on selkäydinvamma.

Suorituskykyominaisuudet: kertakäyttöinen ja steriili

Menetelmä:

a. Pese kätesi ja laita käsineet virtsaputken aukkoa ympäröivän alueen puhdistamiseen. Jos on esinahka, se tulee vetää alas virtsaputken aukon esiin saamiseksi ja puhdistamiseksi.

b. Kun katetrisointi on valmis, avaa yksittäinen pakkaus avauksesta.

c. Voitele katetri lääkinnällisellä nesteparafiinilla tai lääkinnällisellä silikoniöljyllä.

d. Vie virtsaputkikatetri rakkoon hitaasti virtsaputken kautta normaalia katetrisointia varten.

Mahdolliset jännönsriskit ja ei-toivotut haittavaikutukset:

ei ole

Asennustiedot:

ei ole

Kliiniset edut:

Tuote auttaa potilaita virtsaamaan väliaikaisesti.

Varovaisuutta:

a. Tuotetta käytettäessä tulee tiukasti noudattaa aseptisen toiminnan spesifikaatioiden ja vastaavien määräysten vaatimuksia, ja käytöstä voivat huolehtia koulutetut lääkärit, hoitohenkilökunta, potilaat tai avustava henkilökunta. Kun potilaat tai näitä avustava henkilökunta suorittaa virtsaputken katersoinnin ensimmäistä kertaa, tuotetta on käytettävä ammattilaiston lääkintähenkilökunnan valvonnan alaisena. Käytön aikana käyttäjää tai potilasta tulee hoitaa ajoissa lääketieteellisten asetusten mukaisesti.

b. Jos epäilet laatua käytön aikana, lopeta käyttö välittömästi ja ilmoita asiasta pikaisesti yrityksellemme.

c. Tuote tulee steriloida EO:lla, ja tuotteen tulee olla steriili.

d. Tuote on kertakäyttöinen, ja se tulee tuhota käytön jälkeen.

e. Tarkista yksittäinen pakkaus ennen käyttöä.

f. Älä käytä, jos pakkaus on avattu tai vaurioitunut.

g. Steriili ja voimassa 5 vuoden ajan. Vanhentunutta tuotetta ei saa käyttää.

h. Tätä tuotetta tulee käyttää virtsa-astian kanssa. Käytön aikana virtsaroiskeita tulee välttää ympäristön saastuttamisen välttämiseksi.

i. Hävitä käytön jälkeen. Käytön jälkeen kaikki tuotteet tulee kerätä, kuljettaa, varastoida ja hävittää, jotta voidaan varmistaa, että tuotteet eivät ole haitallisia henkilön terveydelle ja ympäristölle. Tuote voidaan myös hävittää paikallisten jätehuolto- ja koskevien lääkinnällisten asetusten mukaan.

j. Jos tuotetta käytetään kotiympäristössä, käytön jälkeen tuote tulee hävittää kotitalouden vaarallisena jätteenä.

k. Kaikista vakavista, toimittamiamme lääkinnällisiä laitteita koskevista haittapahtumista tulee ilmoittaa valmistajalle ja sen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, jossa rekisteröity toimipaikka sijaitsee.

Säilytys:

Tuotetta tulee säilyttää hyvin tuuletetussa tilassa ja huoneenlämmössä.

GIMAN TAKUUUEHDOT

Giman 12 kuukauden B2B-perustakuuta sovelletaan

SLOVENŠČINA

Ime izdelka:

Sterilni uretralni kateter za enkratno uporabo (Foleyjev kateter)

Tip:

1-potni, 2-potni, 3-potni

Velikosti:

ravna konica / standardna konica-

Predvidene namen:

Začasno izločanje urina z vstavljanjem v mehur skozi sečevod, kadar bolniki ne morejo sami izločiti.

Predvidene uporabe:

Uporabljaljo ga lahko usposobljeni zdravniki, negovalno osebe, pacienti ali spremljevalno osebe.

Strukturna sestava:

Izdelek je sestavljen iz drenažnega lijaka, priključka za napihovanje, ventila, priključka za izpiranje in cevke.

Indikacije:

žiadne

Kontraindikacije:

Tega izdelka ne smejo uporabljati osebe, ki so alergične na materiale iz lateksa.

Skupina pacientov:

Pacienti z zadrževanjem urina zaradi obstrukcije sečil.

Reševanje kritično bolnih pacientov.

Pacienti, ki potrebujejo diagnosticiranje in zdravljenje bolezni sečnega mehurja. Osebe, pri katerih se izvaja operativni poseg.

Pacienti s poškodbo hrbtnjače.

Značilnosti delovanja: jednorazové a sterilné

Metoda:

a. Umijte si roke in si nadenite rokavice za čiščenje okoli odprtne sečevoda. Tisti, ki imajo kožico, naj jo potegnejo navzdol, da odkrijejo odprtino sečevoda, in jo očistijo.

b. Po pripravi na kateterizacijo odprite posamezno embalažo z odprtine.

c. Kateter namažite z medicinskim tekočim parafinom ali medicinskim silikonskim oljem.

d. Urinský katéter za normálnu kateterizáciu počasi vstavíte v mehur skozi sečevod.

Morebitno preostalo tveganje in neželeni stranski učinki:

jih ni

Informácie o namestitvi:

jih ni

Klinické prednosti:

izdelek pomaga pacientom pri začasnom odvajanju.

Pozor:

- Pri uporabi izdelka je treba dosledno upoštevati zahteve specifikacij aseptičnega delovanja in ustreznih predpisov. Uporabljajo ga lahko usposobljeni zdravniki, negovalno osebje, bolniki ali spremljevalno osebje. Prvo urinsko kateterizacijo pa naj pacienti ali spremljevalno osebje izvajajo pod vodstvom strokovnega medicinskega osebja. Med uporabo je treba operaterja ali pacienta takoj oskrbeti v skladu z zdravstvenimi predpisi.
- Če med uporabo podvomite o kakovosti, ga takoj prenehajte uporabljati in o tem takoj obvestite naše podjetje.
- Izdelek je treba sterilizirati z EO in mora biti steril.
- Izdelek je za enkratno uporabo in ga je treba po uporabi uničiti.
- Pred uporabo preverite posamezno embalažo.
- Izdelka ne uporabljajte, če je embalaža odprta ali poškodovana.
- Sterilno in veljavno 5 let. Ne uporabljajte, če je potekel rok uporabe.
- Ta izdelek je treba uporabljati skupaj s posodo za urin. Pri uporabi se je treba izogibati brizganju urina in onesnaževanju okolja.
- Po uporabi zavrzite. Po uporabi je treba izdelke zbirati, prevažati, skladiščiti in odstraniti, da se zagotovi njihova neškodljivost za zdravje ljudi in okolje. Lahko pa izdelek odstranite v skladu z lokalnimi zdravstvenimi predpisi za odstranjevanje odpadkov.
- Če se izdelek uporablja v gospodinjstvu, ga je treba po uporabi odstraniti kot nevaren gospodinjski odpad.
- O vseh hudih nesrečah v zvezi z medicinskim pripomočkom, ki ga dobavljamo, je treba obvestiti proizvajalca in pristojni organ države članice, v kateri je vaš registrirani sedež.

Shranjevanje:

Izdelek je treba hraniti v dobro prezračevanem prostoru pri sobni temperaturi.

GARANCIJSKI POGOJI GIMA

Uveljavlja se standardno 12-mesečno GIMA B2B garancijo.

SLOVENČINA

Názov výrobku:

Sterilný močový katéter na jedno použitie (Foleyho katéter)

Typ:

1-cestný, 2-cestný, 3-cestný

Veľkosti:

Rovný hrot/štandardný hrot-

Plánovaný účel:

Pre dočasnú inkontinenciu vloženie do močového mechúra cez močovú rúru, keď pacienti nemôžu sami močiť.

Určení používateľa:

Môžu ho používať vyškolení lekári, ošetrovateľský personál, pacienti alebo sprevádzajúci personál.

Štrukturálne zloženie:

Výrobok je zložený z drenážneho lievika, nafukovacieho prístupového portu, ventilu, výplachového prístupového portu a trubice.

Indikácie:

Noben

Kontraindikácie:

Osoby alergické na latexové materiály by tento výrobok nemali používať.

Skupina pacientov:

Pacienti so zadržiavaním moču spôsobeným obštrukciou močových ciest.

Záchrana kriticky chorých pacientov.

Pacienti, ktorí potrebujú diagnózu a liečbu ochorenia močového mechúra. Ľudia podstupujúci chirurgický zákrok.

Pacienti s poranením miechy.

Výkonostné charakteristiky: za enkratno uporabo in sterilno

Postup:

- Umyte si ruky a dajte si rukavice a vyčistite okolie vstupu do močovej rúry. Pacienti s predkožkou by si mali predkožku stiahnuť, aby odkryli vstup do močovej rúry a vyčistili ho.
- Po príprave na katetrizáciu otvorte samotné balenie.
- Katéter namažte tekutým parafínom na zdravotnícke účely alebo silikónovým olejom na zdravotnícke účely.
- Močový katéter pomaly vkladajte do močového mechúra cez močovú rúru pre normálnu katetrizáciu.

Zvyškové riziká a nežiaduce vedľajšie účinky:

žiadne

Informácie o inštalácii:

žiadne

Klinické benefity:

Výrobok pomáha pacientom pri dočasnej inkontinencii.

Varovanie:

- Pri použití výrobku by sa mali striktnie implementovať požiadavky špecifikácií aseptického úkonu a príslušné nariadenia a môžu ho používať vyškolení lekári, ošetrovateľský personál, pacienti alebo sprevádzajúci personál. Avšak, keď pacienti alebo sprevádzajúci personál vykonávajú katetrizáciu po prvýkrát, použite katéter pod vedením odborných zdravotníckych pracovníkov. Počas použitia by sa s obsluhou alebo pacientom malo zabrániť nevhodným spôsobom podľa medicínskych nariadení.
- Ak počas použitia zistíte akúkoľvek možnú pochybnosť o kvalite, výrobok okamžite prestaňte používať a rýchlo to oznámte našej spoločnosti.
- Výrobok by mal byť sterilizovaný plynným oxidom etylénoxidu a mal by byť sterilný.
- Výrobok je jednorazový a po použití by sa mal zlikvidovať.
- Pred použitím balenie skontrolujte.
- Nepoužívajte, ak je balenie otvorené alebo poškodené.
- Sterilný a s platnosťou 5 rokov. Po expirácii nepoužívajte.
- Tento výrobok sa musí použiť v spojení s nádobou na moč. Pri použití by mala zabrániť striekaniu moču a znečisteniu prostredia.
- Po použití zlikvidujte. Po použití sa výrobky musia zozbierať, prepraviť, uskladniť a zlikvidovať, aby sa zaistilo, že výrobky sú neškodné pre ľudské zdravie a prostredie. Alebo sa výrobok môže zlikvidovať v súlade s miestnymi medicínskymi nariadeniami pre likvidáciu odpadu.
- Ak sa výrobok používa v domácom prostredí, po použití sa musí zlikvidovať ako nebezpečný odpad z domácnosti.
- Všetky vážne úrazy týkajúce sa zdravotníckej pomôcky, ktorú dodávame, sa musia oznámiť výrobcovi a kompetentnému orgánu členského štátu, kde sa nachádza prevádzkárňa.

Skladovanie:

Výrobok by sa mal skladovať pri izbovej teplote v dobre vetranej miestnosti.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY SPOLOČNOSTI GIMA

Platí 12-mesačná štandardná B2B záruka spoločnosti Gima

ROMÂNĂ**Denumirea produsului:**

Cateter uretral steril de unică folosință (cateter Foley)

Tip:

1 cale, 2 căi, 3 căi

Dimensiuni:

Vârf drept/ Vârf standard

Scop preconizat:

Pentru emicție temporară prin introducerea acestuia în vezica urinară prin uretră, atunci când pacienții nu pot micționa singuri.

Utilizatorii prevăzuți:

Acesta poate fi utilizat de către medici calificați, personalul medical, pacienți sau personalul însoțitor.

Structura compoziției:

Produsul este compus din pânză de drenaj, orificiu de acces pentru inflație, supapă, orificiu de acces pentru irigare și tub.

Indicații:

Nici unul

Contraindicații:

Persoanele care sunt alergice la materialele din latex nu ar trebui să utilizeze acest produs.

Grup de pacienți:

Pacienți cu retenție urinară cauzată de obstrucția tractului urinar. Terapia pacienților în stare critică.

Pacienți care au nevoie de diagnostic și tratament pentru boli ale vezicii urinare. Persoane supuse unei intervenții chirurgicale.

Pacienți cu leziuni ale măduvei spinării.

Caracteristici de performanță: de unică folosință și steril**Metodă:**

a. Spălați-vă pe mâini și puneți-vă mănuși pentru a curăța în jurul orificiului uretral. Cei care au prepuț ar trebui să tragă prepuțul în jos pentru a expune orificiul uretral și pentru a-l curăța.

b. După pregătirea pentru cateterizare, deschideți ambalajul individual prin punctul de deschidere.

c. Lubrifiați cateterul cu parafină lichidă medicală sau cu ulei de silicon medical.

d. Introduceți cateterul urinar în vezica urinară încet prin uretră pentru cateterizarea normală.

Riscuri reziduale și efecte secundare nedorite:

niciunul

Informații privind instalarea:

niciuna

Beneficiul clinic:

Produsul îi ajută pe pacienți să aibă o emicțiune temporară.

Atenție:

a. Atunci când se utilizează produsul, este necesar să se pună în aplicare cu strictețe cerințele specificațiilor privind funcționarea aseptică și reglementările relevante

și poate fi utilizat de către medici calificați, personal de asistență medicală sau personal însoțitor. Cu toate acestea, atunci când pacienții sau personalul însoțitor efectuează cateterizarea urinară pentru prima dată, vă recomandăm să o efectuați sub îndrumarea personalului medical profesionist. În timpul utilizării, operatorul sau pacientul trebuie să fie tratat în timp util, în conformitate cu reglementările.

b. Dacă constatați orice eventuală suspiciune privind calitatea în timpul utilizării, vă rugăm să încetați imediat utilizarea și să anunțați rapid compania noastră.

c. Produsul trebuie sterilizat cu OE, iar produsul trebuie să fie steril.

d. Produsul este de unică folosință și trebuie distrus după utilizare.

e. Vă rugăm să verificați ambalajul individual înainte de a utiliza produsul.

f. Nu utilizați dacă ambalajul este deschis sau deteriorat.

g. Produs steril și cu o valabilitate de 5 ani. Nu folosiți după data expirării.

h. Acest produs trebuie utilizat împreună cu un recipient pentru urină. Atunci când îl folosiți, trebuie să evitați stropirea urinei și poluarea mediului.

i. A se elimina după utilizare. După utilizare, produsele sunt colectate, transportate, depozitate și eliminate astfel încât produsele să fie inofensive pentru sănătatea umană și pentru mediu. Sau produsul poate fi eliminat în conformitate cu reglementările medicale locale privind eliminarea deșeurilor.

j. În cazul în care produsul este utilizat într-un mediu casnic, după utilizare, produsul trebuie eliminat ca deșeu menajer periculos.

k. Toate incidentele grave legate de dispozitivul medical furnizat de noi trebuie raportate producătorului și autorității competente din statul membru în care se află sediul dumneavoastră.

Depozitare:

Produsul trebuie depozitat la o temperatură ambiantă bine ventilată.

CONDIȚII DE GARANȚIE GIMA

Se aplică garanția B2B standard Gima, de 12 luni.

NEDERLANDS**Productnaam:**

Steriele urethrale katheter voor eenmalig gebruik (Foley-katheter)

Type: 1-weg, 2-weg, 3-weg

Maten:

rechte punt/standaardpunt

Beoogd gebruik:

Voor tijdelijke mictie door het in te brengen in de blaas via de plasbuis wanneer patiënten niet zelf kunnen plassen.

Bestemde gebruikers:

Het kan worden gebruikt door getrainde artsen, verplegend personeel, patiënten of begeleidend personeel.

Structurele samenstelling:

Het product bestaat uit een drainagetrechter, toegangspoort voor opblazen, ventiel, toegangspoort voor irrigatie en slang.

Aandoeningen:

Geen

Contra-indicaties:

Mensen die allergisch zijn voor latex-materialen kunnen dit product beter niet gebruiken.

Patiëntengroep:

Patiënten met urineretentie veroorzaakt door obstructie van de urinewegen.

Kritiek zieke patiënten reddend.

Patiënten die een diagnose en behandeling van blaasaandoeningen nodig hebben. Mensen die een operatie ondergaan.

Patiënten met een dwarslaesie.

Prestatiekenmerken: voor eenmalig gebruik en steriel

Methode:

a. Was je handen en trek handschoenen aan om rond de urethrale opening schoon te maken. Degenen met een voorhuis moeten de voorhuid naar beneden trekken om de urethrale opening bloot te leggen en deze te reinigen.

- b. Na de voorbereiding op katheterisatie opent u de afzonderlijke verpakking vanuit de opening.
- c. Smeer de katheter in met medische vloeibare paraffine of medische siliconenolie.
- d. Breng de urinekatheter langzaam via de plasbuis in de blaas voor normale katheterisatie.

Eventuele restrisico's en ongewenste bijwerkingen:

geen

Installatie-informatie:

geen

Klinische voordelen:

Het product helpt patiënten bij tijdelijke mictie.

Opgelet:

- a. Bij gebruik van het product moeten de eisen van de aseptische verwerkingsspecificaties en de relevante richtlijnen en kan worden gebruikt door getrainde artsen, verplegend personeel, patiënten of begeleidend personeel. Als patiënten of begeleidend personeel echter voor het eerst een urinekatheterisatie uitvoeren, gebruik dit dan onder begeleiding van professioneel medisch personeel. Tijdens het gebruik moet de bediener of patiënt tijdig worden behandeld volgens de medische voorschriften.
- b. Als u tijdens het gebruik twijfelt aan de kwaliteit, stop dan onmiddellijk met het gebruik en breng ons bedrijf snel op de hoogte.
- c. Het product moet worden gesteriliseerd met EO en het product moet steriel zijn.
- d. Het product is wegwerpbaar en moet na gebruik worden vernietigd.
- e. Controleer de individuele verpakking voor gebruik.
- f. Niet gebruiken als de verpakking geopend of beschadigd is.
- g. Steriel en 5 jaar geldig. Niet gebruiken na de vervaldatum.
- h. Dit product moet gebruikt worden in combinatie met een container voor urine. Bij gebruik moet het spatten van urine en vervuiling van het milieu worden vermeden.
- i. Gooi weg na gebruik. Na gebruik moeten de producten zo worden verzameld, vervoerd, opgeslagen en verwijderd dat ze onschadelijk zijn voor de menselijke gezondheid en het milieu. Of het product kan worden weggegooid volgens de plaatselijke medische voorschriften voor afvalverwerking.
- j. Als het product in een huishoudelijke omgeving wordt gebruikt, moet het na gebruik worden afgevoerd als huishoudelijk gevaarlijk afval.
- k. Alle serieuze incidenten met betrekking tot het door ons geleverde medische hulpmiddel moeten worden gemeld aan de fabrikant en de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar uw statutaire zetel is gevestigd.

Opslag:

Het product moet worden bewaard bij een goed geventileerde kamertemperatuur.

GARANTIEVOORWAARDEN GIMA

De standaardgarantie B2B Gima van 12 maanden wordt toegepast

HRVATSKI**Naziv proizvoda:**

Sterilni uretralni kateter za jednokratnu uporabu (Foleyev kateter)

Vrsta:

Jednosmjerni, dvosmjerni, trosmjerni

Veličine:

Pravi vrh/ standardni vrh

Namjena:

Za privremeno izlučivanje njegovim umetanjem u mjehur putem

uretre kada bolesnici sami ne mogu miktirati.

Komu je namijenjeno:

Mogu ga koristiti obučeni liječnici, medicinsko osoblje, bolesnici ili prateće osoblje.

Strukturalni sastav:

Ovaj proizvod se sastoji od lijevka za drenažu, pristupnog utora za napuhivanje, ventila, pristupnog utora za irigaciju i cijevi.

Indikacije:

Nijedan

Kontraindikacije:

Oni koji su alergični na lateksne materijale ne smiju koristiti ovaj proizvod.

Skupina bolesnika:

Bolesnici sa zadržavanjem urina uzrokovanim začepljenjem urinarnog trakta.

Spasite kritično bolesne bolesnike.

Bolesnici koji trebaju dijagnozu i tretman zbog bolesti mjehura. Ljudi koji trebaju operaciju.

Bolesnici s ozljedom kičme.

Karakteristike izvedbi: za jednokratnu upotrebu i sterilno**Način rada:**

a. Operite ruke i stavite rukavice kako biste očistili oko otvora uretre. Oni koji imaju kožicu trebaju povući kožicu na dolje kako bi se otvor uretre izložio i očistio.

b. Nakon pripreme za kateterizaciju otvorite pojedinačno pakiranje iz otvora.

c. Podmažite kateter medicinskom tekućinom s medicinskim tekućim parafinom ili medicinskim silikonskim uljem.

d. Umetnite urinarni kateter u mjehur lagano putem uretre za normalnu kateterizaciju.

Bilo koji preostali rizik i bilo koje neželjene nuspojave:

ništa

Informacije o postavljanju:

ništa

Kliničke koristi:

Proizvod pomaže bolesnicima u privremenom izlučivanju.

Oprez:

a. Kada koristite proizvod treba strogo primijeniti zahtjeve specifikacija za aseptični rad i odgovarajućih uredbi, te ga smiju koristiti obučeni liječnici, medicinsko osoblje, bolesnici ili prateće osoblje. Međutim, kada bolesnici ili prateće osoblje vrše urinarno steriliziranje po prvi put molimo koristite pod nadzorom i smjernicama profesionalnog medicinskog osoblja. Tijekom uporabe, rukovatelj ili bolesnik treba se tretirati na vrijeme sukladno medicinskim uredbama.

b. Ako budete sumnjali u kvalitetu tijekom uporabe, molimo odmah prekinite s uporabom i brzo obavijestite svoju tvrtku.

c. Proizvod se treba sterilizirati s EO, i proizvod bi trebao biti sterilan.

d. Proizvod je jednokratan i treba se uništiti nakon uporabe.

e. Molimo provjerite pojedinačno pakiranje prije uporabe.

f. Nemojte koristiti ako je pakiranje otvoreno ili oštećeno.

g. Sterilno i vrijedi pet godina. Nemojte koristiti nakon roka trajanja.

h. Ovaj proizvod se treba koristiti zajedno s posudom za urin. Kada ga koristite trebate izbjegavati prskanje urina i zagađenje okoliša.

i. Bacite nakon uporabe. Nakon uporabe proizvodi se moraju sakupiti, prenijeti, pohraniti i baciti kako bi se osiguralo da od njih nema štete po ljudsko zdravlje i okoliš. Ili se proizvod može baciti sukladno lokalnim medicinskim uredbama za odlaganje otpada.

j. Ako se proizvod koristi u kućanstvu on se mora baciti kao opasni kućni otpad.

k. Sve ozbiljne nesreće koje uzrokuju medicinski uređaji koje mi dostavljamo moraju se prijaviti proizvođaču i nadležnim vlastima države članice u kojoj se nalazi vaš registrirani ured.

Pohrana:

Proizvod bi se trebao pohraniti na sobnoj temperaturi u dobro provjetrenom prostoru.

UVJETI JAMSTVA GIMA

Primjenjuje se standardno B2B jamstvo Gima od 12 mjeseci

MAGYAR**Produktnamn:**

Steril Urinrörskateter för Engångsbruk (Foley catheter)
Typ: 1-väg, 2-väg, 3-väg

Storlekar:

Rak Spets/ Standardspets-

Avsedd användning:

För tillfällig tömning genom att föra in den i urinblåsan genom urinröret när patienterna inte kan urinera själva.

Avsedda användare:

Den kan användas av utbildade läkare, vårdpersonal, patienter eller följeslagare.

Strukturell Sammansättning:

Produkten består av dräneringstratt, uppblåsningsport, ventil, bevattningsport och slang.

Indikationer:

Egyik sem

Kontraindikationer:

De som är allergiska mot latexmaterial ska inte använda denna produkt.

Patientgrupp:

Patienter med urinretention orsakad av obstruktion av urinvägarna.
Rädda kritiskt sjuka patienter.
Patienter i behov av diagnos och behandling av blåssjukdom. Personer som undergår kirurgiska ingrepp.
Personer med ryggradsskada.

Prestandaegenskaper: egyszer használatos és steril**Metod:**

- Tvätta händerna och ta på handskar för att rengöra omkring urinrörsöppningen. De som har förhud ska dra ner förhuden för att frilägga urinrörsöppningen och rengöra den.
- Efter förberedelse för kateterisering, öppna den enskilda förpackningen från öppningen.
- Smörj katetern med medicinsk flytande paraffin eller medicinsk silikonolja.
- För in urinkatetern i blåsan långsamt, genom urinröret för normal kateterisering.

Eventuella kvarstående risker och oönskade effekter:

inga

Installationsinformation:

ingen

Kliniska förmåner:

Produkten hjälper patienter för tillfällig urinerings.

Försiktighetsåtgärder:

- När du använder produkten ska den strikt uppfylla kraven i aseptiska operationsspecifikationer och relevanta föreskrifter och kan användas av utbildade läkare, vårdpersonal, patienter eller medföljande personal. Emellertid, när patienter eller medföljande personal genomför urinkateterisering för första gången, använd den under ledning av professionell medicinsk personal. Under användningen ska operatören eller patienten behandlas i tid enligt medicinska föreskrifter.

b. Om du upplever eventuella tvivel om kvaliteten under användning, vänligen sluta använda den omedelbart och meddela vårt företag snabbt.

- Produkten ska steriliseras med EO och produkten ska vara steril.
- Produkten är av engångstyp och ska förstöras efter användning.
- Kontrollera det enskilda paketet innan du använder det.
- Använd inte om förpackningen är öppnad eller skadad.
- Steril och giltig i 5 år. Använd inte om utgången.
- Denna produkt ska användas tillsammans med en behållare för urin. Vid användningen ska du undvika att stänka urin och förorena omgivningen.
- Kassera efter användning. Efter användning ska produkterna samlas in, transporteras, förvaras och kasseras för att säkerställa att produkterna är ofarliga för människors hälsa och miljön. Eller så kan produkten kasseras i enlighet med lokala medicinska föreskrifter för avfallshantering.
- Om produkten används i hushållsmiljö ska produkten efter användning kasseras som farligt hushållsavfall.
- Alla allvarliga olyckor som rör den medicintekniska produkten som levererats från oss måste meddelas tillverkaren och kompetent myndighet i medlemsstaten där ditt registrerade kontor ligger.

Lagring:

Produkten ska förvaras vid väl ventilerad rumstemperatur.

GIMA JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

A 12 hónapos Gima B2B standard jótállás érvényes

DANSK**Produktnavn:**

Sterilt urinrörskateter til engangsbrug (Foley-kateter)

Type:

1-vejs, 2-vejs, 3-vejs

Størrelser:

Lige spids/ Standard spids-

Tilsiget formål:

Til midlertidig udledning ved at indsætte det i blæren gennem urinrøret, når patienterne ikke kan udlede af sig selv.

Påtænkte brugere:

Den kan bruges af uddannede læger, plejepersonale, patienter eller ledsagende personale.

Strukturel sammensætning:

Produktet er sammensat af drænrøret, oppustningsadgangsport, ventil, skylleadgangsport og rør.

Indikationer:

Ingen

Kontraindikationer:

De, der er allergiske over for latexmaterialer, bør ikke bruge dette produkt.

Patientgruppe:

Patienter med urinretention forårsaget af urinejsobstruktion.
Redde kritisk syge patienter.
Patienter med behov for diagnose og behandling af blæresygdom.
Folk, der skal opereres.
Patienter med rygmarvsskade.

Ydelseskarakteristika: engangsbrug og steril**Metode:**

- Vask dine hænder og tag handsker på for at rense rundt om urinrørsåbningen. De, der har forhud, bør trække forhuden ned for at blotlægge urinrørsåbningen og rense den.
- Efter klargøring til kateterisering åbnes den enkelte pakke fra åbningen.

c. Smør kateteret med medicinsk flydende paraffin eller medicinsk silikonolie.

d. Indfør urinkateteret langsomt i blæren gennem urinrøret for normal kateterisering.

Enhver resterende risiko og eventuelle uønskede bivirkninger:
ingen

Installationsoplysninger:
ingen

Kliniske fordele:

Produktet hjælper patienter til midlertidig udledning.

Forsigtig:

a. Når man bruger produktet, bør det strengt implementere kravene i aseptiske driftsspecifikationer og relevante regulativer, og kan bruges af uddannede læger, plejepersonale, patienter eller ledsagende personale. Men når patienter eller ledsagende personale udfører urinkateterisering for første gang, bedes man bruge det under vejledning af professionelt medicinsk personale. Under brugen skal operatøren eller patienten behandles rettidigt i overensstemmelse med medicinske regler.

b. Hvis du finder nogen mulig tvivl om kvaliteten under brug, bedes du straks stoppe med at bruge den og hurtigt underrette vores virksomhed.

c. Produktet skal steriliseres med EO, og produktet skal være steril.

d. Produktet er til engangsbrug og bør destrueres efter brug.

e. Tjek venligst den enkelte pakke, før du bruger den.

f. Må ikke bruges, hvis pakken er åbnet eller beskadiget.

g. Steril og gyldig i 5 år. Må ikke bruges, hvis tiden er udløbet.

h. Dette produkt skal bruges sammen med en beholder til urin. Når det bruges, skal man undgå at sprøjte med urin og forurene miljøet.

i. Kasser efter brug. Efter brug skal produkterne indsamles, transporteres, opbevares og bortskaffes for at sikre, at produkterne er uskadelige for menneskers sundhed og miljøet. Eller produktet kan bortskaffes i overensstemmelse med de lokale medicinske regler for bortskaffelse af affald.

j. Hvis produktet bruges i et husholdningsmiljø, skal produktet efter brug bortskaffes som farligt husholdningsaffald.

k. Alle alvorlige hændelser vedrørende det medicinske udstyr leveret af os skal rapporteres til producenten og den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor dit registrerede kontor er beliggende.

Opbevaring:

Produktet skal opbevares i en godt ventileret stuetemperatur.

GIMA GARANTIBETINGELSER

Gimas standard B2B 12 måneders garanti gælder

БЪЛГАРСКИ

Продуктово име:

Стерилн уретрален катетър за еднократна употреба (Фолиев катетър)

Тип:

1-пътен,2-пътен,3-пътен

Размери:

Прав накрайник/ Стандартен накрайник-

Предназначена употреба:

За временна емикция чрез въвеждането му в пикочния мехур през уретрата, когато пациентите не могат да уринират самостоятелно.

Потребители, за които е предназначен:

Може да се използва от обучени лекари, медицински сестри, пациенти или придружаващ персонал.

Структурен състав:

Продуктът се състои от дренажна фуния, порт за достъп за раздуване, клапан, порт за достъп за иригация и тръба.

Показания:

Няма

Противопоказания:

Лица, които са алергични към латексови материали, не трябва да използват този продукт.

Група пациенти:

Пациенти със задържане на урина, причинено от обструкция на пикочните пътища.

Спасяване на критично болни пациенти.

Пациенти, които се нуждаят от диагностика и лечение на заболяване на пикочния мехур. Лица, подложени на операция. Пациенти с увреждане на гръбначния мозък.

Работни характеристики: за еднократна употреба и стерилни

Метод:

a. Измийте ръцете си и сложете ръкавици, за да почистите около отвора на уретрата. При наличие на препуциум, той трябва да се дръпне надолу, за да се разкрие отвора на уретрата и той да бъде почистен.

b. След подготвянето за катетеризация отворете индивидуалната опаковка от отвора.

v. Смажете катетъра с медицински течен парафин или медицинско силиконово масло.

г. Поставете уринарния катетър в пикочния мехур бавно през уретрата за нормална катетеризация.

Някакъв остатъчен риск и някакъв нежелан страничен ефект:
няма

Информация за инсталиране:

няма

Клинични ползи:

продуктът помага на пациентите за временна емикция.

Внимание:

a. При употребата на продукта стриктно трябва да се спазват изискванията на спецификациите за асептична работа и на съответните

Разпоредби, като той може да се използва от обучени лекари, медицински сестри, пациенти или придружаващ персонал. Но, когато пациенти или придружаващ персонал извършват уринарна катетеризация за първи път, трябва да го използват под ръководството на професионален медицински персонал. По време на употреба операторът или пациентът трябва да бъдат лекувани своевременно в съответствие с медицинските разпоредби.

б. Ако по време на употреба, възникне някакво съмнение за качество, незабавно спрете да го използвате и уведомете своевременно дружеството ни.

v. Продуктът трябва да се стерилизира с EO и продуктът трябва да е стерил.

г. Продуктът е за еднократна употреба и трябва да се унищожи след употреба.

д. Преди употреба проверете индивидуалната опаковка.

е. Не използвайте, ако опаковката е отворена или повредена.

ж. Стерилен и срок на годност 5 години. Да не се използва, ако срокът на годност е изтекъл.

з. Този продукт трябва да се използва заедно с контейнер за урина. Когато го използвате, трябва да се избягва пръскане на урина и замърсяване на околната среда.

и. Изхвърлете след употреба. След употреба продуктите трябва да бъдат събрани, транспортирани, съхранени и изхвърлени, за да се гарантира, че продуктите са безвредни за човешкото здраве и за околната среда. Или продуктите могат да бъдат

izhvērleni sēgslano mēstnīte medīcīnskī rāzporedbī zā izhvērlāne nā otāpādcī.

ī. Ako prōdūktz tē izpōlzvā nā dōmāšnā srēdā, sēd upōtrēbā prōdūktz trājbvā dā bēdē izhvērlēn kato opāsēn dōmāšēn otāpādcī.

k. Vscīkī sērīoznī īncīdēntī, svērzānī s dōstāvenoto ot nās medīcīnskī īzdelīe, trājbvā dā bēdāt dōklādvānī nā prōīzvōdītēlā nā kōmpētēntnījā organ nā dērzvātā chlēnkā pō rēgīstrīrān ādres nā uprāvlēnīe.

Sēkrānēnīe:

Prōdūktz trājbvā dā sē sēkrānāvā nā dōbrē prōvētrēno pōmēcnēnīe nā stājnā tēmpērātūrā.

LIETUVIŠKAS

Produkto pavadinimas:

vienkartinio naudojimo sterilus šlaplės kateteris („Foley“ kateteris)

Tipas:

1 krypties, 2 kryptių, 3 kryptių

Dyčiai:

tiesus galiukas / standartinis galiukas-

Naudojimo paskirtis:

skirtas laikinam šlapinimuisi įvedant jį į šlapimo pūslę per šlaplę, kai pacientai patys negali šlapintis.

Numatytieji naudotojai:

jį gali naudoti išmokyti gydytojai, slaugos personalas, pacientai arba lydinčios darbuotojai.

Konstrukcijos sudėtis:

produktas yra sudarytas iš išleidimo piltuvėlio, pripūtimo prieigos jungties, vožtuvo, drėkinimo prieigos jungties ir vamzdelio.

Indikacijos:

Nav

Kontraindikacijos:

šio produkto neturėtų naudoti asmenys, alergiški latekso medžiagoms.

Pacientų grupė:

pacientai, kuriems šlapimo susilaikymas atsirado dėl šlapimo takų obstrukcijos.

Gelbstint kritiškai sergančius pacientus.

Pacientai, kuriems reikia diagnozuoti ir gydyti šlapimo pūslės ligą. Žmonėms, kuriems atliekama operacija.

Pacientai, patyrę nugaros smegenų sužalojimą.

Veikimo charakteristikos: vienkartinio naudojimo ir sterilus

Naudojimas:

a. Nusiplaukite rankas ir užsimaukite pirštines, kad nuvalytumėte aplink šlaplės angą. Turintys apyvarpę asmenys turėtų nusitraukti apyvarpę žemyn, kad atsidengtų šlaplės anga ir ją būtų galima nuvalyti.

b. Paruošę kateterizacijai, atidarykite atskirą pakuotę nuo angos.

c. Sutepkite kateterį medicininiu skystu parafinu arba medicininiu silikoniniu aliejumi.

d. Lėtai įstatykite šlapimo takų kateterį pro šlaplę įprastam kateterizavimui.

Kokia nors liekamoji rizika ir kokie nors nepageidaujami poveikiai:

nėra

Montavimo informacija:

nėra

Klinikinė nauda:

produktas laikinai padeda pacientams šlapintis.

Įspėjimas:

a. Naudojant produktą, reikėtų griežtai laikytis aseptinio naudojimo specifikacijų ir aktualių

reglamentų reikalavimų, o jį naudoti gali išmokyti gydytojai, slaugos personalas, pacientai arba lydinčios darbuotojai. Tačiau jei pacientai arba lydinčios darbuotojai atlieka šlapimo takų kateterizaciją pirmą kartą, tai reikia atlikti prižiūrint profesionaliam medicinos personalui. Naudojimo metu, naudotojui arba pacientui procedūra turi būti atliekama laiku, pagal medicinos taisykles.

b. Jei naudojimo metu kyla kokių nors abejonų dėl naudojimo, iš karto nustokite naudoti bei greitai praneškite mūsų bendrovei.

c. Produktas turėtų būti sterilizuojamas originalia įranga ir produktas turėtų būti sterilus.

d. Produktas yra vienkartinis ir po naudojimo turėtų būti sunaikintas.

e. Prieš naudodami patikrinkite atskirą pakuotę.

f. Nenaudokite, jei pakuotė yra atidaryta arba pažeista.

g. Sterili ir galioja 5 metus. Nenaudokite pasibaigus galiojimo datai.

h. Šis produktas turi būti naudojamas kartu su talpykla šlapimui. Ją naudojant, reikėtų vengti šlapimo pūslės ir gamtos užteršimo.

i. Po naudojimo išmesite. Po naudojimo produktus reikia surinkti, gabenti, sandėliuoti ir šalinti siekiant užtikrinti, kad produktai nekeltų pavojaus žmogaus sveikatai ir aplinkai. Arba produktą galima šalinti pagal vietinius medicinos atliekų šalinimo reikalavimus.

j. Jei produktas naudojamas namų aplinkoje, po naudojimo produktas turi būti šalinamas kaip pavojingos namų atliekos.

k. Apie visus rimtus incidentus, susijusius su mūsų tiekiamą medicinos priemone, privaloma pranešti gamintojui ir tos valstybės, kurioje yra jūsų registruota buveinė, kompetentingai institucijai.

Sandėliavimas:

produktas turėtų būti sandėliuojamas gerai ventiliuojamoje patalpoje, kambario temperatūroje.

GIMA GARANTIJOS SĄLYGOS

Galioja standartinė „Gima“ B2B 12 mėnesių garantija.

LATVIEŠU

Produkta nosaukums:

sterils urīnizvadkanāla katetrs vienreizējai lietošanai (Foley katetrs)

Tipis:

1- virziens, 2- virzienu, 3-virzienu

Izmēri:

taisns uzgalis/ standarta uzgalis-

Paredzētais mērķis:

īslaicīgai urīna izvadīšanai, ievietojot to urīnpūslī caur urīnizvadkanālu, ja pacienti paši nevar urinēt.

Paredzētie lietotāji:

to var izmantot apmācīti ārsti, aprūpes personāls, pacienti vai pavadājšais personāls.

Strukturālais sastāvs:

produkts sastāv no drenāžas piltuves, piepūšama piekļuves porta, vārsta, apūdeņošanas piekļuves porta un caurules.

Indikācijas:

Nēra

Kontraindikācijas:

pacienti, kuriem ir alerģija pret lateksa materiāliem, nedrīkst lietot šo produktu.

Pacientu grupa:

Pacienti ar urīna aizturi, ko izraisa urīnceļu obstrukcija.

Smagi slimu pacientu glābšana.

Pacienti, kuriem nepieciešama urīnpūšļa slimību diagnostika un ārstēšana. Cilvēki, kuriem tiek veikta operācija.

Pacienti ar muguras smadzeņu traumu.

Veiktspējas raksturlielumi: vienreiz lietojams un sterils

Metode:

a. Nomazgājiet rokas un uzvelciet cimdus, lai notīrītu urīnizvadkanāla atveri. Tiem, kam ir priekšāda, jāpavekl priekšāda uz leju, lai atklātu urīnizvadkanāla atveri, un tā jānotīra.

b. Pēc sagatavošanas kateterizācijai atveriet individuālā iepakojuma atveri.

c. Ieļļojiet katetru ar medicīnisko šķidro parafīnu vai medicīnisko silikona eļļu.

d. Lai nodrošinātu normālu kateterizāciju, lēnām ievietojiet urīna katetru urīnpūslī caur urīnizvadkanālu.

Jebkurš atlikušais risks un jebkādas nevēlamas blakusparādības: nav

Uzstādīšanas informācija:

nav

Klīniskie ieguvumi:

produkts palīdz pacientiem īslaicīgi izvadīt urīnu.

Uzmanību:

a. Lietojot produktu, ir stingri jāievēro aseptiskās darbības specifikācijās un attiecīgie noteikumi, un to var lietot apmācīti ārsti, medmāsu personāls, pacienti vai pavadošais personāls. Tomēr, ja pacienti vai pavadošais personāls veic urīna kateterizāciju pirmo reizi, lūdzu, izmantojiet to profesionāla medicīnas personāla vadībā. Lietošanas laikā operatoram vai pacientam ir jāveic savlaicīga ārstēšana saskaņā ar medicīniskajiem standartiem.

b. Ja lietošanas laikā rodas šaubas par kvalitāti, lūdzu, nekavējoties pārtrauciet produkta lietošanu un informējiet mūsu uzņēmumu.

c. Produkts jāsterilizē ar etilēna oksīdu un produktam jābūt sterilam.

d. Produkts ir vienreiz lietojams, un pēc lietošanas tas jāiznīcina.

e. Pirms lietošanas pārbaudiet individuālo iepakojumu.

f. Nelietot, ja iepakojums ir atvērts vai bojāts.

g. Sterils un derīgs 5 gadus. Nelietot, ja beidzies derīguma termiņš.

h. Šis produkts ir jāizmanto kopā ar urīna konteineru. Lietojot to, jāizvairās no urīna izšļakstīšanās un vides piesārņošanas.

i. Pēc lietošanas izmetiet. Pēc lietošanas produkti ir jāsavāc, jātransportē, jāuzglabā un jāutilizē, lai nodrošinātu to nekaitīgumu cilvēku veselībai un videi. Vai arī produktu var utilizēt saskaņā ar vietējiem medicīniskajiem noteikumiem par atkritumu utilizāciju.

j. Ja produkts tiek lietots sadzīves vidē, pēc lietošanas tas jāutilizē kā bīstamie sadzīves atkritumi.

k. Par visiem nopietniem incidentiem saistībā ar mūsu piegādāto medicīnisko ierīci ir jāziņo ražotājam un tas dalībvalsts kompetentajai iestādei, kurā atrodas jūsu juridiskā adrese.

Uzglabāšana:

produkts jāuzglabā labi vēdināmā telpā vides temperatūrā.

GIMA GARANTIJAS NOSACĪJUMI

Tiek piemērota Gima standarta B2B garantija uz 12 mēnešiem.

EESTLANE

Toote nimi:

steriilne ureetra kateeter ühekordseks kasutamiseks (Foley kateeter)

Tüüp:

1, 2 ja 3 kanaliga

Suurused:

sirge ots / standardne ots

Kasutusotstarve:

Ajutiseks urineerimiseks, kui patsient ei saa ise urineerida. Sisestatakse kusepõide läbi kusiti.

Sihtkasutajad:

Seda võivad kasutada koolitatud arstid, õendustöötajad, patsiendid või nende tugipersonal.

Struktuurne koostis:

Toode koosneb drenaazielehtrist, ballooniga juurdepääsupordist, ventiilist, niisutuskanalist ja voolikust.

Näidustused:

Mitte ühtegi

Vastunäidustused:

Need, kes on lateksmaterjalide suhtes allergilised, ei tohiks toodet kasutada.

Patsiendirühm:

Patsiendid, kellel on kuseteede obstruktsioonist põhjustatud uriinipeetus.

Kriitiliselt haigete patsientide päästmine.

Patsiendid, kes vajavad põiehaiguse diagnoosimist ja ravi. Inimesed, kellele tehakse operatsiooni.

Seljaaju vigastusega patsiendid.

Toimeparameetrid: ühekordselt kasutatav ja steriilne

Meetod:

a. Peske käed ja pange kindad kätte, et puhastada kusitiava ümbrust. Need, kellel on eesnähk, peaksid ureetra avause paljastamiseks eesnaha alla tõmbama ja selle puhastama.

b. Pärast kateerdamiseks valmistumist avage üksikpakend sellist mõeldud kohast.

c. Määrige kateeter meditsiinilise vedela parafini või meditsiinilise silikoonõliga.

d. Normaalseks kateerdamiseks sisestage kuseteede kateeter aeglaselt läbi kusiti põide.

Jäädakrisk ja soovimatud kõrvalmõjud:

puuduvad

Paigaldusinfo:

puudub

Kliiniline kasu:

toode aitab patsienti ajutiselt urineerimisel.

Ettevaatus!

a. Toote kasutamisel peab järgima aseptiliste toimingute spetsifikatsioonide ja asjakohaste eeskirjade nõudeid ning seda võivad kasutada koolitatud arstid, õendustöötajad, patsiendid või nende tugipersonal. Kui patsient või tugipersonal teeb kuseteede kateerdamist esimest korda, siis tehke seda professionaalse meditsiinitöötaja juhendamisel. Kasutamise käigus peab töötaja või patsienti tugevama õigeaegselt vastavalt meditsiinilistele eeskirjadele.

b. Kui kahtlete toote kasutamise ajal selle kvaliteedis, lõpetage kasutamine kohe ja teavitage sellest kiiresti meie ettevõtet.

c. Toode tuleb steriliseerida etüleenoksiidiga.

d. Toode on ühekordselt kasutatav ja tuleb pärast kasutamist ära visata.

e. Kontrollige iga pakendit enne toote kasutamist.

f. Ärge kasutage toodet, kui pakend on avatud või kahjustatud.

g. Toode on steriilne ja selle kasutusaeg on 5 aastat. Ärge kasutage toodet, kui lubatud kasutusaeg on läbi.

h. Toodet tuleb kasutada koos uriinikotiga. Kasutamise ajal tuleb vältida uriini pritsimist ja keskkonna saastamist.

i. Pärast kasutamist visake toode ära. Pärast kasutamist tuleb toodet kokku koguda, transportida, ladustada ja utiliseerida nii, et need ei kahjustaks inimeste tervist ega keskkonda. Teine võimalus on toodet utiliseerida vastavalt kohalikele jäätmekäitluse eeskirjadele.

j. Kui toodet kasutatatakse koduses keskkonnas, tuleb toode pärast kasutamist kõrvaldada ohtlike olmejäätmetena.

k. Kõigist meie tarnitud meditsiiniseadmtega seotud tõsistest vahejuhtumitest tuleb teavitada tootjat ja selle liikmesriigi pädevat

asutust, kus asub teie registreeritud asukoht.

Hoiustamine:

Toodet tuleb hoida hästi ventileeritavas kohas toatemperatuuril.

GIMA GARANTII TINGIMUSED

Kehtib Gima tavaline B2B 12-kuuline garantii.

Indice dei simboli - Symbol index - Index des symboles - Índice de símbolos - índice de símbolo - Symbolindex - Ευρετήριο συμβόλων - Indeks symboli - Index symbolů - Symbol index - Symboli-indeksi - Indeks symbolov - Index symbolov - Index de simbol - Symbool index - Indeks simbola - Szimbólum index - Symbolindex - Индекс на символа - Simbolių rodyklė - Simbolu rādītājs - Sümboleite indeks

	IT - Data di fabbricazione GB - Date of manufacture FR - Date de fabrication ES - Fecha de fabricación PT - Data de fabrico DE - Herstellungsdatum GR - Ημερομηνία παραγωγής PL - Data produkcyj CZ - Datum výroby SE - Tillverkningsdatum FI - Valmistuspäivämäärä SI - Datum proizvodnje SK - Dátum výroby RO - Data fabricației NL - Productiedatum HR - Datum proizvodnje HU - Gyártás dátuma DK - Fabrikationsdato BG - Fabrikationsdato LT - Pagaminimo data LV - Izgatavošanas datums EE - Valmistamise kuupäev
	IT - Fabbricante GB - Manufacturer FR - Fabricant ES - Fabricante PT - Fabricante DE - Hersteller GR - Παραγωγός PL - Producent CZ - Výrobce SE - Tillverkare FI - Valmistaja SI - Proizvajalec SK - Výrobca RO - Producător NL - Fabrikant HR - Proizvođač HU - Gyártó DK - Fabrikant BG - Fabrikant LT - Gamintojas LV - Ražotājs EE - Tootja

	IT - Conservare al riparo dalla luce solare GB - Keep away from sunlight FR - À conserver à l'abri de la lumière du soleil ES - Conservar al amparo de la luz solar PT - Guardar ao abrigo da luz solar DE - Vor Sonneneinstrahlung geschützt lagern GR - Κρατήστε το μακριά από ηλιακή ακτινοβολία PL - Przechowywać z dala od światła słonecznego CZ - Skladujte mimo sluneční světlo SE - Skyddas från solljus FI - Säilytä auringonvalolta suojaissa SI - Hraniti zaščiten pred sončno svetlobo SK - Skladujte mimo slnečného svetla RO - A se păstra ferit de razele soarelui NL - Afgeschermd van zonlicht opslaan HR - Čuvati zaštićeno od sunčeve svjetlosti HU - Napfénytől védve tárolandó DK - Må ikke udsættes for sollys BG - Må ikke udsættes for sollys LT - Saugoti nuo saulės spindulių LV - Uzglabāt prom no saules gaismas EE - Hoida eemal päikesevalgusest
	IT - Non utilizzare se l'imballaggio è danneggiato GB - Don't use if package is damaged FR - Ne pas utiliser si le colis est endommagé ES - No usar si el paquete está dañado PT - Não use se o pacote estiver danificado DE - Nicht verwenden, wenn das Paket beschädigt ist GR - Μην το χρησιμοποιείτε αν η συσκευασία είναι κατεστραμμένη PL - Nie używać, jeśli opakowanie jest uszkodzone CZ - Nepoužívejte, pokud je obal poškozen SE - Använd inte en förpackning som är skadad FI - Ei saa käyttää, jos pakkaus on vaurioitunut SI - Ne uporabljajte, če je embalaža poškodovana SK - Nepoužívajete, ak je obal poškodený RO - A nu se utiliza dacă ambalajul este deteriorat NL - Niet gebruiken als de verpakking beschadigd is HR - Ne koristiti ako je pakiranje oštećeno HU - Ne használja, ha a csomagolás sérült DK - Må ikke bruges, hvis pakken er beskadiget BG - Må ikke bruges, hvis pakken er beskadiget LT - Nenaudokite, jei pakuotė pažeista LV - Nelietot, ja iepakojums ir bojāts EE - Ärge kasutage, kui pakend on kahjustatud
	IT - Importato da GB - Imported by FR - Importé par ES - Importado por PT - Importado por DE - Eingeführt von GR - Εισαγωγή από PL - Importowane przez CZ - Dovezeno uživatelem SE - Importerad av FI - Tuojaja SI - Uvozil SK - Dovážal RO - Importat de NL - Geïmporteerd door HR - Uvezeno od strane HU - Importálta DK - Importeret af BG - Importeret af LT - Importavo LV - Importēja EE - Importija

	IT - Conservare in luogo fresco ed asciutto GB - Keep in a cool, dry place FR - À conserver dans un endroit frais et sec ES - Conservar en un lugar fresco y seco PT - Armazenar em local fresco e seco DE - An einem kühlen und trockenen Ort lagern GR - Διατηρείται σε δροσερό και στεγνό περιβάλλον PL - Przechowywać w suchym miejscu CZ - Skladujte na větraném a suchém místě SE - Förvara på svalt och torrt ställe FI - Säilytää kuivassa ja viileässä SI - Hraniti na suhem in hladnem mestu SK - Skladujte na chladnom a suchom mieste RO - A se păstra într-un loc răcoros și uscat NL - Koel en droog opslaan HR - Čuvati na hladnom i suhom mjestu HU - Száraz, hűvös helyen tárolandó DK - Opbevares køligt og tørt BG - Opbevares køligt og tørt LT - Laikyti vėsioje ir sausoje vietoje LV - Uzglabāt vēsā, sausā vietā EE - Hoida jahedas ja kuivas kohas
	IT - Attenzione: Leggere e seguire attentamente le istruzioni (avvertenze) per l'uso GB - Caution: read instructions (warnings) carefully FR - Attention: lisez attentivement les instructions (avertissements) ES - Precaución: lea las instrucciones (advertencias) cuidadosamente PT - Cuidado: leia as instruções (avisos) cuidadosamente DE - Achtung: Anweisungen (Warnungen) sorgfältig lesen GR - Προσοχή: διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες (εισατάσεις) PL - Ostrzeżenie - Zobacz instrukcję obsługi CZ - Pozor: Pečlivě si přečtěte a dodržujte pokyny (varování) k použití SE - Varsamhet: läs anvisningarna (varningar) noga FI - Huomio: Lue käyttöohjeet (varoitukset) ja noudata niitä huolellisesti SI - Pozor: Preberite in skrbno sledite navodilom (opozorilom) za uporabo SK - Pozor: Pozorne si prečítajte a dodržiavajte pokyny na použítie (výstrahy) RO - Atenție: Citiți și respectați cu atenție instrucțiunile (avertismentele) de utilizare NL - Opgelet: Lees en volg aandachtig de gebruiksaanwijzing (waarschuwingen) HR - Pozor: Pročitajte i pažljivo slijedite upute (upozorenja) za upotrebu HU - Figyelem: Figyelmesen olvassa el és kövesse a használati utasításokat (figyelmeztetéseket) DK - Forsigtig: Læs instruktioner (advarsler) omhyggeligt BG - Forsigtig: Læs instruktioner (advarsler) omhyggeligt LT - Dėmesio: perskaitykite ir atidžiai laikykites naudojimo instrukcijų (įspėjimų) LV - Uzmanību: Izlasiet un uzmanīgi ievērojiet lietošanas instrukcijas (brīdinājumus) EE - Tähelepanu! Lugege kasutusjuhised (hoiatused) läbi ja järgige neid hoolikalt

STERILE EO	IT - Sterilizzato con ossido di etilene GB - Sterilized using ethylene oxide FR - Stérilisé à l'oxyde d'éthylène ES - Esterilizado con óxido de etileno PT - Esterilizado com óxido de etileno DE - Sterilisiert mit Ethylenoxid GR - Αποστειρωμένο με αιθυλενοξείδιο PL - Sterylizowane tlenkiem etylenu CZ - Sterilizováno etylenoxidem SE - Steriliserad med etylenoxid FI - Steriloitu etyleenioksidilla SI - Sterilizirano z etilen oksidom SK - Sterilizované etylénoxidom RO - Sterilizat cu oxid de etilenă NL - Gesteriliseerd met ethyleenoxide HR - Sterilizirano etilen oksidom HU - Etílen-oxiddal sterilizálva DK - Steriliseret med ethylenoxid BG - Steriliseret med ethylenoxid LT - Sterilizuotas etileno oksidu LV - Sterilizēts ar etilēnoksīdu EE - Steriliseeritud etüleenoksiidiga
EC REP	IT - Rappresentante autorizzato nella Comunità europea GB - Authorized representative in the European community FR - Représentant autorisé dans la Communauté européenne ES - Representante autorizado en la Comunidad Europea PT - Representante autorizado na União Europeia DE - Autorisierter Vertreter in der EG GR - Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος στην Ευρωπαϊκή Ένωση PL - Upoważniony przedstawiciel we Wspólnocie Europejskiej CZ - Zplnomocněný zástupce v Evropském společenství SE - Auktoriserad representant i Europeiska gemenskapen FI - Valtuutettu edustaja Euroopan yhteisössä SI - Pooblašteni zastopnik za Evropsko skupnost SK - Splnomocnený zástupca v Európskom spoločenstve RO - Reprezentant autorizat pe teritoriul Comunității Europene NL - Bevoegde vertegenwoordiger in de Europese Gemeenschap HR - Ovlašteni predstavnik u Europskoj zajednici HU - Meghatalmazott képviselő az Európai Közösségben DK - Autoriseret repræsentant i det Europæiske Fællesskab BG - Autoriseret repræsentant i det Europæiske Fællesskab LT - Įgaliotasis atstovas Europos bendrijoje LV - Pilnvarotais pārstāvis Eiropas Kopienā EE - Volitatud esindaja Euroopa Ühenduses

	IT - Leggere le istruzioni per l'uso GB - Consult instructions for use FR - Consulter les instructions d'utilisation ES - Consultar las instrucciones de uso PT - Consulte as instruções de uso DE - Gebrauchsanweisung beachten GR - Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης PL - Przeczytaj instrukcje użytkowania CZ - Přečtěte si návod k použití SE - Läs bruksanvisningen FI - Lue käyttöohjeet SI - Preberite navodila za uporabo SK - Prečítajte si návod na použitie RO - Citiți instrucțiunile de utilizare NL - Lees de gebruiksaanwijzing HR - Pročitajte upute za uporabu HU - Olvassa el a használati utasításokat DK - Se brugsvejledningen BG - Se brugsvejledningen LT - Perskaitykite naudojimo instrukcijas LV - Izlasiet lietošanas instrukcijas EE - Lugege kasutusjuhendit
	IT - Dispositivo monouso, non riutilizzare GB - Disposable device, do not re-use FR - Dispositif pour usage unique, ne pas réutiliser ES - Dispositivo monouso, no reutilizable PT - Dispositivo descartável, não reutilizar DE - Für einmaligen Gebrauch, nicht wiederverwenden GR - Προϊόν μιας χρήσεως. Μην το χρησιμοποιείται εκ νέου PL - Jedno urządzenie, nie używaj ponownie CZ - Jednorázový prostředek, nepoužívejte opakovaně SE - Engångsanordning, får ej återanvändas FI - Kertakäyttöinen laite, ei saa käyttää uudelleen SI - Za enkratno uporabo, ne uporabiti ponovno SK - Zariadenie na jedno použitie, nepoužívajte opakovane RO - Dispozitiv de unică folosință, a nu se refolosi NL - Voor eenmalig gebruik, niet hergebruiken HR - Uredaj za jednokratnu upotrebu, nemojte ponovo koristiti HU - Eldobható eszköz, ne használja újra DK - Engangsenshed, må ikke genbruges BG - Engangsenhed, må ikke genbruges LT - Vienkartinis prietaisas, nenaudokite pakartotinai LV - Vienreiz lietojama ierīce, nelietojiet to atkārtoti EE - Ühekordne, ärge kasutage seda mitu korda

	IT - Dispositivo medico conforme al regolamento (UE) 2017/745 GB - Medical Device compliant with Regulation (EU) 2017/745 FR - Dispositif médical conforme au règlement (UE) 2017/745 ES - Producto sanitario conforme con el reglamento (UE) 2017/745 PT - Dispositivo médico em conformidade com a regulamentação (UE) 2017/745 DE - Medizinprodukt im Sinne der Verordnung (EU) 2017/745 GR - Ιατρική συσκευή σύμφωνα με την ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/745 PL - Wyrób medyczny zgodny z Rozporządzenie (UE) 2017/745 CZ - Zdravotnický prostředek v souladu s nařízením (EU) č. 2017/745 SE - Den medicintekniska produkten överensstämmer med förordning (EU) 2017/745 FI - Lääkinnällinen laite, joka vastaa asetusta (EU) 2017/745 SI - Medicinski pripomoček, skladen z uredbo (EU) 2017/745 SK - Zdravotnícka pomôcka v súlade s nariadením (EÚ) 2017/745 RO - Dispozitiv medical conform regulamentului (UE) 2017/745 NL - Medisch hulpmiddel in overeenstemming met verordening (EU) 2017/745 HR - Medicinski proizvod sukladan propisu (EU) 2017/745 HU - A 2017/745/EU rendeletnek megfelelő orvostechnikai eszköz DK - Medicinsk udstyr i overensstemmelse med forordning (EU) 2017/745 BG - Medicinsk udstyr i overensstemmelse med forordning (EU) 2017/745 LT - Medicinos prietaisas, atitinkantis reglamentą (ES) 2017/745 LV - Medicīniska ierīce, kas atbilst Regulai (ES) 2017/745 EE - Määrusele (EL) 2017/745 vastav meditsiiniseade
	IT - Data di scadenza GB - Expiration date FR - Date d'échéance ES - Fecha de caducidad PT - Data de validade DE - Ablaufdatum GR - Ημερομηνία λήξεως PL - Data ważności CZ - Datum ukončení platnosti SE - Utgångsdatum FI - Viimeinen voimassaolopäivä SI - Rok uporabnosti SK - Dátum expirácie RO - Valabil până la data de NL - Vervaldatum HR - Datum isteka HU - Lejárati dátum DK - Udløbsdato BG - Udløbsdato LT - Galiojimo laikas LV - Derīguma termiņš EE - Aegumiskuupäev
	IT - Codice prodotto GB - Product code FR - Code produit ES - Código producto PT - Código produto DE - Erzeugniscode GR - Κωδικός προϊόντος PL - Numer katalogowy CZ - Kód výrobku SE - Produktkod FI - Tuotekoodi SI - Koda izdelka SK - Kód výrobku RO - Cod produs NL - Productcode HR - Šifra proizvoda HU - Termékkód DK - Produktkode BG - Produktkode LT - Prekės kodas LV - Produkta kods EE - Toote kood

	IT - Singolo sistema di barriera sterile con imballo protettivo esterno GB - Single sterile barrier system in protective outer packaging FR - Système de barrière stérile unique dans un emballage extérieur protecteur ES - Sistema de barrera estéril simple en embalaje exterior protector PT - Sistema de barreira estéril única em embalagem externa protetora DE - Einzelnes Sterilbarriersystem in schützender Umverpackung GR - Μονό αποστειρωμένο σύστημα φραγής σε προστατευτική εξωτερική συσκευασία PL - Pojedynczy sterylony system barierowy w ochronnym opakowaniu zewnętrznym CZ - Jediný sterilní bariérový systém v ochranném vnějším obalu SE - Enkelt sterilt barriärsystem i skyddande ytterförpackning FI - Yksi steriili sulkujärjestelmä suojaavassa ulkopakkauksessa SI - Enojni sterilni pregradni sistem v zaščitni zunanji embalaži SK - Jednoduchý sterilný bariérový systém v ochrannom vonkajšom obale RO - Sistem de barieră steril unic în ambalaj exterior de protecție NL - Enkelvoudig steriel barrièresysteem in beschermende buitenverpakking HR - Jednostruki sustav sterilne barijere u zaštitnom vanjskom pakiranju HU - Egyetlen steril gátrendszer védő külső csomagolásban DK - Enkelt steril barriersystem i beskyttende ydre emballage BG - Единична стерилна бариерна система в защитна външна опаковка LT - Viena sterili barjerinė sistema apsauginėje išorinėje pakuotėje LV - Viena sterila barjeras sistēma aizsargājošā ārējā iepakojumā EE - Ühekordne steriilne tõkkesüsteem kaitsvas välispakendis
	IT - Dispositivo medico GB - Medical Device FR - Dispositif médical ES - Producto sanitario PT - Dispositivo médico DE - Medizinprodukt GR - Ιατροτεχνολογικό προϊόν PL - Wyrób medyczny CZ - Zdravotnický prostředek SE - Medicinteknisk produkt FI - Lääkinnällinen laite SI - Medicinski pripomoček SK - Zdravotnícka pomôčka RO - Dispozitiv medical NL - Medisch hulpmiddel HR - Medicinski uređaj HU - Orvosteknikai eszköz DK - Medicinsk udstyr BG - Медицинск уdstyr LT - Medicininis prietaisas LV - Medicīniskā ierīce EE - Meditsiiniline seade

	IT - Numero di lotto GB - Lot number FR - Numéro de lot ES - Número de lote PT - Número de lote DE - Chargennummer GR - Αριθμός παρτίδας PL - Kod partii CZ - Číslo šarže SE - Satsnummer FI - Eränumero SI - Številka partije SK - Číslo šarže RO - Număr de lot NL - Partijnummer HR - Broj serije HU - Tételszám DK - Batchnummer BG - Batchnummer LT - Partijos numeris LV - Partijas numurs EE - Partii number
	IT - Contenuto o presenza di lattice naturale GB - Contains or presence of natural rubber latex FR - Contient ou présence de latex de caoutchouc naturel ES - Contiene o presencia de látex de caucho natural PT - Contém ou presença de látex de borracha natural DE - Enthält oder Anwesenheit von Naturlatex GR - Περιέχει ή περιέχει λατέξ φυσικού καουτσούκ PL - Zawartość lub obecność naturalnego lateksu CZ - Obsah nebo přítomnost přírodního latexu SE - Innehåller spår av naturligt latexgummi FI - Luonnonlateksin sisältö tai merkit SI - Vsebuje ali je prisoten naravni lateks SK - Obsah alebo prítomnosť prírodného latexu RO - Conținut sau prezență de latex din cauciuc natural NL - Bevat of aanwezigheid van natuurlijk latex HR - Sadržaj ili prisutnost prirodnog lateksa HU - Természetes latex tartalom vagy jelenlét DK - Indeholder eller tilstedeværelse af naturgummilætex BG - Съдържа или наличие на естествен латекс LT - Natūralaus latekso kiekis arba buvimas LV - Satur dabisko lateksu vai ir tā klātbūtne EE - Loodusliku lateksi sisaldus või olemasolur
	IT - Non ri-sterilizzare GB - Do not resterilize FR - Ne pas restériliser ES - No reesterilizar PT - Não reesterilize DE - Nicht resterilisieren GR - Μην αποστειρώνετε PL - Nie sterylizuj ponownie CZ - Sterilizaci neopakujte SE - Återsterilisera inte FI - Uudelleensterilointi kielletty SI - Ne sterilizirajte ponovno SK - Opakovane nesterilizujte RO - A nu se resteriliza NL - Niet hersteriliseren HR - Nemojte ponovno sterilizirati HU - Ne sterilizálja újra DK - Må ikke generisleres BG - Да не се стерилизира повторно LT - Nesterilizuoti pakartotinai LV - Neveikt atkārtotu sterilizāciju EE - Ärge steriliseerige uuesti

	IT - Limite di temperatura GB - Temperature limit FR - Limite de température ES - Limite de temperatura PT - Limite de temperatura DE - Temperaturgrenzwert GR - Όριο θερμοκρασίας PL - Granica temperatury CZ - Uchovávejte při teplotě mezi a °C SE - Temperaturgräns FI - Säilytyslämpötila - °C SI - Hranite pri temperaturi med in °C SK - Uchovávejte pri teplote od do °C RO - Limită de temperatură NL - Drempelwaarde temperatuur HR - Čuvati između i °C HU - És °C között tárolandó DK - Temperaturgrænse BG - Да се съхранява между и °C LT - Temperatūros riba LV - Uzglabāt temperatūrā līdz °C EE - Temperatuuripiirang
	IT - Identificatore unico dispositivo GB - Unique device identifier FR - Identifiant unique de l'appareil DE - Eindeutige Gerätekennung ES - Identificador de dispositivo único PT - Identificador exclusivo do dispositivo GR - Μοναδικό αναγνωριστικό συσκευής BG - Уникален идентификатор на устройството EE - Seadme kordumatu identifikaator FI - Ainutlaatuinen laitetunniste HR - Jedinstveni identifikator uređaja HU - Egyedi eszközazonosító LT - Unikalus įrenginio identifikatorius LV - Unikāls ierīces identifikators NL - Unieke apparaat-ID RO - Identificator unic de dispozitiv SK - Jedinečný identifikátor zariadenia
	IT - Rappresentante autorizzato in Svizzera GB - Authorized Representative in Switzerland FR - Représentant autorisé en Suisse DE - Bevollmächtigter Vertreter in der Schweiz ES - Representante autorizado en Suiza PT - Representante Autorizado na Suíça GR - Εξουσιοδοτημένος Αντιπρόσωπος στην Ελλάδα BG - Упълномощен представител в Швейцария CZ - Autorizovaný zástupce ve Švýcarsku DA - Autoriseret repræsentant i Schweiz EE - Volitatud esindaja Šveitsis FI - Valtuutettu edustaja Sveitsissä HR - Ovlašteni predstavnik u Švicarskoj HU - Hivatalos képviselő Svájcban LT - Įgaliotasis atstovas Šveicarijoje LV - Pilnvarotais pārstāvis Šveicē NO - Autorisert representant i Sveits NL - Gemachtigde vertegenwoordiger in Zwitserland PL - Autoryzowany Przedstawiciel w Szwajcarii RO - Reprezentant autorizat în Elveția SK - Autorizovaný zástupca vo Švajčiarsku SL - Pooblaščen zastopnik v Švici SV - Auktoriserad representant i Schweiz SA - الممثل المعتمد في سويسرا