

ISTRUZIONI PER L'USO

AGHI EPICRANICI CON SISTEMA DI SICUREZZA

DESTINAZIONE D'USO:

Ago, monouso, sterile, atossico, ariogeno, per iniezioni e somministrazione di sostanze medicinali.

ISTRUZIONI PER L'USO:

Prima dell'uso verificare la data di scadenza.
Verificare l'integrità della confezione prima dell'uso.
Aprire la confezione ed usare immediatamente.
Non utilizzare se la confezione è danneggiata.
In caso di riutilizzo è possibile l'instaurarsi di infezioni: consultare un medico.
Preparare con cura e asetticamente la zona.
Estrarre l'ago dal blister.
Procedere con la terapia.
Attivare il meccanismo di sicurezza
Smaltire come rifiuto ospedaliero.

LATEX FREE:

Il dispositivo è totalmente privo di lattice.

METODO DI STERILIZZAZIONE:

Sterilizzazione ad Ossido di Etilene (EtO), quantità residua di gas secondo le normative vigenti

SMALTIMENTO:

Lo smaltimento deve essere effettuato in ottemperanza alle norme nazionali vigenti.
L'incenerimento o lo smaltimento in discarica devono essere svolti in condizioni controllate.
Il prodotto che non è venuto a contatto con agenti infettivi o altri materiali rischiosi, non può essere considerato rifiuto pericoloso.

CONSERVAZIONE:

Conservare in un luogo fresco ed asciutto lontano da fonti di calore.

*Le suddette Istruzioni per l'Uso devono essere conservate
dall'utilizzatore per tutta la durata del DM.*



Health&Safety

RAY'S SPA

via Francesco Crispi - 60027 Osimo (AN)

Tel. 071 2868935 - Fax 071 2868911 - www.rays.it - info@rays.it

INSTRUCTIONS FOR USE

SCALP VEIN SETS WITH SAFETY MECHANISM

PURPOSE OF USE:

Sterile, non-toxic, non-pyrogenic, for single use, needle for injections and administration of medicinal solutions.

INSTRUCTIONS FOR USE:

Before using check the expire date.
Check the integrity of the packaging before use
Open the packaging and use immediately.
Do not use if packaging is damaged.
In case of re-use, infections can occur: consult a doctor.
Prepare the area carefully and aseptically.
Remove the needle from the blister.
Go on with the therapy.
Activate the safety mechanism.
Dispose of it properly after use.

LATEX FREE:

The device is totally latex free.

STERILIZATION METHOD:

Sterilized by Ethylene Oxide (EtO), residual amount of gas in accordance with the regulations.

DISPOSAL:

Disposal must be made in accordance with the applicable government regulations. Incineration or landfill disposal must be carried out under controlled conditions. The product that did not come in to contact with infectious agents or other hazardous materials, cannot be considered dangerous waste.

CONSERVATION:

Store in a cool dry place and far away from the any source of heat at a temperature.

*These Instructions for Use note must be preserved by the user for
the duration of the DM.*



Health&Safety

RAY'S SPA

via Francesco Crispi - 60027 Osimo (AN)

Tel. 071 2868935 - Fax 071 2868911 - www.rays.it - info@rays.it