CHINESPORT® ITALIA

REHABILITATION and MEDICAL EQUIPMENT

ITALIANO

CSx

SGABELLI

MANUALE D'USO E MANUTENZIONE

DTIU000343
REV. 000
06.2023

CE

© 2024 Chinesport
Ver. 0.0.0.0

SOMMARIO

1 INFORMAZIONI GENERALI 5
1.1 Fabbricante 5
2 DESCRIZIONE ED INFORMAZIONI SUL PRODOTTO 5
2.1 Descrizione 5
2.2 Destinazione d'uso 5
2.3 Utilizzatori 6
2.4 Gruppi di pazienti e condizioni cliniche 6
2.5 Ambiente di utilizzo 6
2.6 Stoccaggio 6
2.7 Dichiarazioni del fabbricante 6
3 AVVERTENZE GENERALI 7
3.1 Incidenti gravi 7
3.2 Simboli presenti sulle etichette 7
3.3 Simboli presenti nel manuale 8
3.4 Simboli presenti sull'imballo 8
3.5 Avvertenze speciali 8
3.6 Controindicazioni ed effetti collaterali 9
3.7 Restrizioni sull'uso 9
3.8 Lista delle funzioni più utilizzate 9
4 CONFIGURAZIONI DISPOSITIVI 10
5 CONTENUTO DELLA CONFEZIONE E CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO 12
5.1 Contenuto della confezione 12
5.2 Prodotto 12
6 MONTAGGIO E PRIMO UTILIZZO 12
6.1 Montaggio 12
6.1.1 Seduta 13
6.1.2 Base 13
6.1.3 Ruote 13
6.1.4 Schienale 14
6.2 Primo utilizzo 14
7 USO 15
7.1 Avvertenze prima dell'uso 15
7.2 Uso del dispositivo 15
7.2.1 Regolazione in altezza 15
8 MANUTENZIONE E VITA UTILE 16
8.1 Manutenzione ordinaria 16

SOMMARIO

8.2 Malfunzionamenti, manutenzione straordinaria e riparazioni 16
8.3 Vita utile 16

9 PULIZIA 17
9.1 Lavaggio 17
9.2 Disinfezione 17

10 SPECIFICHE TECNICHE 17

11 RISOLUZIONE DEI PROBLEMI 18

12 PARTI DI RICAMBIO 18

13 SMALTIMENTO 18

14 GARANZIA 19
14.1 Condizioni generali 19
14.2 Riparazioni in garanzia 19
14.3 Riparazioni fuori garanzia 20
14.4 Prodotti non difettosi 20
14.5 Riparazioni a domicilio 20
14.6 Parti di ricambio 20

15 REGISTRAZIONI INTERVENTI E MANUTENZIONI 21

1 INFORMAZIONI GENERALI

Questo manuale contiene le informazioni per un uso pratico, corretto e sicuro del dispositivo ed è destinato alla lettura da parte del personale specializzato e dell'utilizzatore del prodotto. È consigliata l'attenta lettura dell'intero manuale prima dell'utilizzo del prodotto.
Nel caso in cui vi fossero dubbi o si necessitasse di chiarimenti siete pregati di contattare il rivenditore che sarà in grado di consigliarvi correttamente.
L'importanza della lettura e comprensione del manuale d'uso è evidenziata sul prodotto dal seguente simbolo:

Seguire le istruzioni per l'uso

1.1 FABBRICANTE

CHINESPORT S.P.A.
Via Croazia, 2 - 33100 Udine - Italy
+39 0432.621.621
https://www.chinesport.it
chinesport@chinesport.it

L'azienda produce in accordo con lo standard di qualità UNI EN ISO 13485:2016

2 DESCRIZIONE ED INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

2.1 DESCRIZIONE

Serie di sgabelli girevoli con cinque ruote piroettanti e base di diametro 60 cm, di altezza regolabile mediante molla a gas e comando a leva. I modelli sono disponibili in due opzioni di regolazione in altezza. Gli sgabelli vengono realizzati con materiale che garantisce particolare stabilità della seduta nel tempo, con possibilità di scelta del tipo e del colore dell'imbottitura. Alcuni modelli hanno lo schienale a cui possono essere aggiunti dei braccioli.

2.2 DESTINAZIONE D'USO

Sgabello con seduta ergonomica per il supporto operatore o paziente durante visita.

È vietato l'utilizzo del dispositivo per fini diversi da quanto definito nel presente manuale
Il fabbricante declina qualsiasi responsabilità sui danni a persone o cose derivanti da un utilizzo improprio del dispositivo o comunque diverso da quello previso nel presente manuale
Il fabbricante si riserva di applicare modifiche al prodotto ed al manuale senza

nessun preavviso con lo scopo di migliorarne le caratteristiche e prestazioni

2.3 UTILIZZATORI

Pazienti, operatori specialistici, dottori e fisioterapisti.

È compito dello specialista giudicare l'idoneità fisica del paziente per cui si prevede l'utilizzo del prodotto.
È sempre raccomandato l'utilizzo sotto la supervisione dell'operatore.

2.4 GRUPPI DI PAZIENTI E CONDIZIONI CLINICHE

Non vi sono particolari categorie di pazienti escludibili se non pazienti che manifestino evidenti condizioni di impossibilità di permanere in postura seduta in autonomia.

2.5 AMBIENTE DI UTILIZZO

Ambiente medico o ambulatoriale come ospedale o altro centro medico sotto controllo medico, palestre e palestre riabilitative. Non utilizzabile all'esterno.

Temperatura Ambiente	Umidità Relativa	Pressione Atmosferica
5˚C ~ 40˚C	20% ~ 90% @30°C (senza condensa)	70kPa ~ 106kPa (altitudine ≤ 3000 m)

2.6 STOCCAGGIO

Conservare in luogo asciutto, a temperatura ambiente. Evitare l'eccessiva pressione e il contatto con materiali che si scolorano. Evitare l'eccessiva esposizione alla luce solare diretta.

Temperatura Ambiente	Umidità Relativa	Pressione Atmosferica
-10˚C ~ 50˚C	20% ~ 90% @30°C (senza condensa)	70kPa ~ 106kPa (altitudine ≤ 3000 m)

2.7 DICHIARAZIONI DEL FABBRICANTE

Il fabbricante dichiara che
- il dispositivo non è uno strumento di misura
- il dispositivo non è destinato ad indagini cliniche
- il dispositivo non è sterile e non è monouso
- per un corretto funzionamento e per la sicurezza dell'utilizzatore è necessario che vengano eseguite le operazioni di ordinaria manutenzione come descritto nel relativo paragrafo
- il dispositivo non è utilizzabile al di fuori della destinazione d'uso dichiarata nel presente manuale

3 AVVERTENZE GENERALI

Per un utilizzo corretto del dispositivo fare sempre riferimento al presente manuale. Il manuale deve essere conservato sempre vicino al dispositivo in maniera tale da consentire una agevole consultazione.

- Stoccare il dispositivo in un ambiente consono a quanto riportato sulle etichette presenti sull'imballo e sulle specifiche riportate nel presente manuale
- La vita utile del prodotto è di 10 anni conformemente alla correttezza dell'esecuzione delle operazioni di ordinaria manutenzione previste nel presente manuale. È severamente proibito l'utilizzo del dispositivo oltre la vita utile dichiarata. Al termine della vita utile è possibile procedere secondo le modalità illustrate nel relativo paragrafo
- Il fabbricante non si ritiene responsabile, entro i limiti massimi consentiti dalla legge in vigore, di danni diretti o indiretti, particolari, incidentali o consequenziali causati da:
  - Errato utilizzo del dispositivo
  - Utilizzo improprio del dispositivo ed al di fuori di quanto previsto come destinazione d'uso
  - Utilizzo del dispositivo collegato ad impianti elettrici non idonei
  - Utilizzo del dispositivo oltre la vita utile dichiarata nel presente manuale
  - Utilizzo del dispositivo in ambienti non previsti nel presente manuale
  - Utilizzo con pazienti non idonei
  - Distrazione degli operatori o errata applicazione dei comandi e regolazioni
  - Utilizzo senza previa verifica dello stato del dispositivo come riportato nel relativo paragrafo
  - Errata manutenzione o mancata manutenzione
  - Utilizzo con parti o accessori non compatibili o non approvate dal fabbricante
  - Errato smaltimento o smaltimento diverso da quanto previsto nel presente manuale

Il dispositivo è equipaggiato con delle etichette per richiamare l'attenzione su particolari pericoli quali:

Pericolo schiacciamento mano

Pericolo schiacciamento piede

Porre quindi particolare attenzione quando si effettuano operazioni nelle aree limitrofe a tali simboli.

3.1 INCIDENTI GRAVI

Nel caso in cui si verifichino incidenti gravi che coinvolgono il dispositivo, l'utilizzatore è tenuto a darne tempestiva comunicazione al fabbricante ed all'autorità competente dello stato membro in cui è installato il dispositivo.

3.2 SIMBOLI PRESENTI SULLE ETICHETTE

Seguire le istruzioni per l'uso

Parti applicate di tipo B

Marcatura CE

Smaltire in maniera appropriata

Fabbricante

Data di produzione

Uso solo interno

Dispositivo Medico

Riferimento univoco del modello

Identificazione del paese di produzione in codice ISO 3166-1 alpha-3 (Italia)

Identificativo Unico del Dispositivo

3.3 SIMBOLI PRESENTI NEL MANUALE

Attenzione! Questo simbolo indica di prestare particolare attenzione alle indicazioni riportate al suo fianco. Generalmente sono indicazioni di sicurezza.

3.4 SIMBOLI PRESENTI SULL'IMBALLO

Fragile

Mantenere questo lato in alto

Riciclabile

Non utilizzare lame taglienti per aprire

Mantenere asciutto

Intervallo di temperatura di stoccaggio. Corredato da indicazione di valore minimo e valore massimo consentiti

Intervallo di umidità di stoccaggio. Corredato da indicazione di valore minimo e valore massimo consentiti

Intervallo di pressione atmosferica di stoccaggio. Corredato da indicazione di valore minimo e valore massimo consentiti

3.5 AVVERTENZE SPECIALI

- Non utilizzare quando il carico di lavoro supera la capacità dichiarata
- Non utilizzare con il paziente incustodito
- Non utilizzare quando il paziente e/o l'attrezzatura non sono stabili
- Non utilizzare se le ruote non sono bloccate
- Non utilizzare se il prodotto originale è stato modificato o manomesso
- Non utilizzare con controlli e/o componenti anche solo parzialmente difettosi
- Non utilizzare se configurato in modo errato o se si ritiene che possa causare danni

al paziente o all'utilizzatore

3.6 CONTROINDICAZIONI ED EFFETTI COLLATERALI

Non sono note particolari controindicazioni o effetti collaterali. Durante l'utilizzo occorre tener presente alcune considerazioni relative alla tipologia di dispositivo e ad alcune configurazioni dello stesso.

Instabilità
Nonostante le ruote piroettanti possano offrire maggiore mobilità, potrebbero rendere lo sgabello meno stabile rispetto a una sedia tradizionale. Questo potrebbe essere un problema per coloro che hanno bisogno di una base solida per sentirsi sicuri mentre sono seduti.
Sostegno lombare limitato
Alcuni modelli hanno una seduta piatta e non hanno lo schienale che potrebbe offrire il supporto lombare necessario per alcune persone. Coloro che soffrono di problemi alla schiena potrebbero preferire una sedia con un adeguato supporto lombare e scegliere un modello con schienale.
Possibile affaticamento
Sedersi su uno sgabello senza schienale per lunghi periodi di tempo potrebbe causare affaticamento muscolare, specialmente se la postura non è corretta. È importante adottare pause frequenti e mantenere una postura corretta per ridurre questo rischio.
Altezza non adatta a tutti
Anche se lo sgabello è regolabile in altezza, potrebbe non essere adatto a persone di tutte le altezze. Alcune persone potrebbero trovare che la gamma di altezze disponibili non è sufficiente per garantire una postura confortevole
Rischio di caduta
L'assenza di schienale e la natura girevole dello sgabello potrebbero aumentare il rischio di caduta, specialmente se l'utente non è abituato a questo tipo di seduta o se si sposta bruscamente senza prestare attenzione.

Gli effetti collaterali sono ascrivibili ad un utilizzo prolungato e ad una eventuale postura errata adottata durante l'utilizzo.

3.7 RESTRIZIONI SULL'USO

Utilizzare sempre in maniera conforme alla destinazione d’uso prevista e con pazienti che rispettino le prescrizioni di peso riportate sull’etichetta di prodotto.

SGABELLI



MASSIMO PESO PAZIENTE

110 kg

3.8 LISTA DELLE FUNZIONI PIÙ UTILIZZATE

Le funzioni utilizzate più spesso sono elencate di seguito. Fare riferimento ai rispettivi paragrafi in cui le funzioni sono spiegate in dettaglio:
- Regolazione in altezza (regolazione in altezza 15)

4 CONFIGURAZIONI DISPOSITIVI

Il prodotto è disponibile in varie configurazioni che differiscono tra loro per:
- Finitura dell'imbottitura
- Schienale
- Tipo di regolazione in altezza

Il codice del prodotto, riportato sull'etichetta del prodotto stesso, serve ad identificare tutte le caratteristiche della configurazione del dispositivo.
È possibile compilare il codice sottostante in maniera tale da avere un veloce riferimento riguardo alla configurazione del prodotto acquistato

C	S							
1	2	3	4	5	6	7	8	9

POSIZIONE 1-2-3
Indicano la famiglia dello sgabello.

CS1		Sgabello Miguel
CS2		Sgabello Ines
CS3		Sgabello a sella
CS4		Sgabello Ronaldo

POSIZIONE 4
Indica il tipo di finitura dell'imbottitura.

1	Bordo tirato
2	Bordo fasciato

1

2

POSIZIONE 5
Indica la presenza dello schienale.

1	Senza schienale
2	Con schienale

1

2

POSIZIONE 6
Indica l'escursione della regolazione in altezza.

H	Da 60 ÷ 90 cm
L	Da 46 ÷ 60 cm

POSIZIONE 7
Indica il tipo di telaio della base.

1	Plastica nera
2	Cromato

1

2

POSIZIONE 8
Indica la tipologia di materiale dei pannelli tappezzati.

W	Similpelle

POSIZIONE 9
Indica il colore dei pannelli

5 CONTENUTO DELLA CONFEZIONE E CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Il prodotto viene consegnato in un idoneo imballaggio di cartone in maniera tale che possa essere ricevuto integro e funzionante. Per aprire l'imballo ed estrarre il suo contenuto porre attenzione alle avvertenze ed ai simboli riportati sull'imballo stesso.
Smaltire gli imballi ed il materiale di scarto in maniera consona e seguendo le informazioni riportate sull'imballo e sul presente manuale.

5.1 CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

La confezione contiene
- Manuale di istruzioni
- Prodotto
- Materiale da imballaggio da smaltire

5.2 PRODOTTO

1	Schienale (se disponibile)
2	Leva per la regolazione in altezza
3	Ruote
4	Seduta
5	Pistone regolazione in altezza
6	Base

6 MONTAGGIO E PRIMO UTILIZZO

6.1 MONTAGGIO

6.1.1 SEDUTA

Inserire il pistone nel foro della piastra presente nalla parte inferiore della seduta. Premere il pistone fino in fondo.

6.1.2 BASE

Inserire il pistone nel foro della base. Premere il pistone fino in fondo.

6.1.3 RUOTE

Inserire le 5 ruote nelle razze della base. Inserire il pistoncino della ruota fino in fondo per assicurarsi di averla inserita correttamente.

Ruote x5

6.1.4 SCHIENALE

Per i modelli compresi di schienale è necessario:

1. Inserire il braccio dello schienale nella base dello sgabello nell'apposita piastra.



> Lo sgabello con lo schienale incluso ha una piastra apposita per ospitare lo schienale.

Per posizionare il braccio dello schienale nella piastra, inserirlo fino a far combaciare l'asola sulla piastra con il foro del braccio.

2. Stringere il pomello per assicurarsi una salda tenuta fra piastra e braccio che farà da supporto per lo schienale.



3. Inserire lo schienale nel braccio già precedentemente stretto alla base.

4. Stringere il pomello per assicurarsi una salda tenuta tra lo schienale e il braccio dello sgabello.

6.2 PRIMO UTILIZZO

Prima di procedere con il primo utilizzo è necessario leggere il presente manuale di istruzioni.
Assicurarsi che il prodotto corrisponda a quanto descritto nel presente manuale e che il contenuto della confezione coincida con quanto descritto nel relativo paragrafo.
Prima di utilizzare il prodotto per la prima volta:

- Verificare che non vi siano componenti del dispositivo all'interno dell'imballo (viti, dadi, volantini...)
- Verificare che non vi siano evidenti segni di danneggiamento o manomissione
- Verificare la rotazione e lo scorrimento delle ruote
- Mediante il comando di regolazione in altezza portare il dispositivo all'altezza minima e riportarlo poi all'altezza massima

7 USO

7.1 AVVERTENZE PRIMA DELL'USO

Prima di ogni uso assicurarsi che:

- Il prodotto non presenti evidenti segni di manomissione o danneggiamento
- Il prodotto sia stato igienizzato nelle parti a contatto con l'utilizzatore
- Siano state valutate le condizioni fisiche e cliniche dell'utilizzatore e che queste siano ritenute consone all'utilizzo del dispositivo
- L'ambiente d'uso sia consono con quanto previsto nel presente libretto di istruzioni
- Non ci siano particolari pericoli nelle zone limitrofe al dispositivo (mensole, ostacoli, materiali infiammabili, etc...)

7.2 USO DEL DISPOSITIVO

7.2.1 REGOLAZIONE IN ALTEZZA

Gli sgabelli hanno la possibilità di regolarsi in altezza tramite la leva posizionata al di sotto della base della seduta.

Per azionare la leva bisogna premerla verso l'alto. Per agevolare la discesa nella regolazione in altezza è possibile usufruire del proprio peso, quindi sedersi sopra lo sgabello per regolare l'altezza. Viceversa, per regolarla in alto, basta non applicare del peso sopra lo sgabello.

In fase di configurazione è possibile scegliere l'escursione della regolazione in altezza:

C	S	1	*	*	**H**	*	*	*
1	2	3	4	5	6	7	8	9

La configurazione **H** permette un'escursione da 60 ÷ 90 cm

C	S	1	*	*	**L**	*	*	*
1	2	3	4	5	6	7	8	9

La configurazione **L** permette un'escursione da 46 ÷ 60 cm

8 MANUTENZIONE E VITA UTILE

8.1 MANUTENZIONE ORDINARIA

Per il corretto funzionamento del dispositivo, per la correttezza d'uso, per la sicurezza del paziente e dell'operatore e per garantire le prestazioni del dispositivo è necessario eseguire degli interventi di manutenzione programmata.
Gli interventi di manutenzione ordinaria possono essere eseguiti dagli operatori specializzati o dal personale tecnico autorizzato.

PERIODICITÀ	CATEGORIA	VERIFICA
12 mesi	Ispezione visiva del dispositivo	Integrità dei pannelli di tappezzeria
		Integrità del telaio ed assenza di elementi dissaldati
		Presenza delle 5 ruote
		Presenza della base
		Assenza di deformazioni evidenti sul pistone
		Assenza di rumori di frizionamento o vibrazioni anomale
	Verifica funzionale	Verifica del corretto funzionamento della regolazione in altezza
		Verifica dei serraggi
		Corretto piroettamento delle ruote
		Corretto rotolamento delle ruote
		Funzionamento delle leva

8.2 MALFUNZIONAMENTI, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPARAZIONI

Gli interventi di straordinaria manutenzione possono essere eseguito solamente dal personale autorizzato dal fabbricante pena la cessazione immediata delle eventuali condizioni di garanzia. Il fabbricante declina ogni responsabilità qualora fossero accertate manomissioni del prodotto originario.
Eventuali malfunzionamenti riscontrati dall'utilizzatore devono essere tempestivamente comunicati al distributore o direttamente al fabbricante e inibiscono l'utilizzo del dispositivo.
Le riparazioni possono essere effettuate solamente da personale tecnico autorizzato dal fabbricante e possono prevedere il ritiro del dispositivo per effettuare le riparazioni necessarie.

Le modifiche al dispositivo non sono consentite

8.3 VITA UTILE

La vita utile del dispositivo è definita all'inizio del presente manuale, ed è di 10 anni conformemente alla correttezza dell'esecuzione delle operazioni di ordinaria manutenzione previste nel presente manuale.

Al termine della vita utile è possibile procedere nei seguenti modi:

1. Dismettere il dispositivo secondo quanto riportato nel paragrafo “smaltimento”
2. Richiedere al fabbricante il ricondizionamento e ricertificazione del dispositivo in maniera tale da poter continuare l’uso

Come riportato nel paragrafo “Avvertenze generali” il fabbricante declina ogni responsabilità in merito all’utilizzo del dispositivo oltre la vita utile stabilita nel presente manuale.

9 PULIZIA

É necessario eseguire le operazioni di pulizia del dispositivo al termine di ogni utilizzo qualora il dispositivo fosse destinato a diversi utilizzatori.

9.1 LAVAGGIO

Rimuovere la polvere dalle parti metalliche utilizzando detergenti non aggressivi ed asciugando immediatamente dopo il lavaggio.
Detergere con prodotto neutro le parti in gomma ed i supporti antibrachiali con un panno umido asciugando immediatamente le superfici.

9.2 DISINFEZIONE

Per la disinfezione del prodotto utilizzare disinfestazione a basso contenuto di cloro, quali AMUCHINA® 10% o soluzioni equivalenti con concentrazione di ipoclorito di sodio allo 0.1% e con il seguente spettro d'azione:

- battericida in presenza di sostanze interferenti secondo EN 1276:1997;
- fungicida in presenza di sostanze interferenti secondo EN 1650:1997;
- battericida test di superficie secondo EN 13697:2001;
- fungicida test di superficie secondo EN 13697:2001;
- attivo su Salmonella tiphymurium secondo EN 13697:2001;
- attivo su: HIV, HAV - HBV, HCV;
- virucida secondo EN14476:2005;
- attivo su Virus influenzale H1N1 secondo EN14476:2005.

Per l'utilizzo in sicurezza fare riferimento al pieghevole istruzioni inserito nel prodotto

10 SPECIFICHE TECNICHE

Il FABBRICANTE fornirà su richiesta gli schemi dei circuiti, l'elenco dei componenti, le descrizioni, le istruzioni di taratura, o altre informazioni che assistano il PERSONALE DI ASSISTENZA TECNICA nella riparazione delle parti dell' APPARECCHIO EM CSx giudicate dal FABBRICANTE come riparabili dal PERSONALE DI ASSISTENZA TECNICA.

CODICE	CS1	CS2	CS3	CS4
Nome	Miguel	Ines	A sella	Ronaldo
Dimensioni	ø 40 cm	40 x 40 cm	51 x 32 cm	40 x 32 cm
Ruote	ø 5 cm	ø 5 cm	ø 5 cm	ø 5 cm

CODICE	CS1	CS2	CS3	CS4
Razze	5	5	5	5
Portata	110 kg	110 kg	110 kg	110 kg
Predisposizione schienale	Si	Si	No	No

11 RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Problema	Causa	Soluzione
REGOLAZIONE ALTEZZA IDRAULICA		
Il sollevamento non funziona	Pistone idraulico guasto	Contattare l'assistenza
RUOTE		
Le ruote non piroettano	Presenza di sporcizia nel perno	Rimuovere sporcizia

12 PARTI DI RICAMBIO

Contattare il rivenditore od il servizio di assistenza tecnica del fabbricante per ottenere informazioni in merito alle parti di ricambio. Utilizzare solo parti di ricambio originali fornite dal fabbricante o dai distributori autorizzati.

13 SMALTIMENTO

Il simbolo riportato sull'etichetta dell' apparecchiatura indica che il rifiuto deve essere oggetto di "raccolta separata".
Pertanto, l'utente dovrà conferire il rifiuto ai centri di raccolta differenziata predisposti dalle amministrazioni locali, oppure consegnarlo al rivenditore contro acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente. La raccolta differenziata del rifiuto e le successive operazioni di trattamento, recupero e smaltimento favoriscono la produzione di apparecchiature con materiali riciclati e limitano gli effetti negativi sull'ambiente e sulla salute eventualmente causati da una gestione impropria del rifiuto. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente potrebbe comportare l'applicazione delle sanzioni amministrative.
Far riferimento alle direttive europee 2018/851/UE e 2018/852/UE, ai recepimenti nazionali e ai regolamenti locali riguardanti il corretto smaltimento dei rifiuti.

Identificare gli elementi da smaltire in base alla seguente classificazione.

COMPONENTE	SMALTIMENTO
Imballaggio esterno	Riciclare o smaltire le parti in cartone e legno
Imballaggio interno	Riciclare o smaltire le parti in polistirolo, nylon e plastica
Componenti elettronici	Smontare e gestire secondo quanto previsto dalla direttiva dispositivi RAEE
Struttura metallica	Riciclare come metallo
Pannelli imbottiti, imbracature	Smaltire come materiali plastici, tessuto e polimeri

Il codice rifiuto è un codice numerico (codice CER) che determina il percorso di smaltimento di un tipo di rifiuto pericoloso in base alla sua composizione materiale e/o chimica. La Direttiva 91/689/CEE, sostituita con la decisione 2000/532/CE, del Consiglio Europeo definisce le diverse tipologie di rifiuti e assegna i codici CER. Di seguito l'elenco dei codici CER di rilievo per il dispositivo CSx.

CODICE CER	DESCRIZIONE
150101	Imballaggi in carta e cartone
150102	Imballaggi in plastica
150103	Imballaggi in legno

CODICE CER	DESCRIZIONE
200111	Prodotti tessili
040222	Rifiuti da fibre tessili lavorate

14 GARANZIA

14.1 CONDIZIONI GENERALI

Tutti i prodotti Chinesport sono garantiti da difetti di materiali o di fabbricazione per un periodo di 24 mesi dalla data di vendita del prodotto, salvo eventuali esclusioni, limitazioni o condizioni definite in fase di fornitura del prodotto stesso.
La garanzia non è da intendersi valida in caso di uso improprio, manomissione del dispositivo, abuso o modifica del prodotto o per qualsiasi uso od operazione non esplicitamente riportate nel presente manuale.
La garanzia non è valida nel caso in cui il dispositivo non sia stato oggetto di una corretta e documentata manutenzione secondo quanto riportato nel presente manuale o nel caso in cui non siano rispettate le indicazioni in merito a stoccaggio, pulizia ed igienizzazione.
Il fabbricante non è responsabile per i danni o le lesioni o qualsiasi situazione causata da un'errata installazione o configurazione del dispositivo o da un uso dell'apparecchiatura non aderente a quanto riportato e previsto nei manuali di installazione, montaggio ed uso.
Il fabbricante non garantisce i propri prodotti contro difettosità o danni in presenza di condizioni straordinarie quali: calamità naturali, manutenzioni e riparazioni non autorizzate, alimentazione elettrica non conforme (dove previsto), utilizzo di parti o componenti o accessori non originali, danni di spedizione non direttamente gestita dal fabbricante, mancata manutenzione, negligenza manifesta da parte dell'utilizzatore o dell'operatore.

La garanzia non copre i materiali di consumo, le batterie ricaricabili, e in generale tutto il materiale soggetto ad usura, i guasti causati da urti, cadute, uso errato o improprio, eventi accidentali, danni causati dal trasporto. Qualora l'apparecchiatura risulti manomessa, la garanzia decade automaticamente.

14.2 RIPARAZIONI IN GARANZIA

Nel caso di una segnalazione di presenza di difetti nei materiali o di fabbricazione, il fabbricante valuta se il difetto è coperto da garanzia.
Le riparazioni in garanzia dovranno essere richieste espressamente e si intendono presso il nostro laboratorio, previa autorizzazione e con rilascio del numero di rientro.
Per i prodotti inviati con l'imballo originale, la spedizione di ritorno sarà effettuata in porto franco.
Per la riparazione in garanzia occorre un documento fiscale dove la data d'acquisto rientri nei tempi

di garanzia, (bolla di vendita, fattura d'acquisto, scontrino fiscale).

I costi relativi alla manodopera per la riparazione in garanzia (nel momento in cui si sia accertata la validità delle condizioni di garanzia) sono a carico del fabbricante.
La riparazione di un prodotto o la sostituzione dello stesso non rinnova nè proroga i termini e le scadenze della garanzia.

14.3 RIPARAZIONI FUORI GARANZIA

I prodotti fuori garanzia possono essere riparati dal fabbricante mediante restituzione previa autorizzazione della stessa da parte del servizio di assistenza tecnica. I costi di riparazione comprensivi di spedizione, materiale e manodopera sono da intendersi a carico del cliente o del rivenditore. Le parti ed i componenti oggetto della riparazione sono da intendersi coperti da garanzia per 24 mesi a decorrere dalla data di ricevimento del dispositivo riparato.

14.4 PRODOTTI NON DIFETTOSI

Nel caso in cui il fabbricante non riscontrasse malfunzionamenti o difettosità di prodotti restituiti si conclude che il prodotto non è da intendersi difettoso. I costi di spedizioni e di gestione del dispositivo verranno addebitati al cliente o distributore.

14.5 RIPARAZIONI A DOMICILIO

In caso di riparazione presso il cliente, occorre richiesta scritta ove siano indicate le generalità complete del richiedente, il tipo di macchina ed il guasto.
Il costo chilometrico del trasferimento del tecnico è da concordare in relazione all'urgenza del cliente.
Nel caso in cui la macchina in oggetto dell'intervento sia in garanzia saranno addebitati solamente i costi del trasferimento.
Il tempo viene conteggiato dalla partenza del tecnico dal nostro laboratorio fino al suo rientro, l'ora di rientro sarà stimata sulla base del tempo impiegato all'andata

14.6 PARTI DI RICAMBIO

È possibile chiedere elenco dettagliato di tutte le parti di ricambio al fabbricante.
Le parti di ricambio vengono vendute a seguito di richiesta di offerta formale al servizio di assistenza tecnica. I tempi di evasione sono correlati alla disponibilità delle parti. Non si accettano resi per le parti di ricambio.
Il pagamento sarà contrassegno, salvo accordi particolari.

15 REGISTRAZIONI INTERVENTI E MANUTENZIONI

APPARECCHIATURA		**DATA INSTALLAZIONE**		**NUMERO DI SERIE**
DATA	OPERAZIONI ESEGUITE	TECNICO	FIRMA	PROSSIMA VERIFICA

NOTE:

NOTE:



MADE IN ITALY

CHINESPORT SPA
Via Croazia 2
33100 UDINE
Italy