

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE

CE DECLARATION OF CONFORMITY

FABRICANTE PRODUCTO
PRODUCT MANUFACTURER

MIMSAL TRADE S.L.

Dirección
Address

C. Mollet 17, Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers (Barcelona)
Spain

DECLARAN BAJO SU RESPONSABILIDAD QUE EL PRODUCTO
DECLARE UNDER THEIR RESPONSIBILITY THAT THE PRODUCT

Nombre del producto
Product name

LUXIFLEX

Tipo
Type

LÁMPARA DE RECONOCIMIENTO
EXAMINATION LAMP

Referencia - Versión
Reference - Version

I0104NL - LUXIFLEX LED PLUS
I0104AOLED - LUXIFLEX LED
I0104AO - LUXIFLEX HAL

I0104AOLEDSR - LUXIFLEX SENSOR
I0104NLSR - LUXIFLEX SENSOR PLUS

CUMPLE LOS REQUISITOS DEL REGLAMENTO (EU) 2017/745 SOBRE PRODUCTOS SANITARIOS
COMPLIES WITH THE REQUIREMENTS OF REGULATION (EU) 2017/745 ON MEDICAL DEVICES

Clasificación producto sanitario
Medical device classification

CE CLASE I
CE Class I

Ensayos y medidas - Normas
Test and measurements - Standards

UNE-EN 60601-1:2008+/A12:2015 Part 1 Medical equipments
UNE-EN 60601-1-2:2015 Part 2 Medical equipments
UNE-EN 60601-2-41:2010+A11:2012+A1:2015

GMDN Agency

Lámpara de tratamiento o exploración
Fixed examination or treatment light

Código 12276
Code

Lugar y fecha
Location and date

Granollers a 20 de MARZO de 2020

Nombre y cargo
Name and position

Xavier Codina Jané
Director General
General Manager

Oriol Codina Miró
Responsable Técnico
Technical Manager