

## DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

### DECLARATION OF CONFORMITY

La Società GIMA S.p.A., con sede a GESSATE (MI), Via Marconi 1, in qualità di fabbricante dei dispositivi medici:

*We undersigned GIMA S.p.A., with head office addressed in Gessate (MI), Via Marconi 1, as the manufacturer of medical devices:*

| Dispositivi medici / <i>Medical Devices</i>  | Codici/Ref. # |
|--|---------------|
| Forbici per cuticole - curve - 9,5 cm<br><i>Cuticle scissors - curved - 9.5 cm</i>                   | 39700         |
| Forbicine da narice - 9 cm<br><i>Nostril small scissors - 9 cm</i>                                   | 39710         |
| Forbici dissezione - 11,5 cm<br><i>Dissecting scissors - 11.5 cm</i>                                 | 39720         |
| Escavatore ad anelli - 11 cm<br><i>Loop excavator - 11 cm</i>  | 39730         |
| Lima per unghie - 13,5 cm<br><i>File for nails - 13.5 cm</i>   | 39735         |
| Escavatore - 13 cm<br><i>Excavator - 13 cm</i>   | 39740         |
| Scalpello per unghie - 14,5 cm<br><i>Chisel - 14.5 cm</i>  | 39746         |
| Tronchesino cuticole - 10 cm<br><i>Nail Corner - 10 cm</i>   | 39760         |
| Tagliaunghie - 14 cm - con molla a spirale<br><i>Nail Cutter - 14 cm - with spiral spring</i>        | 39770         |
| Tagliacalli - 14,5 cm - impugnatura in plastica<br><i>Pedicure cutter - 14.5 cm - plastic handle</i> | 39798         |
| Lame per tagliacalli<br><i>Blades for pedicure cutter</i>  | 39799         |

classe di rischio I (non sterile), in accordo all'Allegato IX della Direttiva 93/42/CEE e ss.mm.ii. (recepita in Italia con D.lgs. 46/97, e ss.mm.ii.), dichiara, sotto la propria esclusiva responsabilità, che tali dispositivi:

*risk class I non sterile, according to the Annex IX, Directive 93/42/EEC and further amendments (enforced in Italy by Leg. Decree No. 46/97 and further amendments), declare under its own full liability that those devices:*

- sono conformi ai requisiti essenziali ed alle disposizioni della Direttiva 93/42/CEE e ss.mm.ii. come da Fascicolo Tecnico archiviato presso l'azienda;  
*comply with essential requirements and dispositions of the Directive 93/42/EEC and further amendments, as per the Technical Documentation filed in the Company;*

GIMA S.p.A.  
Via Marconi, 1  
20060 Gessate (MI) –Italy  
www.gimaitaly.com



ITALIAN DIVISION  
[gima@gimaitaly.com](mailto:gima@gimaitaly.com)  
EXPORT DIVISION  
[export@gimaitaly.com](mailto:export@gimaitaly.com)

- sono fabbricati in accordo al Sistema Qualità che soddisfa i requisiti di cui all'Allegato VII del sopra citato decreto legislativo.  
*are manufactured according to the Quality System which satisfies requirements of the Annex VII of the above mentioned directive.*

Gessate, 29/11/2017

**GIMA S.p.A.**  
Il legale Rappresentante  
(Nicola Manzoni)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'N. Manzoni', is written below the printed name of the legal representative.